

Electrica	luminarias sona perimstral externa		verificaciones y chequeos	preventivo	90 dias	15/4/2025	14/7/2025	x			x								
	paneles elctrico		verificaciones y chequeos	preventivo	180 dias	2/1/2025	15/7/2025	x											
	paneles distribucion de energia		chequeo	preventivo	180 dias	2/1/2025	15/7/2025	x											
	calentamiento de cableria		chequeo	preventivo	180 dias	12/1/2025	7/7/2025	x											
	consumo electrico		chequeo	preventivo	180 dias	24/1/2025	15/7/2025	x											
	bornera de cable		apriete	preventivo	180 dias	24/1/2025	15/7/2025	x											
3																			
Equipos	3.1 Generadores Electricos de Emergencias Planta Electrica																		
	horas de trabajos		chequeo	preventivo	Diario	29/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x								
	nivel de combustible		chequeo	preventivo	Diario	29/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x								
	aceite nivel		chequeo	preventivo	90 dias	14/4/2025	14/7/2025	x			x								
	agua de enfriamiento		chequeo	preventivo	90 dias	15/4/2025	1/7/2025	x			x								
	correas de ventilador		chequeo	preventivo	90 dias	15/4/2025	1/7/2025	x			x								
	cambio de aceite y filtros		chequeo	preventivo	90 dias	7/1/2025	14/4/2025	x			x								
	3.2 Unidades de Aire Acondicionado																		
	Climatizacion de areas faltantes																		
	fuga de gas		chequeo	preventivo	Diario	27/3/2025	28/3/2025	x	x	x	x								
	condensador		limpieza	preventivo	90 dias	14/4/2025	14/7/2025	x			x								
	drenaje		chequeo	preventivo	90 dias	14/4/2025	1/7/2025	x			x								
	unidad evaporadora		limpieza	preventivo	90 dias	15/4/2025	15/7/2025	x			x								
	filtros		limpieza	preventivo	90 dias	14/4/2025	1/7/2025	x			x								
	3.3 Sistema de UPS																		
	paneles electricos		verificaciones	preventivo	90 dias	1/4/2025	11/7/2025	x			x								
	conecion y apriete		verificaciones	preventivo	90 dias	14/4/2025	14/7/2025	x			x								
	3.4 Extractores de Aire																		
	3.5 Sistema Contra Incendio																		
	extintores		chequeo	preventivo	90 dias	1/4/2025	1/7/2025	x			x								
	alarma contra incendio		chequeo	preventivo	90 dias	15/4/2025	16/7/2025	x			x								
	3.6 Bomba de Agua y Cisterna																		
	nivel de cisterna		chequeo	preventivo	Diario	27/3/2025	28/3/2025	x	x	x									
	clorificacion en cisterna		deposito de cloro	preventivo	Diario	27/3/2025	28/3/2025	x	x	x									
	bomba de servicios		chequeo	preventivo	90 dias	9/1/2025	1/4/2025	x			x								
	lavado de cisterna		limpieza y desinfeccion	preventivo	90 dias	9/1/2025	1/4/2025	x			x								
	3.7 Gases Medicos (Genesys Tri-tech Medical Inc)																		
	nievle de aceite		chequeo	preventivo	Diario	27/3/2025	28/3/2025	x	x	x									
	nivel de vacio		chequeo	preventivo	Diario	27/3/2025	28/3/2025	x	x	x									
	fugas y lequeo		chequeo	preventivo	90 dias	13/1/2025	15/4/2025	x			x								
	filtros		limpieza	preventivo	30 dias	2/3/2025	3/4/2025	x	x	x	x								

[illegible]

[illegible]

Informaciones Generales

Fecha: 25 / 04 / 2025

Establecimiento de Salud: Hospital Dr. Venicio Calventi

Servicio Regional de Salud: _____ Provincia: Santo Domingo

Nombre Enc. De Mantenimiento: Beneris Vagazo Moreno

Teléfono: _____

	Bueno	Regular	Malo	N/A
01. Accesibilidad a personas discapacitadas	☒	☐	☐	☐
02. Accesibilidad ambulancia área emergencia	☒	☐	☐	☐
03. Condición aceras perimetrales	☒	☐	☐	☐
04. Condición almacén de alimentos	☒	☐	☐	☐
05. Condición áreas asépticas	☒	☐	☐	☐
06. Condición revestimiento fachada	☒	☐	☐	☐
07. Condición de baños	☒	☐	☐	☐
08. Existencia bñmpers y esquineros	☒	☐	☐	☐
09. Condición de cisterna	☒	☐	☐	☐
10. Condición caseta de desechos	☒	☐	☐	☐
11. Condición caseta de planta eléctrica	☒	☐	☐	☐
12. Cocina: Limpieza, Olor y Condición	☒	☐	☐	☐
13. Condición de pisos	☒	☐	☐	☐
14. Control de plagas y animales	☒	☐	☐	☐
15. Condiciones de aires acondicionados	☒	☐	☐	☐
16. Disposición de desechos/mobiliario inservible	☒	☐	☐	☐
17. Disposición y estado de zafacones	☒	☐	☐	☐
18. Disposición del cableado eléctrico	☒	☐	☐	☐
19. Canalización aguas pluviales	☒	☐	☐	☐
20. Canalización aguas residuales	☒	☐	☐	☐
21. Condición de mobiliarios	☒	☐	☐	☐
22. Condición área de parqueos	☒	☐	☐	☐
23. Condición de las ventanas	☒	☐	☐	☐
24. Condición de puertas y llavines	☒	☐	☐	☐
25. Condición área esterilización	☒	☐	☐	☐

	Bueno	Regular	Malo	N/A
26. Condición protección hierro, puertas y ventanas	☐	☐	☐	☐
27. Iluminación exterior	☒	☐	☐	☐
28. Iluminación interior	☒	☐	☐	☐
29. Iluminación acceso a emergencia	☒	☐	☐	☐
30. Condición y limpieza área lavandería	☒	☐	☐	☐
31. Condición letreros identificativos/informativos	☒	☐	☐	☐
32. Limpieza en techos	☒	☐	☐	☐
33. Limpieza área exterior en general	☒	☐	☐	☐
34. Limpieza área interior en general	☒	☐	☐	☐
35. Condición de áreas verdes	☒	☐	☐	☐
36. Condición y limpieza área morgue	☒	☐	☐	☐
37. Existencia olores desagradables en el ambiente	☒	☐	☐	☐
38. Condición de pintura exterior	☒	☐	☐	☐
39. Condición de pintura interior	☒	☐	☐	☐
40. Condición de sistema contra incendios	☐	☒	☐	☐
41. Ruta de evacuación	☐	☒	☐	☐
42. Ruta para desechos	☒	☐	☐	☐
43. Rutas de acceso	☒	☐	☐	☐
44. Suministro de agua en general	☒	☐	☐	☐
45. Condición de verja perimetral	☒	☐	☐	☐
46. Filtraciones	☒	☐	☐	☐
47. Condición de plafón en general	☒	☐	☐	☐

Resultados	
Total bueno	
Total regular	
Total malo	

Firma Supervisor: Beneris Vagazo Moreno



Hospital Dr. Vinicio Calventi

Fecha: 23 / 4 / 25

Establecimiento:

Equipo:

Ficha:

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	SEMANAS			
			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1	PISOS	1. En buen estado, sin salientes o obstáculos, limpios y sin puntos de tropezón	C	C	C	C
		2. Se mantienen los pasillos peatonales libres de obstáculos y limpios.	C	C	C	C
2	EQUIPOS DE EMERGENCIA	1. Extintores del área en un lugar adecuado, de fácil acceso y con su inspección al día.	C	C	C	C
		2. Puertas/salidas de emergencias sin obstáculos e identificada.	C	C	C	C
		3. Esta identificada la ruta de escape ante una emergencia.	C	C	C	C
		4. Los colaboradores conocen la ubicación de su punto de encuentro (preguntar en el área).	NC	NC	NC	NC
3	ESCALERAS	1. Las escaleras de acceso al área de oficina debe de estar provistas de una huella y contrahuella, libres de obstáculos y sin puntos de tropezón.	C	C	C	C
		2. Escalera de acceso a oficina debe de estar libre de grasa, obstáculos, con cinta anti resbalante	C	C	C	C
4	ESCRITORIOS Y ARMARIOS	1. El peso de la estantería se encuentra repartido de manera uniforme.	C	C	C	C
		2. La estantería que supera los 1.8m de altura se encuentra fija.	C	C	C	C
		3. Escritorios y mesas en buen estado, sin filos cortantes y estables.	C	C	C	C
		4. Están provistos los cajones de escritorios y armarios de topes que impidan su salida accidental.	C	C	C	C
		5. Están las sillas de trabajo en buen estado y constan de apoyabrazos.	C	C	C	C
Si existe una condición fuera de conformidad, corregir inmediatamente. EN LAS INSPECCIONES MARQUE: C-CONFORME NC-NO CONFORME		FIRMA DEL INSPECTOR				

Renán Vega



Hospital Dr. Vinicio Calvente

Lugar de destino:	Fecha de visita:
Personal visitante:	Propósito de la asignación:

14/04/25

De la estructura:

No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones			
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	C		
3	Terminación de paredes, Pañete	C		
4	Presencia de insectos en edificación	C		
5	Terminación de Techos	C		
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	C		
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	C		
8	Funcionamiento planta eléctrica		MC	
9	Funcionamiento de UPS		MC	
10	Terminación general de piso	C		
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	C		
12	Señalización institucional	C		
13	Señalización Ruta de evacuación	C		
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	C		
15	Disponibilidad de Parques	C		
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	C		
17	Revisión de Líquidos en Equipos de Aires Acondicionados	C		
18	Revisión de Sistema de Cámaras	C		
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	C		
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	C		
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	C		
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	C		
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	C		
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	C		
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	C		
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	C		
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	C		
28	Revisión de Salida de Gases	C		
29	Revisión de Caseta de Gases	C		
30	Revisión de Data	C		
31	Condiciones Salas de Espera	C		
32	Condiciones Baños	C		
33	Limpieza Continua	C		
34	Áreas Exteriores	C		

Renuey Jagozo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Hospital Dr. Vinicio Calvente

Formulario Inspección de Mobiliario

DADM-FO-016 Versión: 01

Fecha de aprobación: 17/01/2019

Lugar de destino:		Fecha de visita:	10/04/25
Personal visitante:		Propósito de la asignación:	

Área	Mobiliario	Cumple/No cumple	Condición del mobiliario
Imágenes	Sillas secretariales	NC	
	Escritorios	C	
	Bancadas	C	
Esterilización	Sillas secretariales	C	
	Mesas de Comer	C	
Internamiento	Sillon Acompañante	NC	
	Mesa de Noche	NC	
	Sillas secretariales	NC	
Laboratorio	Escritorios	C	
	Bancadas	C	
	Sillas secretariales	C	
Neonatología, UCIN	Escritorios	C	
	Bancadas	C	
	Bancadas	C	
Quirófanos/ Partos	Sillas secretariales	NC	
	Bancadas	C	
	Sillas secretariales	NC	
Emergencia	Bancadas	C	
	Sillas secretariales	NC	
	Escritorios	C	
Unidad de Cuidados Intensivos	Sillas secretariales	NC	
	Sillas secretariales	C	
Odontología	Sillas	C	
	Mesas	C	
Cocina	Sillas secretariales	NC	
	Escritorios	C	
	Bancadas	C	



Rene Vega



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Hospital Dr. Vinicio Calvente

Fecha: 28/04/25

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Generador Electrico

Marca: CUMIN

Modelo: _____

Serie: _____

Ubicación: Casa de Pdlto

Inventario No. _____

Periodo: 4M ☐ 6M ☒ 12M ☐

Otro: REPARION Y MANTENIMIENTO

Notas:

Descripción de Acciones

Inspección Física



Revisión Operacional



Verificación Autodiagnóstico



Otras acciones:

Reparar este Fuera de Servicio

Materiales Utilizados

Pieza, ACEITE, FIEROS CORREAS
2 lampas de agua, Refrigerante

Condición Final

✓ ☒ X ☐

Nombre del Electromédico

Ronnie Vique
Encargado de Área



Fecha Realización: 30/04/25

Tiempo de Ejecución:

Hospital Dr. Venicio Calvanti

Rutina De Mantenimiento Preventivo Planificado	1	2	3	Observaciones
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	C	C	C	
Efectuar limpieza integral externa del equipo.	C	C	C	
Inspeccionar externamente el equipo.	C	C	C	
Inspeccionar Electrodo pH, PO, PCO, cambiar membranas e instalar en la recámara.	C	C	C	
Verificar los dispositivos de control, indicadores y presentadores.	C	C	C	
Verificar el valor de la temperatura de la recámara.	C	C	C	
Verificar el sistema de alarma.	C	C	C	
Realizar ciclos de modelos de operaciones.	C	C	C	

Firma del Técnico: Reneis Vezquez





MATRIZ LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE EQUIPOS.

DIVISION DE CENTROS HOSPITALARIO
Hospital Dr. Venancio Calvente 03/04/25

NOMBRE DEL HOSPITAL:**FECHA:**

No.	AREA	TIPO DE EQUIPO	CATIDAD	FECHA:
				OBSERVACION : COLOCAR AQUÍ LA PLANIFICACION PARA LAS MEJORAS
	Imdgen	TOMOGRAFIA	1	
	Imdgen Resonancia	Resonancia	1	
	Imdgen MAMOGRAFIA	MAMOGRAFIA	8	
	Imdgen RX	RX	1	
	Imdgen RX PORTATIL	RX	1	
	VEHICULO	6	3	
	PALI LLA	PALI LLA PANCAS	2	
	CARRO PARA LIMPIEZA	TIPU SUPERMERCADO	4	
	ACENSORES	ACENSORES	3	
	AIRE ACONDICIONADO	25		
	Bomba de BACIO	1		
	COMPRESOR AIRE	mediu 9		
	Emergelas	Ventiladores	12	
	Emergelas	monitores	12	

NOTA: COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS Y SI REQUIERE AGREGAR FILAS PUEDEN HACERLO, ESCRIBIR EN MAYUSCULA.

Rechts liegen





DIVISION DE CENTROS HOSPITALARIO

MATRIZ LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA.

Hospital Dr. Venancio Calvente 07/04/25

NOMBRE DEL HOSPITAL:

FECHA:

No.	AREA	TIPO DE NECESIDAD	FECHA:
	DISEÑO	AMPLIA	OBSERVACION : COLOCAR AQUÍ LA PLANIFICACION PARA LAS MEJORAS
	PELODIA	AMPLIA	
	CONDU	CONSTRUIR	
		CONSTRUIR	
	VALOR	AMPLIA	
	ZONAS	AMPLIA	
	ENSEÑANZA	CONSTRUIR	
	CONSULTA	AMPLIA	
	PARQUEO	AMPLIA	
	FARMACIA	AMPLIA	
	INTERMEDIO	AMPLIA	
	ADMINISTRATIVO	AMPLIA	

NOTA: COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS Y SI REQUIERE AGREGAR FILAS PUEDEN HACERLO, ESCRIBIR EN MAYUSCULA.

Renner 1990



Responsable del Llenado de la Ficha: _____

Fecha: 16/4/25

Correo Electrónico: _____

Institución Receptora: Hospital Dr. Vinicio Calvente

Teléfono: _____

Equipos	Verificación Diaria	Verificación Semanal	Verificación Mensual	Verificación Trimestral	Verificación Semestral	Verificación Anual
Maquinas Anestesia			✓			
Desfibrilador			✓			
Mesa Quirúrgica			✓			
Lampara Cielitica			✓			
Autoclave	✓		✓			
Electrocardiógrafo			✓			
Aspirador Quirúrgico			✓			
Ventiladores			✓			
Monitores			✓			
Limpiezas y Revisiones Generales		✓	✓			
Aires Acondicionado o Re- Cambio Filtros Hepa			✓			
Limpieza y Desinfección de Ductos				✓		
Piso Aséptico	✓					
Revisión UPS	✓					
Revisión Paneles Aislamiento			✓			
Gases Medicinales	✓					
Controles Acceso	✓					
Calidad del Agua	✓					

Nota: método de verificación será mediante informe con imágenes fotográficas de tener contratos debe presentar contratos, antes y después de lo ejecutado según la periodicidad.

Obsevaciones: _____

Rensley Jerez
Nombre y Firma



Ficha: 21/4/25

Equipo:

[illegible]





















RUTA DE
EVACUACION







Instalacion Electrica	Reparacion de las neveras para cadaveres que esta dañada			correctivo			10/2/2025												
	2 interoptores electrico		verificaciones y chequeos	preventivo	180 dias	24/1/2025	15/7/2025	x											
	luminarias internas		verificaciones y chequeos	preventivo	90 dias	14/4/2025	1/7/2025	x			x								
	luminarias sona perimstral externa		verificaciones y chequeos	preventivo	90 dias	15/4/2025	14/7/2025	x			x								
	paneles elctrico		verificaciones y chequeos	preventivo	180 dias	2/1/2025	15/7/2025	x											
	paneles distribucion de energia		chequeo	preventivo	180 dias	2/1/2025	15/7/2025	x											
	calentamiento de cableria		chequeo	preventivo	180 dias	12/1/2025	7/7/2025	x											
	consumo electrico		chequeo	preventivo	180 dias	24/1/2025	15/7/2025	x											
	bornera de cable		apriete	preventivo	180 dias	24/1/2025	15/7/2025	x											
Equipos	3.1 Generadores Electricos de Emergencias Planta Electrica																		
	horas de trabajos		chequeo	preventivo	Diario	30/5/2025	31/5/2025	x	x	x	x	x							
	nivel de combustible		chequeo	preventivo	Diario	30/5/2025	31/5/2025	x	x	x	x	x							
	aceite nivel		chequeo	preventivo	90 dias	14/4/2025	14/7/2025	x			x								
	agua de enfriamiento		chequeo	preventivo	90 dias	15/4/2025	1/7/2025	x			x								
	correas de ventilador		chequeo	preventivo	90 dias	15/4/2025	1/7/2025	x			x								
	cambio de aceite y filtros		chequeo	preventivo	90 dias	7/1/2025	14/4/2025	x			x								
	3.2 Unidades de Aire Acondicionado																		
	Climatizacion de areas faltantes																		
	fuga de gas		chequeo	preventivo	Diario	30/5/2025	31/5/2025	x	x	x	x								
	condensador		limpieza	preventivo	90 dias	14/4/2025	14/7/2025	x			x								
	drenaje		chequeo	preventivo	90 dias	14/4/2025	1/7/2025	x			x								
	unidad evaporadora		limpieza	preventivo	90 dias	15/4/2025	15/7/2025	x			x								
	filtros		limpieza	preventivo	90 dias	14/4/2025	1/7/2025	x			x								
	3.3 Sistema de UPS																		
	paneles electricos		verificaciones	preventivo	90 dias	1/4/2025	11/7/2025	x			x								
	conecion y apriete		verificaciones	preventivo	90 dias	14/4/2025	14/7/2025	x			x								
	3.4 Extractores de Aire																		
	3.5 Sistema Contra Incendio																		
	extintores		chequeo	preventivo	90 dias	1/4/2025	1/7/2025	x			x								
	alarma contra incendio		chequeo	preventivo	90 dias	15/4/2025	16/7/2025	x			x								
	3.6 Bomba de Agua y Cisterna																		
	nivel de cisterna		chequeo	preventivo	Diario	30/5/2025	31/5/2025	x	x	x	x	x							
clorificacion en cisterna		deposito de cloro	preventivo	Diario	30/5/2025	31/5/2025	x	x	x	x	x								
bomba de servicios		chequeo	preventivo	90 dias	9/1/2025	1/4/2025	x			x									
lavado de cisterna		limpieza y desinfeccion	preventivo	90 dias	9/1/2025	1/4/2025	x			x									

3.7 Gases Medicos (Genesys Tri-tech Medical Inc)																				
nivle de aceite		chequeo	preventivo	Diario	27/3/2025	28/3/2025	x	x	x											
nivel de vacio		chequeo	preventivo	Diario	27/3/2025	28/3/2025	x	x	x											
fugas y lequeo		chequeo	preventivo	90 dias	13/1/2025	15/4/2025	x			x										
filtros		limpieza	preventivo	30 dias	2/3/2025	3/4/2025	x	x	x	x										
3.8 Distribuidor de Oxigeno																				
	fugas en toma de presion	chequeo	preventivo	90 dias	13/1/2025	15/4/2025	x			x										
	tuberia de distribucion	chequeo	preventivo	90 dias	13/1/2025	15/4/2025	x			x										
	alambrado	chequeo	preventivo	90 dias	9/1/2025	1/4/2025	x			x										
	Dar mantenimiento a todas las salidas de oxigeno		preventivo	180 Dias	12/1/2025	7/7/2025	x													
	Reparacion de maquina		correctivo			14/4/2025				x										
Lavadoras y Secadoras																				
	secadoras y 2 lavadoras			180 Dias		7/7/2025	x													
	paneles	limpieza	preventivo	90 dias	1/4/2025	21/7/2025	x			x										
	consumo	chequeo	preventivo	Diario	29/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x										
	filtros	limpieza	preventivo	30 dias	2/3/2025	3/4/2025	x	x	x	x										
	consumo de detergente	chequeo	preventivo	Diario	29/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x										
Estufas y Hornos																				
	tuberias de suministro de gas	chequeo	preventivo	90 dias	1/4/2025	14/7/2025	x			x										
	hornilla	verificacion	preventivo	90 dias	7/4/2025	15/7/2025	x			x										
Maquina de Anestecia																				
	funcion general	evaluacion	preventivo	7 dias	21/2/2025	30/4/2025	x	x	x	x										
Lamparas Cielitica	funcionamiento general	evaluacion	preventivo	Diario	27/2/2025	28/2/2025	x	x												
Autoclave	filtros	revision	preventivo	7 dias	21/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x										
	compresores	revision	preventivo	7 dias	21/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x										
Electrocardiograma	estructuras fisica general	inspeccion	preventivo	Diario	21/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x										
Ventiladores	filtros de aire	revision y cambio	preventivo	90 dias	15/14/2025	7/7/2025	x			x										
	filtros de oxigeno	revision y cambio	preventivo	180 dias	12/1/2025	7/7/2025	x													
Monitores	monitores	limpieza	preventivo	7 dias	21/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x										
Aspiradores	filtros de aire	revision y cambio	preventivo	90 dias	15/4/2025	15/4/2025	x			x										
	aparato interno	limpieza	preventivo	90 dias	15/4/2025	7/7/2025	x			x										
Incubadoras	filtros de aires	revision y cambio	preventivo	90 dias	1/4/2025	7/7/2025	x			x										
	sensor de oxigeno		preventivo	90 dias	15/4/2025	8/7/2025	x			x										
	equipo general	inspeccion fisica	preventivo	180 dias	12/1/2025	7/7/2025	x													
Servocunas	equipo general	inspeccion fisica	preventivo	180 dias	24/1/2025	15/7/2025	x													
Desfibriladores	carga y descarga	pruebas	preventivo	60 dias	10/3/2025	19/5/2025	x		x											
	equipofisico en genaral	inspeccion	preventivo	60 dias	10/3/2025	19/5/2025	x		x											
	baterias	pruebas	preventivo	60 dias	10/3/2025	19/5/2025	x		x											
Mesa Quiruegica	equipo en general	descontaminacion e inspeccion	preventivo	90 dias	9/4/2025	1/7/2025	x			x										
	hidraulicos	chequeo	preventivo	90 dias	9/1/2025	1/4/2025	x			x										
Camas de Paro	equipo general	descontaminacion	preventivo	90 dias	14/4/2025	15/7/2025	x			x										
		evaluacion y funcionamiento	preventivo	90 dias	14/4/2025	15/7/2025	x			x										
		inspeccion fisica	preventivo	90 dias	9/4/2025	1/7/2025	x			x										
Camas	equipo en general	descontaminacion	preventivo	90 dias	9/4/2025	1/7/2025	x			x										

	plomeria	fugas en tuberia y griferia	chequeo y mantenimiento	preventivo	90 dias	15/4/2025	13/7/2025	x			x								
	griferia	fugas en tuberia y griferia	chequeo y mantenimiento	preventivo	90 dias	15/4/2025	13/7/2025	x			x								
	lavamanos e inodoros	instalacion	chequeo y mantenimiento	preventivo	90 dias	9/4/2025	1/7/2025	x											
	Sistema de Almacenamiento de																		
		fugas en tuberias	verificacion	preventivo															
	cisterna	clorificacion		preventivo	interdiario	28/2/2025	30/4/2025	x	x	x	x								
		lavado		preventivo	anual	27/12/2024	29/12/2025												
	Contrucion de 1 tanque de acero inoxidable de 1,000 galones		contrucion																
5	UCI																		
	maquina de anestesia	equipo en general	mantenimiento	preventivo	30 dias	1/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x								
	defibriladores	equipo en general	mantenimiento	preventivo	30 dias	2/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x								
	mesa quirurgica	equipo en general	mantenimiento	preventivo	30 dias	1/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x								
	lampara cielistica	equipo en general	mantenimiento	preventivo	30 dias	7/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x								
	autoclave	equipo en general	mantenimiento	preventivo	7 dias	21/2/2025	30/4/2025	x	x	x	x								
	electrocardiografo	equipo en general	mantenimiento	preventivo	7 dias	21/2/2025	30/4/2025	x	x	x	x								
	aspirador quirurgico	equipo en general	mantenimiento	preventivo	30 dias	2/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x								
	ventiladores	equipo en general	mantenimiento	preventivo	30 dias	1/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x								
	monitores	equipo en general	mantenimiento	preventivo	30 dias	2/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x								
	aires acondicionados	ducto	limpieza y desinfeccion	preventivo	15 dias	7/4/2025	10/4/2025	x	x	x	x								
	gases medicinales		inspeccion	preventivo	Diaro	29/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x								
		filtros	limpieza y desinfeccion	preventivo	15 dias	27/3/2025	28/4/2025	x	x	x	x								
	ups		mantenimiento	preventivo	30 dias	2/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x								
	agua	calidad del agua	chequeo	preventivo	Diaro	29/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x								
	Hemodialisis																		
	agua filtrada	sistema de agua filtrada	prueba de agua limpieza y desinfeccion	preventivo	Diaro	29/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x								
	sistema	sistema completo	lavado	preventivo	15 dias	15/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x								
	Mama Canguro	aire acondicionado	mantenimiento ,limpieza	preventivo	15 dias	15/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x								
	inspeccion electrica y luces		chequeo	preventivo	15 dias	15/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x								
	Cuidados Intermedios	inspeccion electrica y luces	chequo	preventivo	15 dias	15/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x								
		aires acondicionados	mantenimiento y lavado de filtros	preventivo	15 dias	15/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x								
	camilla	camilla general	limpieza y desinfeccion	preventivo	15 dias	15/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x								
	monitores de signos vitales	equipo en general		preventivo	180 dias	12/1/2025	7/7/2025	x											
	Neonato																		
	cama	equipo en general	limpieza y desinfeccion	preventivo	180 dias	12/1/2025	7/7/2025	x											
	aire acondicionado	equipo en general	mantenimiento y lavado de filtros	preventivo	15 dias	3/3/2025	17/3/2025	x	x	x									
	ventiladores	equipo en general	mantenimiento	preventivo	15 dias	16/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x								
	encubadoras	equipo en general	mantenimiento ,limpieza	preventivo	15 dias	15/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x								
	cuna termica	equipo en general	mantenimiento ,limpieza	preventivo	15 dias	15/4/2025	30/4/2025	x	x	x	x								
	sistema sanitario	equipo en general	chequeo y mantenimiento	preventivo	90 dias	14/4/2025	2/7/2025	x			x								
	inspeccion electrica y luces	conecccion completa	verificacion	preventivo	180 dias	12/1/2025	7/7/2025	x											

Hospital Dr. Vinicio Calvente

Lugar de destino:		Fecha de visita:	<i>8/5/25</i>
Personal visitante:		Propósito de la asignación:	

Área	Mobiliario	Cumple/No cumple	Condición del mobiliario
------	------------	------------------	--------------------------

Imágenes	Sillas secretariales	<i>NC</i>	
	Escritorios	<i>C</i>	
	Bancadas	<i>C</i>	
Esterilización	Sillas secretariales	<i>NC</i>	
	Mesas de Comer	<i>NC</i>	
Internamiento	Sillon Acompañante	<i>C</i>	
	Mesa de Noche	<i>C</i>	
	Sillas secretariales	<i>C</i>	
Laboratorio	Escritorios	<i>NC</i>	
	Bancadas	<i>C</i>	
	Sillas secretariales	<i>C</i>	
Neonatología, UCIN	Escritorios	<i>NC</i>	
	Bancadas	<i>C</i>	
	Bancadas	<i>C</i>	
Quirófanos/ Partos	Sillas secretariales	<i>C</i>	
	Bancadas	<i>C</i>	
Emergencia	Sillas secretariales	<i>C</i>	
	Escritorios	<i>C</i>	
	Sillas secretariales	<i>C</i>	
Unidad de Cuidados Intensivos	Sillas secretariales	<i>C</i>	
	Sillas secretariales	<i>C</i>	
Odontología	Sillas	<i>C</i>	
	Mesas	<i>C</i>	
Cocina	Sillas secretariales	<i>C</i>	
	Escritorios	<i>NC</i>	
	Bancadas	<i>C</i>	



*NOTA H 24 SUR COMPU 75 BAN 10
4 ASIENTOS Y 60 SILLAS SECRETARIALES
Y 25 SILLA EJECUTIVO Y 150 SILLA
APILABLE PARA PACIENTES*



Hospital Dr. Vinicio Calvente

Formulario Inspección de Infraestructura Física

DADM-FO-008 Versión: 02
Fecha de aprobación: 17/01/2019

Lugar de destino:		Fecha de visita:	12/5/25
Personal visitante:		Propósito de la asignación:	

De la estructura:

No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones			
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	C		
3	Terminación de paredes, Pañete	C		
4	Presencia de insectos en edificación	C		
5	Terminación de Techos	C		
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	C		
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	C		
8	Funcionamiento planta eléctrica	C		
9	Funcionamiento de UPS	C		
10	Terminación general de piso	C		
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	C		
12	Señalización institucional	C		
13	Señalización Ruta de evacuación	C		
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	C		
15	Disponibilidad de Parqueos	C		
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	C		
17	Revisión de Líquidos en Equipos de Aires Acondicionados	C		
18	Revisión de Sistema de Cámaras	C		
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	C		
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	C		
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	C		
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	C		
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	C		
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	C		
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	C		
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	C		
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	C		
28	Revisión de Salida de Gases	C		
29	Revisión de Caseta de Gases	C		
30	Revisión de Data	C		
31	Condiciones Salas de Espera	C		
32	Condiciones Baños	C		
33	Limpieza Continua	C		
34	Áreas Exteriores	C		



Reneis Vegazo

Fecha: 16/5/25

Establecimiento: Hosp. Dr. Venicio Calvente

Equipo:

Ficha:

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	SEMANAS			
			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1	PISOS	1. En buen estado, sin salientes o obstáculos, limpios y sin puntos de tropezón	C	C	C	C
		2. Se mantienen los pasillos peatonales libres de obstáculos y limpios.	C	C	C	C
2	EQUIPOS DE EMERGENCIA	1. Extintores del área en un lugar adecuado, de fácil acceso y con su inspección al día.	C	C	C	C
		2. Puertas/salidas de emergencias sin obstáculos e identificada.	C	C	C	C
		3. Esta identificada la ruta de escape ante una emergencia.	C	C	C	C
		4. Los colaboradores conocen la ubicación de su punto de encuentro (preguntar en el área).	Ne	Ne	Ne	Ne
3	ESCALERAS	1. Las escaleras de acceso al área de oficina debe de estar provistas de una huella y contrahuella, libres de obstáculos y sin puntos de tropezón.	C	C	C	C
		2. Escalera de acceso a oficina debe de estar libre de grasa, obstáculos, con cinta anti resbalante	C	C	C	C
4	ESCRITORIOS Y ARMARIOS	1. El peso de la estantería se encuentra repartido de manera uniforme.	C	C	C	C
		2. La estantería que supera los 1.8m de altura se encuentra fija.	C	C	C	C
		3. Escritorios y mesas en buen estado, sin filos cortantes y estables.	C	C	C	C
		4. Están provistos los cajones de escritorios y armarios de topes que impidan su salida accidental.	C	C	C	C
		5. Están las sillas de trabajo en buen estado y constan de apoyabrazos.	C	C	C	C
Si existe una condición fuera de conformidad, corregir inmediatamente.		FIRMA DEL INSPECTOR				
LAS INSPECCIONES MARQUE:						
CONFORME						
-NO CONFORME						



Renny Vezdo



DIE-FO-001 V1

Fecha de aprobación: 9/05/2022

Hospital Dr. Vinicio Calventi

Fecha: 20 / 5 / 25

Informaciones Generales

Establecimiento de Salud:

HOSPITAL CALVERT

Servicio Regional de Salud:

Provincia

Nombre Enc. De Mantenimiento:

Teléfono:

01. Accesibilidad a personas discapacitadas
02. Accesibilidad ambulancia área emergencia
03. Condición aceras perimetrales
04. Condición almacén de alimentos
05. Condición áreas asépticas
06. Condición revestimiento fachada
07. Condición de baños
- 08 Existencia búmpers y esquineros
09. Condición de cisterna
10. Condición caseta de desechos
11. Condición caseta de planta eléctrica
12. Cocina: Limpieza, Olor y Condición
13. Condición de pisos
14. Control de plagas y animales
15. Condiciones de aires acondicionados
16. Disposición de desechos/mobiliario inservible
17. Disposición y estado de zafacones
18. Disposición del cableado eléctrico
19. Canalización aguas pluviales
20. Canalización aguas residuales
21. Condición de mobiliarios
22. Condición área de parqueos
- 23 Condición de las ventanas
- 24 Condición de puertas y llavines
- 25 Condición área esterilización

[illegible]

26. Condición protección hieiro, puertas y ventanas
27. Iluminación exterior
28. Iluminación interior
29. Iluminación acceso a emergencia
30. Condición y limpieza área lavandería
31. Condición letreros identificativos/informativos
32. Limpieza en techos
33. Limpieza área exterior en general
- 34 Limpieza área interior en general
- 35 Condición de áreas verdes
- 36 Condición y limpieza área morgue
- 37 Existencia olores desagradables en el ambiente
- 38 Condición de pintura exterior
- 39 Condición de pintura interior
- 40 Condición de sistema contra incendios
- 41 Ruta de evacuación
- 42 Ruta para desechos
- 43 Rutas de acceso
- 44 Suministro de agua en general
- 45 Condición de verja perimetral
- 46 Filtraciones
- 47 Condición de plafón en general

[illegible]

Resultados		
Total bueno		
Total regular		
Total malo		

Firma Supervisor:





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01

Fecha de aprobación: 04/04/2019

Hospital Dr. Vinicio Calventi

Fecha:

22/5/25

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre:

Generador PERKIN

Marca:

PERKIN

Modelo: _____

Serie: _____

Ubicación:

CASO de Ploma

Inventario No. *I*

Periodo:

4M ☐

6M ☐

12M ☐

Otro: _____

Notas:

Descripción de Acciones

Inspección Física



Revisión Operacional



Verificación Autodiagnóstico



Otras acciones:

Materiales Utilizados

*DARM ANTenmiedos
ACEITE, FILTRO, CORREA, REFRIGERANTE
ahos*

Condición Final

✓



x



Nombre del Electromédico

Reneus Jasso

Encargado de Área





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Planilla de Verificación de Gases Médicos

DADM-FO-017 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Hospital Dr. Vinicio Calventi

26/5/25

Fecha Realización:

Tiempo de Ejecución:

Rutina De Mantenimiento Preventivo Planificado	1	2	3	Observaciones
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	✓	✓	✓	
Efectuar limpieza integral externa del equipo.	✓	✓	✓	
Inspeccionar externamente el equipo.	✓	✓	✓	
Inspeccionar Electrodo pH, PO, PCO, cambiar membranas e instalar en la recámara.	✓	✓	✓	
Verificar los dispositivos de control, indicadores y presentadores.	✓	✓	✓	
Verificar el valor de la temperatura de la recámara.	✓	✓	✓	
Verificar el sistema de alarma.	✓	✓	✓	
Realizar ciclos de modelos de operaciones.				

Firma del Técnico:

Reneas Jagozo



Hospital Dr. Venicio Calventi

Fecha: *16.5.25*

Responsable del Llenado de la Ficha: _____

Institución Receptora: _____

Correo Electrónico: _____

Teléfono: _____

Equipos	Verificación Diaria	Verificación Semanal	Verificación Mensual	Verificación Trimestral	Verificación Semestral	Verificación Anual
Maquinas Anestesia			✓			
Desfibrilador			✓			
Mesa Quirúrgica			✓			
Lampara Cielitica		✓				
Autoclave	✓					
Electrocardiógrafo		✓				
Aspirador Quirúrgico		✓				
Ventiladores		✓				
Monitores			✓			
Limpiezas y Revisiones Generales	✓					
Aires Acondicionado o Re- Cambio Filtros Hepa		✓				
Limpieza y Desinfección de Ductos		✓				
Piso Aséptico		✓				
Revisión UPS		✓				
Revisión Paneles Aislamiento	✓					
Gases Medicinales		✓				
Controles Acceso		✓				
Calidad del Agua	✓					

Nota: método de verificación será mediante informe con imágenes fotográficas de tener contratos debe presentar contratos, antes y después de lo ejecutado según la periodicidad.

Observaciones: _____

Renny Jeger
Nombre y Firma



Hospital Dr. Vinicio Calventi 14/5/25

Mes: Mayo

Establecimiento:

Equipo:

Ficha:

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Medidas correctivas en caso de No conformidad	DÍAS DEL MES																																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	SEGURIDAD ELÉCTRICA	1. Cables eléctricos de los equipos en buenas condiciones y sin empalmes.	1. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. De existir cuarto eléctrico en el área, se encuentra con accesos controlado y señalizado.	2. Colocar control de acceso (cerradura) y señalización	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		3. Paneles eléctricos, señalizados con nivel de voltaje y peligro. El acceso está despejado	3. Colocar señalización, despejar área	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		4. Áreas húmedas provistas de toma corrientes con sistema GFCI (Interruptor con falla a tierra)	4. Colocar tomacorrientes GFCI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		5. Los tomacorrientes se encuentran tapados sin alteraciones	5. Reparar desvíos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	PANELES ELÉCTRICOS	1. Las conexiones se muestran ajustadas.	1. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. La estructura física se observa en buen estado.	2. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		3. La puerta se encuentra cerrada.	3. Cerrar puerta, garantizar la operación	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		4. Los aislantes se observan en buen estado.	4. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		5. Se observa libre de polvos y partículas de suciedad.	5. Limpiar las áreas	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	ILUMINACIÓN	1. Áreas de trabajo con iluminación adecuada.	1. Reemplazar luminarias	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		2- Lámparas en buenas condiciones y bien colocadas.	2. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.				FIRMA DEL INSPECTOR																																
EN LAS INSPECCIONES MARQUE:																																				
C-CONFORME NC-NO CONFORME																																				





SERVICIO REGIONAL DE SALUD

METROPOLITANO

DIVISION DE CENTROS HOSPITALARIO

MATRIZ LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE EQUIPOS.

Hospital Dr. Venicio Calventi 5/5/25

NOMBRE DEL HOSPITAL:

FECHA:

No.	AREA	TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD	OBSERVACION : COLOCAR AQUÍ LA PLANIFICACION PARA LAS MEJORAS
	TRAMPOTDENA	BeHILVLOS	6	
	Imagin	Resonador	1	
	INSIDSEN	Mdmsrkeu	2	
	Imagin	TOMOSRKEU	2	
	Imagin	Ados por el	3	
	Imagin	Ados x FISO	1	
	Limpieza	CARROPANO Limpico	3	
	Imagin	ULTRASONIDO	1	
	Imagin	ZONDS END	1	
	PIANTA ELECTRICU	Generador 1.5 mcs	1	
	VEI	ASPIRADOR 4 PORTAL	9	
	Emergencia	ASPIRADOR PORTAL	15	
	En medicina	Ventilador	8	
	Medicina interna	Ventilador	2	
	MORFOL	muero PAN cada ve	8 veces	
	Levandamiento	Levados	2	
	Levandamiento	Intal	2	
	Levandamiento		1	

NOTA: COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS Y SI REQUIERE AGREGAR FILAS PUEDEN HACERLO, ESCRIBIR EN MAYUSCULA.


Renny Vescor













GOBIERNO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL DEL SERVICIO SALVADOR

AI SLAM IENTO 1

JOMIAND







[illegible]

[illegible]

	plomeria	fugas en tubería y grifería	chequeo y mantenimiento	preventivo	90 días	15/4/2025	13/7/2025	x			x								
	grifería	fugas en tubería y grifería	chequeo y mantenimiento	preventivo	90 días	15/4/2025	13/7/2025	x			x								
	lavamanos e inodoros	instalacion	chequeo y mantenimiento	preventivo	90 días	9/4/2025	1/7/2025	x											
	Sistema de Almacenamiento de																		
		fugas en tuberías	verificacion	preventivo															
	cisterna	clorificacion		preventivo	interdiario	30/6/2025	2/7/2025	x	x	x	x	x	x						
		lavado		preventivo	anual	27/12/2024	29/12/2025												
	Contrucion de 1 tanque de acero inoxidable de 1,000 galones		contrucion																
5	UCI																		
	maquina de anestesia	equipo en general	mantenimiento	preventivo	30 días	1/6/2025	30/6/2025	x	x	x	x	x	x						
	defibriladores	equipo en general	mantenimiento	preventivo	30 días	2/6/2025	30/6/2025	x	x	x	x	x	x						
	mesa quirurgica	equipo en general	mantenimiento	preventivo	30 días	1/6/2025	30/6/2025	x	x	x	x	x	x						
	lampara cielistica	equipo en general	mantenimiento	preventivo	30 días	7/6/2025	30/6/2025	x	x	x	x	x	x						
	autoclave	equipo en general	mantenimiento	preventivo	7 días	30/6/2025	2/7/2025	x	x	x	x	x	x						
	electrocardiografo	equipo en general	mantenimiento	preventivo	7 días	30/6/2025	2/7/2025	x	x	x	x	x	x						
	aspirador quirurgico	equipo en general	mantenimiento	preventivo	30 días	1/6/2025	30/6/2025	x	x	x	x	x	x						
	ventiladores	equipo en general	mantenimiento	preventivo	30 días	2/6/2025	30/6/2025	x	x	x	x	x	x						
	monitores	equipo en general	mantenimiento	preventivo	30 días	1/6/2025	30/6/2025	x	x	x	x	x	x						
	aires acondicionados	ducto	limpieza y desinfeccion	preventivo	15 días	30/6/2025	16/7/2025	x	x	x	x	x	x						
	gases medicinales		inspeccion	preventivo	Diario	29/6/2025	30/6/2025	x	x	x	x	x	x						
		filtros	limpieza y desinfeccion	preventivo	15 días	30/6/2025	16/7/2025	x	x	x	x	x	x						
	ups		mantenimiento	preventivo	30 días	2/6/2025	30/6/2025	x	x	x	x	x	x						
	agua	calidad del agua	chequeo	preventivo	Diario	29/6/2025	30/6/2025	x	x	x	x	x	x						
	Hemodialisis																		
	agua faltarada	sistema de agua filtrada	prueba de agua limpieza y desinfeccion	preventivo	Diario	29/4/2025	30/6/2025	x	x	x	x	x	x						
	sistema	sistema completo	lavado	preventivo	15 días	30/6/2025	16/7/2025	x	x	x	x	x	x						
	Mama Canguro	aire acondicionado	mantenimiento ,limpieza	preventivo	15 días	30/6/2025	16/7/2025	x	x	x	x	x	x						
	inspeccion electrica y luces		chequeo	preventivo	15 días	30/6/2025	16/7/2025	x	x	x	x	x	x						
	Cuidados Intermedios	inspeccion electrica y luces	chequo	preventivo	15 días	30/6/2025	16/7/2025	x	x	x	x	x	x						
		aires acondicionados	mantenimiento y lavado de filtros	preventivo	15 días	30/6/2025	16/7/2025	x	x	x	x	x	x						
	camilla	camilla general	limpieza y desinfeccion	preventivo	15 días	30/6/2025	16/7/2025	x	x	x	x	x	x						
	monitores de signos vitales	equipo en general		preventivo	180 días	12/1/2025	7/7/2025	x											
	Neonato																		
	cama	equipo en general	limpieza y desinfeccion	preventivo	180 días	12/1/2025	7/7/2025	x											
	aire acondicionado	equipo en general	mantenimiento y lavado de filtros	preventivo	15 días	30/6/2025	16/7/2025	x	x	x	x	x	x						
	ventiladores	equipo en general	mantenimiento	preventivo	15 días	30/6/2025	16/7/2025	x	x	x	x	x	x						
	encubadoras	equipo en general	mantenimiento ,limpieza	preventivo	15 días	30/6/2025	16/7/2025	x	x	x	x	x	x						
	cuna termica	equipo en general	mantenimiento ,limpieza	preventivo	15 días	30/6/2025	16/7/2025	x	x	x	x	x	x						
	sistema sanitario	equipo en general	chequeo y mantenimiento	preventivo	90 días	14/4/2025	2/7/2025	x			x								
	inspeccion electrica y luces	coneccion completa	verificacion	preventivo	180 días	12/1/2025	7/7/2025	x											



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario Inspección de Mobiliario

DADM-FO-016 Versión: 01

Fecha de aprobación: 17/01/2019

Hospital Dr. Vinicio Calvente

Lugar de destino:		Fecha de visita:	<i>11/6/25</i>
Personal visitante:		Propósito de la asignación:	

Área	Mobiliario	Cumple/No cumple	Condición del mobiliario
Imágenes	Sillas secretariales	<i>NO</i>	
	Escritorios	<i>C</i>	
	Bancadas	<i>C</i>	
Esterilización	Sillas secretariales	<i>NO</i>	
		<i>C</i>	
Internamiento	Mesas de Comer	<i>C</i>	
	Sillon Acompañante	<i>C</i>	
	Mesa de Noche	<i>NO</i>	
Laboratorio	Sillas secretariales	<i>C</i>	
	Escritorios	<i>C</i>	
	Bancadas	<i>NO</i>	
Neonatología, UCI	Sillas secretariales	<i>C</i>	
	Escritorios	<i>C</i>	
	Bancadas	<i>C</i>	
Quirófanos/ Pabellones	Bancadas	<i>C</i>	
	Sillas secretariales	<i>C</i>	
	Bancadas	<i>C</i>	
Emergencia	Sillas secretariales	<i>C</i>	
	Escritorios	<i>C</i>	
		<i>C</i>	
Unidad de Cuidados Intensivos	Sillas secretariales	<i>C</i>	
	Sillas secretariales	<i>C</i>	
	Sillas	<i>C</i>	
Odontología	Mesas	<i>C</i>	
	Sillas secretariales	<i>NO</i>	
Cocina	Escritorios	<i>NO</i>	
	Bancadas	<i>E</i>	





Hospital Dr. Vinicio Calvanti

13/6/25

Formulario Inspección de Infraestructura Física

DADM-FO-008 Versión: 02

Fecha de aprobación: 17/01/2019

Lugar de destino:	Fecha de visita:
Personal visitante:	Propósito de la asignación:

De la estructura:				
No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones			
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	C		
3	Terminación de paredes, Pañete	C		
4	Presencia de insectos en edificación	C		
5	Terminación de Techos	C		
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	C		
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	C		
8	Funcionamiento planta eléctrica	C		
9	Funcionamiento de UPS	C		
10	Terminación general de piso	C		
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	C		
12	Señalización institucional	C		
13	Señalización Ruta de evacuación	C		
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	C		
15	Disponibilidad de Parqueos	C		
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	C		
17	Revisión de Líquidos en Equipos de Aires Acondicionados	C		
18	Revisión de Sistema de Cámaras	C		
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	C		
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	C		
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	C		
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	C		
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	C		
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	C		
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	C		
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	C		
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	C		
28	Revisión de Salida de Gases	C		
29	Revisión de Caseta de Gases	C		
30	Revisión de Data	C		
31	Condiciones Salas de Espera	C		
32	Condiciones Baños	C		
33	Limpieza Continua	C		
34	Áreas Exteriores	C		



Fecha: 18 / 6 / 2025

Establecimiento: Hosp. Dr. Vinicio Calvente Equipo:

Ficha:

ITEM	VERIFICAR	PARAMETRO	SEMANAS			
			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1	PISOS	1. En buen estado, sin salientes o obstáculos, limpios y sin puntos de tropezón	C	C	C	C
		2. Se mantienen los pasillos peatonales libres de obstáculos y limpios.	C	C	C	C
2	EQUIPOS DE EMERGENCIA	1. Extintores del área en un lugar adecuado, de fácil acceso y con su inspección al día.	C	C	C	C
		2. Puertas/salidas de emergencias sin obstáculos e identificadas.	C	C	C	C
		3. Esta identificada la ruta de escape ante una emergencia.	C	C	C	C
		4. Los colaboradores conocen la ubicación de su punto de encuentro (preguntar en el área).	No	No	No	No
3	ESCALERAS	1. Las escaleras de acceso al área de oficina debe de estar provistas de una huella y contrahuella, libres de obstáculos y sin puntos de tropezón.	C	C	C	C
		2. Escalera de acceso a oficina debe de estar libre de grasa, obstáculos, con cinta anti resbalante	C	C	C	C
4	ESCRITORIOS Y ARMARIOS	1. El peso de la estantería se encuentra repartido de manera uniforme.	C	C	C	C
		2. La estantería que supera los 1.8m de altura se encuentra fija.	C	C	C	C
		3. Escritorios y mesas en buen estado, sin filos cortantes y estables.	C	C	C	C
		4. Están provistos los cajones de escritorios y armarios de topes que impidan su salida accidental.	C	C	C	C
		5. Están las sillas de trabajo en buen estado y constan de apoyabrazos.	C	C	C	C
Si existe una condición fuera de conformidad, corregir inmediatamente. LAS INSPECCIONES MARQUE: CONFORME NO CONFORME		FIRMA DEL INSPECTOR				



Fecha: 20 / 6 / 25

Informaciones Generales

Establecimiento de Salud: Hospital Dr. Vinicio Calvanti

Servicio Regional de Salud: Provincia:

Nombre Enc. De Mantenimiento:

Teléfono:

01. Accesibilidad a personas discapacitadas
02. Accesibilidad ambulancia área emergencia
03. Condición aceras perimetrales
04. Condición almacén de alimentos
05. Condición áreas asépticas
06. Condición revestimiento fachada
07. Condición de baños
08. Existencia bñmpers y esquineros
09. Condición de cisterna
10. Condición caseta de desechos
11. Condición caseta de planta eléctrica
12. Cocina: Limpieza, Olor y Condición
13. Condición de pisos
14. Control de plagas y animales
15. Condiciones de aires acondicionados
16. Disposición de desechos/mobiliario inservible
17. Disposición y estado de zafacones
18. Disposición del cableado eléctrico
19. Canalización aguas pluviales
20. Canalización aguas residuales
21. Condición de mobiliarios
22. Condición área de parqueos
23. Condición de las ventanas
24. Condición de puertas y llavines
25. Condición área esterilización

Bueno	Regular	Malo	N/A
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐

26. Condición protección hierro, puertas y ventanas
27. Iluminación exterior
28. Iluminación interior
29. Iluminación acceso a emergencia
30. Condición y limpieza área lavandería
31. Condición letreros identificativos/informativos
32. Limpieza en techos
33. Limpieza área exterior en general
34. Limpieza área interior en general
35. Condición de áreas verdes
36. Condición y limpieza área morgue
37. Existencia olores desagradables en el ambiente
38. Condición de pintura exterior
39. Condición de pintura interior
40. Condición de sistema contra incendios
41. Ruta de evacuación
42. Ruta para desechos
43. Rutas de acceso
44. Suministro de agua en general
45. Condición de verja perimetral
46. Filtraciones
47. Condición de plafón en general

Bueno	Regular	Malo	N/A
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐

Resultados

Total bueno	
Total regular	
Total malo	

Firma Supervisor:





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01

Fecha de aprobación: 04/04/2019

Hospital Dr. Vinicio Calventi

Fecha: 24/6/25

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Generador perkum

Marca: perkum

Serie: _____

Modelo: _____

Ubicación: _____

Inventario No. I

Periodo: 4M ☐ 6M ☒ 12M ☐ Otro: _____

Notas: _____

Descripción de Acciones

Inspección Física ☒

Revisión Operacional ☒

Verificación Autodiagnóstico ☒

Otras acciones:

Correo, Refrigerante, Dar mantenimiento

Materiales Utilizados

Condición Final

✓ ☒ × ☐

Nombre del Electromédico _____

Encargado de Área _____



Planilla de Verificación de Gases Médicos

DADM-FO-017 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

30/6/25

Tiempo de Ejecución:

Hospital Dr. Vinicio Calvente

Rutina De Mantenimiento Preventivo Planificado	1	2	3	Observaciones
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	C	C	C	
Efectuar limpieza integral externa del equipo.	C	C	C	
Inspeccionar externamente el equipo.	C	C	C	
Inspeccionar Electrodo pH, PO, PCO, cambiar membranas e instalar en la recamara.	C	C	C	
Verificar los dispositivos de control, indicadores y presentadores.	C	C	C	
Verificar el valor de la temperatura de la recamara.	C	C	C	
Verificar el sistema de alarma.	C	C	C	
Realizar ciclos de modelos de operaciones.	C	C	C	

Firma del Técnico: _____





DIVISION DE CENTROS HOSPITALARIO

MATRIZ LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA.

Hospital Dr. Umicio Calvanti 2/6/25

NOMBRE DEL HOSPITAL:

FECHA:

NOTA: COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS Y SI REQUIERE AGREGAR FILAS PUEDEN HACERLO, ESCRIBIR EN MAYUSCULA.

Renesis





05/06/25

DIVISION DE CENTROS HOSPITALARIO

MATRIZ LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA.

Hospital Dr. Venicio Calvente

NOMBRE DEL HOSPITAL:**FECHA:**

NOTA: COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS Y SI REQUIERE AGREGAR FILAS PUEDEN HACERLO, ESCRIBIR EN MAYUSCULA.

Revised





SERVICIO REGIONAL DE SALUD

METROPOLITANO

9/6/25

DIVISION DE CENTROS HOSPITALARIO

Hospital Dr. Vinicio Calventi

MATRIZ LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE EQUIPOS.

NOMBRE DEL HOSPITAL:				FECHA:
No.	AREA	TIPO DE EQUIPO	CATIDAD	OBSERVACION : COLOCAR AQUÍ LA PLANIFICACION PARA LAS MEJORAS
	transportacion	vehiculos	6	
	Imagen	Resonador	1	
	imagen	mamografo	2	
	imagen	tomografo	1	
	imagen	Rx portatil	3	
	imagen	Rx fijo	1	
	limpieza	Carro Limpieza	3	
	imagen	ultra Sonido	1	
	imagen	Sonografo	1	
	planta Electrica	generador 1.5 mega	1	
	UCI	Aspiradores portatil	9	
	Emergencia	Aspiradores portatil	15	
	Emergencia	Ventiladores mecanico	8	
	Medicina interna	Ventiladores	2	
	Morgue	Nevera para cadaver	8 boca	
	laboratoria	estacion de trabajo	Secadora, Calandra	

NOTA: COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS Y SI REQUIERE AGREGAR FILAS PUEDEN HACERLO, ESCRIBIR EN MAYUSCULA.



16/6/25

Mes: Junio

Establecimiento: Hosp Dr. Vinicio Colvanti

Equipo: _____

Ficha: _____

ITEM	VERIFICAR	PARAMETRO	Medidas correctivas en caso de No conformidad	DÍAS DEL MES																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	SEGURIDAD ELÉCTRICA	1. Cables eléctricos de los equipos en buenas condiciones y sin empalmes.	1. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. De existir cuarto eléctrico en el área, se encuentra con accesos controlado y señalizado.	2. Colocar control de acceso (cerradura) y señalización	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		3. Paneles eléctricos, señalizados con nivel de voltaje y peligro. El acceso está despejado	3. Colocar señalización, despejar área	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		4. Áreas húmedas provistas de toma corrientes con sistema GFCI (Interruptor con falla a tierra)	4. Colocar tomacorrientes GFCI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		5. Los tomacorrientes se encuentran tapados sin alteraciones	5. Reparar desvíos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	PANELES ELÉCTRICOS	1. Las conexiones se muestran ajustadas.	1. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. La estructura física se observa en buen estado.	2. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		3. La puerta se encuentra cerrada.	3. Cerrar puerta, garantizar la operación	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		4. Los aislantes se observan en buen estado.	4. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		5. Se observa libre de polvos y partículas de suciedad.	5. Limpiar las áreas	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	ILUMINACIÓN	1. Áreas de trabajo con iluminación adecuada.	1. Reemplazar luminarias	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2- Lámparas en buenas condiciones y bien colocadas.	2. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.				FIRMA DEL INSPECTOR 																														
N LAS INSPECCIONES MARQUE:																																		
-CONFORME C-NO CONFORME																																		

Fecha: 18/6/25

Responsable del Llenado de la Ficha: _____

Institución Receptora: Hosp. Dr. Vinicio Calventi

Correo Electrónico: _____

Teléfono: _____

Equipos	Verificación Diaria	Verificación Semanal	Verificación Mensual	Verificación Trimestral	Verificación Semestral	Verificación Anual
Maquinas Anestesia			✓			
Desfibrilador			✓			
Mesa Quirúrgica			✓			
Lampara Cielitica		✓				
Autoclave	✓	✓				
Electrocardiógrafo		✓				
Aspirador Quirúrgico		✓				
Ventiladores		✓				
Monitores			✓			
Limpiezas y Revisiones Generales	✓					
Aires Acondicionado o Re- Cambio Filtros Hepa		✓				
Limpieza y Desinfección de Ductos		✓				
Piso Aséptico		✓				
Revisión UPS		✓				
Revisión Paneles Aislamiento	✓					
Gases Medicinales		✓				
Controles Acceso		✓				
Calidad del Agua	✓					

Nota: método de verificación será mediante informe con imágenes fotográficas de tener contratos debe presentar contratos, antes y después de lo ejecutado según la periodicidad.

Observaciones: _____

Reneis Vazquez

Nombre y Firma





