

Fecha: 28 de Febrero 2025

Responsable del Llenado de la Ficha: Ronny Sanchez Institución Receptora: HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA

Correo Electrónico: ronny_sanchez@yahoo.com Teléfono: 1 (849) 282-0544

Equipos	Verificación Diaria	Verificación Semanal	Verificación Mensual	Verificación Trimestral	Verificación Semestral	Verificación Anual
Maquinas Anestesia			X			
Desfibrilador		X				
Mesa Quirúrgica				X		
Lampara Cielitica					X	
Autoclave						
Electrocardiógrafo			X			
Aspirador Quirúrgico		X	X			
Ventiladores						
Monitores			X			
Limpiezas y Revisiones Generales	X					
Aires Acondicionado o Re-Cambio Filtros Hepa					X	
Limpieza y Desinfección de Ductos				X		
Piso Aséptico						X
Revisión UPS						X
Revisión Paneles Aislamiento						X
Gases Medicinales				X		
Controles Acceso				X		
Calidad del Agua	X					

Nota: método de verificación será mediante informe con imágenes fotográficas de tener contratos debe presentar contratos, antes y después de lo ejecutado según la periodicidad.

Obsevaciones:



Nombre y Firma

Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
26 DE MARZO 2025

Instalación / Maquinaria	Elementos del Equipo a realizar	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Planta Eléctrica Diesel de 0100 kva	Motor del generador	a) Cambio filtro de aceite.	preventivo	Todo el año	16/3/2025	16/4/2025	x	X	X										
	Tanque de coulant	e) Cambio de aceite.																	
		f) Mantenimiento preventivo en general.																	
Planta Eléctrica Caterpillar de 500 kva	Motor del generador	a) Cambio filtro de aceite.	preventivo	Todo el año	29/3/2025	14/4/2025	x	X	X										
Subestación eléctrica	Aire (condensador y consola)	a) Mantenimiento y limpieza en general	preventivo	Mensual	2/3/2025	2/4/2025	x	X	X										
	Transfer	d) Mantenimiento	preventivo	Mensual	21/3/2025	22/4/2025	x	X	X										
Red eléctrica 1er nivel	Tomacorrientes	b) Inspecciones y Verificación de buen funcionamiento y cambio si se requiere	preventivo	Mensual	8/3/2025	8/4/2025	x	X	X										
Red eléctrica 2do nivel	Cuartos electricos	a) Inspecciones y Verificación de buen funcionamiento entre breakes	preventivo	Mensual	14/3/2025	14/4/2025	x	X	X										
Red eléctrica 3er nivel	Cuartos electricos	a) Inspecciones y Verificación de buen funcionamiento entre breakes	preventivo	Mensual	25/3/2025	25/4/2025	x	X	X										
Ascensor Fuji	Cables tensados	a) Sustitución de cables tensados	Correctivo	Anual	1/1/2025	1/12/2025	X	X	X										
Ascensor	Cables tensados	a) Sustitución de cables tensados	Correctivo	Anual	15/1/2025	15/12/2025	X	X	X										
Mantenimiento De	Bloque A	a. Revestimiento De Paredes	preventivo	Mensual	25/3/2025	9/4/2025	x	X	X										
Mantenimiento De	Bloque B	a) Revestimiento De Paredes	preventivo	Mensual	25/3/2025	25/4/2025	x	X	X										
Acondicionador de aire ductable 5 ton R-401	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	15/3/2025	15/4/2025	x	X	X										
Acondicionador de arie Split de 02-18-24 y 36 Btu	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	13/3/2025	13/4/2025	x	X	X										
Acondicionador de arie tipo VRF 15 ton R-401	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	6/3/2025	6/4/2025	x	X	X										
Acondicionador de arie tipo Paquete 01 ton R-401	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	15/3/2025	15/4/2025	x	X	X										
Aire Acondicionado Mirage 18000btu	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	15/3/2025	15/4/2025	x	X	X										
Ambulancia OJZ-593	Parqueo	Cambio de aceite de motor cada 5000 kilómetros, alineación y balanceo mensual, rotación de llantas, engrase general, cambio de pastillas, cambio de llantas., cambio de líquidos en general, tensión de frenos, engrases de rodamientos, cambio de batería, cambio de bandas. Cambio de pastillas, ajuste de carrocería., cambio de líquidos en general, cambio de correas, sincronización, cambio de discos delanteros, y demás mantenimiento que se requiera anula.	Correctivo	Mensual	15/3/2025	15/4/2025	x	X	X										

 Los
 Mantenimientos
 correctivos se
 realizan segun
 demanda

10554(10A)

MANTENERGIA ELECTRICA Y ABASTECIMIENTOS S.R.L.

ING. OSIRIS TRONCOSO.

Contratista Eléctrico Plantas Eléctricas

Diseños, Controles Automáticos, Aires

C/ Club de Leones, No.212, Alma Rosa 1

Santo Domingo Este D.N. Rep. Dominicana.

Cel. 809-775-4416. Email. osiriselectric@hotmail.com.


TEL: 809-788-5088. RNC. 132267079.

OCT 28 2025

1,000 KVA.

Cliente: HOSPITAL MATERNO INFANTIL Equipo: CUMMINS Mod. DF HB-7075582

FECHA	HORAS EQUIPO	NIVEL DE ACEITE	PRESION DE ACEITE	NIVEL DE RADIADOR	TEMP. F	VOLTAGE	CICLOS HZ	NIVEL BATERIA	VOLT. BATERIA	NIVEL GASOL	REVISION HECHA POR
24/3/24	1070.2	F	64 PSI	F	176	208	60	F	27.5	F	OSIRIS TRONCOSO.
20/3/25	1183.5	F	68 PSI	F	175	208	60	F	28.0	F	OSIRIS TRONCOSO.



Fecha 24/03/2024
Mantenimiento 1070.2 Horas
Proximo 1183.5 Horas


Fecha 20/03/2025
Mantenimiento 1183.5 Horas
Proximo 1296.5 Horas

Fecha _____
Mantenimiento _____ Horas
Proximo _____ Horas

Fecha _____
Mantenimiento _____ Horas
Proximo _____ Horas

Fecha _____
Mantenimiento _____ Horas
Proximo _____ Horas

Fecha _____
Mantenimiento _____ Horas
Proximo _____ Horas





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

8/1/2025


Área Solicitante:

Unidad Materna Fetal

Trabajos a Efectuar

Instalación de tomas corrientes

Observaciones


Firma del Solicitante



Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

Consulta Externa

Área Solicitante:

31/3/2025

Trabajos a Efectuar

PERFORACIÓN DE MARMOL
AGRE DE CONSULTAS PEDIÁTRICAS

Observaciones



[Firma manuscrita]

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

13/01/2025

Área Solicitante:

Sala de Puerto
Cruzeta 2do piso

Trabajos a Efectuar

Instalación de 2 extensiones eléctricas

Observaciones



Sebastian Diaz

Firma del Solicitante

Joan M. S.S.

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

7/1/25


Área Solicitante:

Interción de enfermería

Trabajos a Efectuar

Interción de lampara

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

4/1/25

Área Solicitante:

enfermería

Trabajos a Efectuar

iluminación de cuarto
de enfermería 2 piso

Observaciones



Firma del Solicitante



Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

4/1/25

Área Solicitante:

pos parte

Trabajos a Efectuar

eliminación de vano
de los cuartos de pos parte
2 piso

Observaciones



Firma del Solicitante

[Handwritten signature]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

6/1/25

Área Solicitante:

evaluación

Trabajos a Efectuar

mantenencia de piso de
inodoro 3 puntos
avatación 303

Observaciones

Firma del Solicitante



Firma del Técnico

[Handwritten signature]



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

6/1/25

Área Solicitante:

Rosquiroso

Trabajos a Efectuar

destape de vano
3 piso avitacion 307

Observaciones



Firma del Solicitante

[Handwritten signature]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

06/01/25

Área Solicitante:

Post Quirúrgica

Trabajos a Efectuar

Cambio de Maquines Post Quirúrgica
Habitación B 7-B-5 Baños y Puerta
Principal

Observaciones



Firma del Solicitante

Pedro Luis M.M.

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

9/01/2025

Área Solicitante:

CONSULTA

Trabajos a Efectuar

Instalación de 1 llavín en puerta
de consultorio

Observaciones

Mateo Salazar

Firma del Solicitante

EDISON

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

12/1/2019

Área Solicitante:

Servicio A64 Perú

Trabajos a Efectuar

instalación de tubo de
escape de aire acondicionado

Observaciones



Firma del Solicitante

pesco
Francisco J. Ruiz

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

12/1/25

Área Solicitante:

Rosendo

Trabajos a Efectuar

desape de baño 2^a planta

Observaciones



Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

12/1/25

Área Solicitante:

Infantología

Trabajos a Efectuar

arreglo de Gabinetes de
puerto

Observaciones



Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

11/1/25

Área Solicitante:

Estérilización

Trabajos a Efectuar

aviso de tubería
esterilización

Observaciones



Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

11/1/2019

Área Solicitante:

inspección

Trabajos a Efectuar

areglo de manguera
de tanque de inodoro

Observaciones



Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 14/02/2025

Área Solicitante: Imágenes (Sonografía)

Descripción de Trabajo a Efectuar

Revisión de puesta a tierra a los
tomacorriente del área de Sonografía
en la habitación # 2.

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
Elizabeth Garcia		12/02/2025
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo
Joel		14/02/2025

Santo Domingo
12/02/2025

A : **Lic. Eugenio Rosario**
Administrador

Vía : **Señor Rony Sánchez**
Enc. De Mantenimiento

Asunto : Solicitud de instalación de un sistema de puesta a tierra.



Luego de un cordial saludo, nos dirigimos a ustedes para solicitar la instalación de un sistema de puesta a tierra para los equipos de sonografía que utilizamos en nuestras instalaciones, ya que la falta del mismo provoca interferencias con los equipos, y afecta la calidad de los diagnósticos.

Este procedimiento es esencial para garantizar la seguridad eléctrica de nuestros equipos y del personal que opera en nuestra área de Imágenes, para permitir un funcionamiento seguro, evitando riesgos de posibles fallos eléctricos o accidentes relacionados con descargas

Agradezco de antemano su atención y apoyo en este importante asunto.

Atentamente

Glorys Vargas
Dra. Glorys Vargas
Enc. de Imágenes





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

13/1/2024

Área Solicitante:

post-parto

Trabajos a Efectuar

Bombillo del baño habitación #13

11 11 11 11 #10

arreglar el aire de la habitación de enfermera
de post-parto esta cayendo agua.

Observaciones

Jenica Gómez
Firma del Solicitante



Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

13-1-2019

Fecha Realización:

Área Solicitante:

DIRECCIÓN

Trabajos a Efectuar

Cambiar llave / AVAMANO
DIRECCIÓN

Observaciones

Gianna

Firma del Solicitante



S. Ag. C. J.

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

13/1/24

Área Solicitante:

post-parto

Trabajos a Efectuar

2 Combillo
2 Lampara
2 Lemporo

Observaciones

Realizado

Jenica Gómez

Firma del Solicitante

Jhoan M. J.S.

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

14/01/2025

Área Solicitante:

Sala de Parto

Trabajos a Efectuar

Reparación de línea eléctrica en la
parte de fregadero con llaves de senor-
er

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

17/1/2025

Área Solicitante:

Pavillo 3er Nivel

Trabajos a Efectuar

Reparación de cableado eléctrico de lampara
lechl

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

20/01/2025

Área Solicitante:

Sub-Dirección

Trabajos a Efectuar

Instalación de 3 lamparas led

Observaciones

Dra. Julia Upeña
Firma del Solicitante

Edison
Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

20/01/2025

Área Solicitante:

Prevenir

Trabajos a Efectuar

Instalación de 1 llavín en oficina de
encargada del área de profilaxis

Observaciones

[Firma]

Firma del Solicitante

[Firma]


Firma del Técnico





Fecha: 24/04/25

Área Solicitante: Sembrador
Consultor

Descripción de Trabajo a Efectuar
Intervención de Maquin

		
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

		
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo

Fecha

24/01/2025

Área Solicitante:

Patología

Descripción de Trabajo a Efectuar

Instalación de 7 lamparas led

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Ediso

Ediso

24/1/25

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

Edison

Edison

24/1/25

Fecha

23/01/2025

Área Solicitante:

Depto. Compras

Descripción de Trabajo a Efectuar

Instalación de extensión 24 pies para la
conexión de los computadores

Nombre del Solicitante

Firma Solicitante

Fecha de la Solicitud

Jon R. Rodriguez

23/10/2025

Nombre del Técnico

Firma del Técnico

Fecha Termino de Trabajo

Jose

23/01/2024

Fecha

28-1-25

Área Solicitante:

Vacuna

Descripción de Trabajo a Efectuar

Colocación de 1 llavín para la puerta del baño.

Nombre del Solicitante

Firma Solicitante

Fecha de la Solicitud

Sarah Zalma

Zalma

28-1-25

Nombre del Técnico

Firma del Técnico

Fecha Termino de Trabajo

EDISON

28-1-25

Fecha

23/01/2025

Área Solicitante:

Patología

Descripción de Trabajo a Efectuar

Instalación de cableado eléctrico en
el área de histotecnología del área de
patología

Nombre del Solicitante

Firma Solicitante

Fecha de la Solicitud

Jose Agüero

Jose Agüero

23/1/2025

Nombre del Técnico

Firma del Técnico

Fecha Terminó de Trabajo

Jose Jiménez

Jose Jiménez

23/01/2025

Fecha

28/01/2025

Área Solicitante:

DIVISION LEGAL

Descripción de Trabajo a Efectuar

Instalacion de llavim de la puerta
de entrada a la oficina.



Nombre del Solicitante

Firma Solicitante

Fecha de la Solicitud

Nombre del Técnico

Firma del Técnico

Fecha Termino de Trabajo

Fecha: 29/11/2025

Área Solicitante: post para crisis

Descripción de Trabajo a Efectuar

Instalación de 1 lampara led en el baño
Tapado de aberturas en paredes de la habitación

Jessica	Jessica Gómez	
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Juan	Juan	
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

29/01/2025

Área Solicitante:

Lavandería

Descripción de Trabajo a Efectuar

Instalación de 1 lavín en almacén de
sábanas en la lavandería del hospital

Nombre del Solicitante

Firma Solicitante

Fecha de la Solicitud

Nombre del Técnico

Firma del Técnico

Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

31/01/2025

Área Solicitante:

Archivo

Descripción de Trabajo a Efectuar

Destapado de desague del piso en
el baño y apretado de llave de
lavamanos.

José D. Rosales Nater

Nombre del Solicitante

Firma Solicitante

Fecha de la Solicitud

31-1-2025

ASOSCIÓN

[Firma]

Nombre del Técnico

Firma del Técnico

Fecha Terminó de Trabajo

31-1/2025



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

3/2/2025

Área Solicitante:

Habitación de Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Instalación de llavín

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

Lic. Lissanna Díaz

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo
--------------------	-------------------	--------------------------

Thom M. S. S.



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

6/02/2025

Área Solicitante:

Unidos de Medicamentos

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reemplazo e instalación de sistema de tubería para alimentación de agua del fogadero del área de Unidos de Medicamentos.

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

[Firma] 6-02-2025

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo
--------------------	-------------------	--------------------------

AGUSTIN CABRERA 6-02-2025

[Firma]



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha


10/2/25

Área Solicitante:

Seguro

Descripción de Trabajo a Efectuar

Instalación de Limpieza

		
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

		
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

10/2/2025

Área Solicitante:

Bonito sala de labor

Descripción de Trabajo a Efectuar

Instalación de lamparas

Nombre del Solicitante	Ana Belon Cabrera	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

Nombre del Técnico	Jhon	Fecha Termina de Trabajo
--------------------	------	--------------------------



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

5/02/2025

Área Solicitante:

Post-Parto

Descripción de Trabajo a Efectuar

Instalación de 1 llavín en la puerta principal de la habitación # 10 y 1 llavín en el baño.

Colocación de 1 bombillo.

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
Jenica Gómez	Jenica Gómez	5/2/2025.
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



5/02/2025



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 10/2/2025

Área Solicitante: post-parto.

Descripción de Trabajo a Efectuar

Destapar el inodoro de la habitación # 9

" " " " " " # 10

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

Jessica

Jessica Gómez

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo
--------------------	-------------------	--------------------------

Salvador Lino





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 5/02/2025

Área Solicitante: Contabilidad

Descripción de Trabajo a Efectuar

Instalación de 1 tomacorriente
para conectar microondas en la
oficina de contabilidad.

Instalación de extensión fija con canaleta.

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

Delmar Jara

5/2/25

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo
--------------------	-------------------	--------------------------

[Firma]



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

15/12/25

Área Solicitante:

de trabajo

Descripción de Trabajo a Efectuar

destape de curveta de cloro
de la lavandería



Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	15/12/25 Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------------------

MEVE Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo
----------------------------	-------------------	--------------------------



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 15/2/25

Área Solicitante: de imagen

Descripción de Trabajo a Efectuar

destape de Lente de
AA dioptría



		<u>15/2/25</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

	<u>[Firma]</u>	<u>15/2/25</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

15/12/25

Área Solicitante:

de imagen

Descripción de Trabajo a Efectuar

Arojo de Tanque de
cisterna en
K + dióxido



Nombre del Solicitante

Firma Solicitante

15/12/25
Fecha de la Solicitud

Nombre del Técnico

Firma del Técnico

Fecha Termina de Trabajo

Fecha Realización: 28/02/2025

Área Solicitante: Despena

Trabajos a Efectuar

Instalación de 8 tuber led en el área de despena.

Observaciones

Marino Castella

Firma del Solicitante

Juan M. S. S.

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

12/3/2025


Área Solicitante:


Sala de Parto

Trabajos a Efectuar

Instalación de 1 lámpara led 2x4 en el
Pasillo de sala de parto.

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

14/3/2025

Área Solicitante:

consulta & pedicura

Trabajos a Efectuar

instalación de 2 lampara de
luz

Observaciones

Gerardo Laverde
Firma del Solicitante

Juan M. S. S.
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

18/3/2025

Área Solicitante:

Odontología

Trabajos a Efectuar

Instalación de 1 llavina en la puerta del consultorio de odontología.

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

24/03/25

Área Solicitante:

Port Quuzico

Trabajos a Efectuar

Colocación de 1 llavín en puerta de baño

Observaciones

Ensamblación

Firma del Solicitante

Edis OP

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

31/3/2025

Área Solicitante:

Bones obstetricia

Trabajos a Efectuar

Instalación de Horno

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

28/3/2025

Área Solicitante:

Perinatología

Trabajos a Efectuar

Instalación de llave sensor en fregadero

Observaciones

Firma del Solicitante

Henrik

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

28/3/2025

Área Solicitante:

Residencia Médica

Trabajos a Efectuar

Destape de inodoro en el baño de
hombre en residencia médica

Observaciones

Firma del Solicitante

Henry

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

1/5/2025


Área Solicitante:


Nutrición Clínica

Trabajos a Efectuar

Instalación de llave

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

Área Solicitante:

post-parto

4/3/25

Trabajos a Efectuar

Arreglar los puertos de las habitaciones de los pacientes.
Arreglar o cambiar una lámpara del pasillo.
Colocar tapa ciega en los orificios del control del aire.
Fijar las habitaciones de los pacientes y los pasillos
del área.

Observaciones

Jenica Ormiz
Firma del Solicitante

[Firma]
Firma del Técnico
SERVICIO REGIONAL DE
HOSPITAL MATERNO INFANTIL
SAN LORENZO DE LOS MINA
SECCION DE
MANTENIMIENTO
M



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

24/01/2025

Área Solicitante:

moneda

Trabajos a Efectuar

Chequeo de 5 monitores del area de UCIN

Observaciones

línea organizada con los cables

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

07/03/2025

Área Solicitante:


moneda

Trabajos a Efectuar

chequear se los manubrios

Observaciones

tener mas cuidado al limpiarlos



Firma del Solicitante



Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 21/02/2025

Área Solicitante: neonato

Trabajos a Efectuar

calibración de 2 Ventiladores de alta frecuencia

Observaciones

Falta de mantenimiento
(Solicitud Pienso) OX2

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 08/03/2025

Área Solicitante: UCI Pedi.

Trabajos a Efectuar

calibración de Ventilador AVer y Velbelint

Observaciones

Cambiar los Sensores de Flujo

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 03/02/2025

Área Solicitante: UCI A

Trabajos a Efectuar

Calibración de (2) Ventiladores

Observaciones

Actualizar la Preción de A. Control

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 20/01/2025

Área Solicitante: Gurgano3^{ro}

Trabajos a Efectuar

calibración de (2) moquinos de onesticio

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico