

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	tuberías de suministro de gas	chequeo	preventivo	90 días	14/9/2025	20/1/2026	x				x				x				
	hornilla	verificación	preventivo	90 días	15/9/2025	8/1/2026	x				x				x				
Maquina de Anestesia																			
	funcion general	evaluacion	preventivo	7 dias	30/10/2025	8/11/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Lamparas Cielitica	funcionamiento general	evaluacion	preventivo	Diario	29/10/2025	30/10/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Autoclave	filtros	revision	preventivo	7 dias	29/10/2025	8/11/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	compresores	revision	preventivo	7 dias	30/10/2025	8/11/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Electrocardiograma	estructuras fisica general	inspeccion	preventivo	Diario	29/10/2025	30/10/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Ventiladores	filtros de aire	revision y cambio	preventivo	90 dias	7/9/2025	20/1/2026	x				x				x				
	filtros de oxigeno	revision y cambio	preventivo	180 dias	12/6/2025	7/12/2025	x					x							
Monitores	monitores	limpieza	preventivo	7 dias	30/10/2025	8/11/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Aspiradores	filtros de aire	revision y cambio	preventivo	90 dias	15/9/2025	8/1/2026	x				x				x				
	aparato interno	limpieza	preventivo	90 dias	7/9/2025	20/1/2026	x				x				x				
Incubadoras	filtros de aires	revision y cambio	preventivo	90 dias	7/9/2025	8/1/2026	x				x				x				
	sensor de oxigeno		preventivo	90 dias	8/9/2025	20/1/2026	x				x				x				
	equipo general	inspeccion fisica	preventivo	180 dias	12/6/2025	7/12/2025	x					x							
Servocunas	equipo general	inspeccion fisica	preventivo	180 dias	24/6/2025	15/12/2025	x					x							
Desfibriladores	carga y descarga	pruebas	preventivo	60 dias	10/7/2025	19/10/2025	x			x				x					
	equipofisico en general	inspeccion	preventivo	60 dias	10/7/2025	19/10/2025	x			x				x					
	baterias	pruebas	preventivo	60 dias	10/7/2025	19/10/2025	x			x				x					
Mesa Quirurgica	equipo en general	descontaminacion e inspeccion	preventivo	90 dias	1/9/2025	20/1/2026	x				x				x				
	hidraulicos	chequeo	preventivo	90 dias	1/9/2025	8/1/2026	x				x				x				
Camas de Paro	equipo general	descontaminacion	preventivo	90 dias	15/9/2025	20/1/2026	x				x				x				
		evaluacion y funcionamiento	preventivo	90 dias	15/9/2025	20/1/2026	x				x				x				
		inspeccion fisica	preventivo	90 dias	1/9/2025	16/1/2026	x				x				x				
Camas	equipo en general	descontaminacion	preventivo	90 dias	1/9/2025	27/1/2026	x				x				x				
		inspeccion fisica	preventivo	90 dias	15/9/2025	8/1/2026	x				x				x				
Camillas	equipo en general	inspeccion fisica	preventivo	90 dias	15/9/2025	17/1/2026	x				x				x				
		descontaminacion	preventivo	90 dias	15/9/2025	20/1/2026	x				x				x				
		inspeccion fisica	preventivo	90 dias	15/9/2025	8/1/2026	x				x				x				
Centrifugas	equipo en general	inspeccion fisica y ajusta	preventivo	90 dias	15/9/2025	20/1/2026	x				x				x				
Sonografos	sistema electrico	evaluacion	preventivo	90 dias	1/9/2025	27/1/2026	x				x				x				



Hospital Dr. Vinicio Calventi

Lugar de destino:		Fecha de visita:	<i>20/10/25</i>
Personal visitante:		Propósito de la asignación:	

Área	Mobiliario	Cumple/No cumple	Condición del mobiliario
------	------------	------------------	--------------------------

Imágenes	Sillas secretariales	<i>C</i>	
	Escritorios	<i>C</i>	
	Bancadas	<i>nc</i>	
Esterilización	Sillas secretariales	<i>C</i>	
		<i>C</i>	
Internamiento	Mesas de Comer	<i>C</i>	
	Sillon Acompañante	<i>nc</i>	
	Mesa de Noche	<i>C</i>	
Laboratorio	Sillas secretariales	<i>C</i>	
	Escritorios	<i>nc</i>	
	Bancadas	<i>C</i>	
Neonatología, UCIN	Sillas secretariales	<i>nc</i>	
	Escritorios	<i>C</i>	
	Bancadas	<i>C</i>	
Quirófanos/ Partos	Bancadas	<i>C</i>	
	Sillas secretariales	<i>nc</i>	
	Bancadas	<i>C</i>	
Emergencia	Sillas secretariales	<i>nc</i>	
	Escritorios	<i>C</i>	
		<i>C</i>	
Unidad de Cuidados Intensivos	Sillas secretariales	<i>nc</i>	
		<i>nc</i>	
Odontología	Sillas	<i>C</i>	
	Mesas	<i>C</i>	
Cocina	Sillas secretariales	<i>nc</i>	
	Escritorios	<i>C</i>	
	Bancadas	<i>C</i>	

Rennus Vezzo





Formulario Inspección de Infraestructura Física
DADM-FO-008 Versión: 02
Fecha de aprobación: 17/01/2019

HOSP. DR. VINCICIO CALVENTI

Lugar de destino:		Fecha de visita:	15/10/25
Personal visitante:		Propósito de la asignación:	

De la estructura:				
No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones	C		
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	C		
3	Terminación de paredes, Pañete	C		
4	Presencia de insectos en edificación	C		
5	Terminación de Techos	C		
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	C		
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	C		
8	Funcionamiento planta eléctrica	C		
9	Funcionamiento de UPS	C		
10	Terminación general de piso	C		
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	C		
12	Señalización institucional	C		
13	Señalización Ruta de evacuación	C		
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	C		
15	Disponibilidad de Parqueos	C		
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	C		
17	Revisión de Liqueos en Equipos de Aires Acondicionados	C		
18	Revisión de Sistema de Cámaras	C		
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	C		
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	C		
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	C		
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	C		
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	C		
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	C		
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	C		
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	C		
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	C		
28	Revisión de Salida de Gases	C		
29	Revisión de Caseta de Gases	C		
30	Revisión de Data	C		
31	Condiciones Salas de Espera	C		
32	Condiciones Baños	C		
33	Limpieza Continua	C		
34	Áreas Exteriores	C		



Remover 14950

Fecha: 22 / 10 / 25

Nombre del Establecimiento de Salud:

Hospital Dr. Venicio Calventi

Nombre del Servicio Regional de Salud:

Provincia:

Nombre del Director CEAS:

Complejidad:

Instrucción: Marcar con una "x" la opción seleccionada.

INFRAESTRUCTURA Y FACHADA EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD				Variables			
	Bueno	Regular	Mal	NA			
1 ¿Cuenta el centro de servicio de salud con un entorno externo limpio?	☒						
2 ¿La pintura del exterior del hospital tiene buena textura y color?	☒						
3 ¿Tiene el hospital verjas perimetrales exteriores pintadas y en buenas condiciones?	☒						
4 ¿Las puertas, hierros y ventanas del hospital se encuentran en buenas condiciones?	☒						
5 ¿Todas las áreas exteriores del hospital se encuentran iluminadas?	☒						
6 ¿El edificio cuenta con parqueo exclusivo para personas con discapacidad?	☒						
7 ¿La entrada de emergencia del hospital está libre de obstáculos para la movilización del paciente a la emergencia?	☒						
8 ¿El hospital cuenta con una área de estacionamiento para ambulancias, con acceso rápido a la emergencia?	☒						
9 ¿La frecuencia de recogida de la basura es oportuna?	☒						
10 ¿En los puntos de entrada del hospital existen rampas para el acceso de personas con discapacidad?	☒						
11 ¿Cuenta el hospital con pasamanos en los puntos de entrada donde están las rampas?	☒						
12 ¿Tiene el hospital puertas automáticas de acceso a sus instalaciones?	☒						
13 ¿Las paredes del exterior del hospital están libres de grietas?	☒						
14 ¿El jardín y las plantas que rodean el perímetro del centro de salud están podadas y bien cuidadas?	☒						
15 ¿Cuenta el exterior del hospital con disposiciones de zafacones?	☒						

Describe las necesidades del CEAS para garantizar las condiciones de estructuras, equipos e insumos en su exterior

Describe las necesidades del CEAS para garantizar las condiciones de estructuras, equipos e insumos en su interior

GESTIÓN DE DESECHOS Y/O RESIDUOS				Variables			
	Bueno	Regular	Mal	NA			
1 ¿Cuenta el hospital con el personal requerido para la gestión de desechos y residuos hospitalario según su complejidad?	☒						
2 ¿Cuenta el hospital con un horario de limpieza y recolección de desechos o residuos que no interrumpa la distribución de alimentos a los pacientes?	☒						
3 ¿Tiene el hospital identificada y señalizada la ruta para la eliminación de los desechos y/o residuos hospitalarios?	☒						
4 ¿El establecimiento cuenta con los recipientes y/o contenedores adecuados para el depósito de desechos y residuos?	☒						
5 ¿Cuenta con los insumos necesarios para la buena gestión de los desechos y/o residuos hospitalarios (zafacones, bolsas, equipo de protección personal)?	☒						
6 ¿El establecimiento tiene casetas según lo establecido en el decreto 126-09 para el almacenamiento temporal de los desechos y residuos?	☒						
7 ¿El hospital tiene y aplica un protocolo descrito para el control de plagas y animales?	☒						

Describe las necesidades del CEAS para garantizar la buena gestión de desechos y residuos por el personal de salud

Describe las necesidades del establecimiento para garantizar la buena gestión de limpieza y desinfección por el personal

LIMPIEZA E HIGIENE HOSPITALARIA				Variables			
	Bueno	Regular	Mal	NA			
1 ¿El establecimiento aplica Guía de Limpieza y Desinfección de Superficies Hospitalarias elaborada por el MSP?	☒						
2 ¿Se evidencia que todas las áreas del hospital están limpias?	☒						
3 ¿Cuenta el hospital con el personal requerido para la limpieza y desinfección hospitalaria según su complejidad?	☒						
4 ¿Cuenta el hospital con los insumos necesarios para la buena higiene y desinfección hospitalaria?	☒						
5 ¿El área de almacenamiento de alimentos tiene buena condición de higiene, organización y temperatura según el tipo de alimento?	☒						
6 ¿El área de cocina está en buenas condiciones de higiene y organización?	☒						
7 ¿Se verifica frecuentemente el monitoreo de la concentración y PH del agua que se utiliza en el establecimiento?	☒						
8 ¿El hospital cuenta con suministro continuo de agua potable?	☒						
9 ¿El piso del hospital se encuentra limpio?	☒						
10 ¿El personal de limpieza tiene una hoja control con los horarios establecidos de limpieza?	☒						
11 ¿Los baños del hospital exhiben buenas condiciones de higiene y horarios establecidos de limpieza?	☒						
12 ¿Los baños de las áreas comunes del hospital tienen las condiciones para el acceso de personas con discapacidad?	☒						

Reneus J. Lopez

Fecha: 8 / 10 / 25

Establecimiento: Hosp. Dr. Vinicio Calventi Equipo: _____ Ficha: _____

CM	VERIFICAR	PARÁMETRO	SEMANAS			
			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1	PISOS	1. En buen estado, sin salientes o obstáculos, limpios y sin puntos de tropezón	C	C	C	C
		2. Se mantienen los pasillos peatonales libres de obstáculos y limpios.	C	C	C	C
2	EQUIPOS DE EMERGENCIA	1. Extintores del área en un lugar adecuado, de fácil acceso y con su inspección al día.	C	C	C	C
		2. Puertas/salidas de emergencias sin obstáculos e identificadas.	C	C	C	C
		3. Esta identificada la ruta de escape ante una emergencia.	C	C	C	C
		4. Los colaboradores conocen la ubicación de su punto de encuentro (preguntar en el área).	C	C	C	C
3	ESCALERAS	1. Las escaleras de acceso al área de oficina debe de estar provistas de una huella y contrahuella, libres de obstáculos y sin puntos de tropezón.	C	C	C	C
		2. Escalera de acceso a oficina debe de estar libre de grasa, obstáculos, con cinta anti resbalante	C	C	C	C
4	ESCRITORIOS Y ARMARIOS	1. El peso de la estantería se encuentra repartido de manera uniforme.	C	C	C	C
		2. La estantería que supera los 1.8m de altura se encuentra fija.	C	C	C	C
		3. Escritorios y mesas en buen estado, sin filos cortantes y estables.	C	C	C	C
		4. Están provistos los cajones de escritorios y armarios de topes que impidan su salida accidental.	C	C	C	C
		5. Están las sillas de trabajo en buen estado y constan de apoyabrazos.	C	C	C	C
Si existe una condición fuera de conformidad, corregir inmediatamente. LAS INSPECCIONES MARQUE: CONFORME NO CONFORME		FIRMA DEL INSPECTOR				

Rencar Jasso





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01

Fecha de aprobación: 04/04/2019

Hospital Dr. Vinicio Calvente

Fecha:

27/10/25

Ficha No:

Datos del Equipo

Nombre:

planta Eléctrica

Marca:

Cumim

Modelo:

Serie:

Ubicación:

Inventario No.

Periodo:

4M ☐

6M ☒

12M ☐

Otro: ☐

Notas:

Descripción de Acciones

Inspección Física



Revisión Operacional



Verificación Autodiagnóstico



Otras acciones:

Materiales Utilizados

Condición Final

✓

☒

x

☐

Nombre del Electromédico

Encargado de Área

Renny Vega





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

DIVISION DE CENTROS HOSPITALARIO

MATRIZ LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE EQUIPOS.

Hosp. Dr. Vinicio Calventi 17/10/25

NOMBRE DEL HOSPITAL:				FECHA:
No.	AREA	TIPO DE EQUIPO	CATIDAD	OBSERVACION : COLOCAR AQUÍ LA PLANIFICACION PARA LAS MEJORAS
1	Imágenes	Rayo x	2	
	Imágenes	Resonador	1	
	Imágenes Rayo x	Rayo x portátil	3	
	Mamografía	Mamografía	2	
	Imagen UHT	ultra sonido	2	
	UCI	Aspirador portátil	10	
	Ventiladores UCI	Ventiladores	8	
	Emergencias	Aspiradores	12	
	Emergencia	Camilla de transporte	24	
	Emergencia	Silla de ruedas	40	
	Internamiento	Cama para paciente	175	
	Consulta	Camilla fija	24	
	Mantenimiento	palillat	2	
	transportación	Vehículos	6	
	Mantenimiento	escalera de extensión 40 pie	2	

NOTA: COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS Y SI REQUIERE AGREGAR FILAS PUEDEN HACERLO, ESCRIBIR EN MAYUSCULA.

Renny Vero





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Planilla de Verificación de Gases Médicos

DADM-FO-017 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

29/10/25

Tiempo de Ejecución:

Hospital Dr. Vinicio Calventi

Rutina De Mantenimiento Preventivo Planificado	1	2	3	Observaciones
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	C	C	C	
Efectuar limpieza integral externa del equipo.	C	C	C	
Inspeccionar externamente el equipo.	C	C	C	
Inspeccionar Electrodo pH, PO, PCO, cambiar membranas e instalar en la recámara.	C	C	C	
Verificar los dispositivos de control, indicadores y presentadores.	C	C	C	
Verificar el valor de la temperatura de la recámara.	C	C	C	
Verificar el sistema de alarma.	C	C	C	
Realizar ciclos de modelos de operaciones.	C	C	C	

Firma del Técnico:

Renny Vega



13/10/25 Mes: Octubre

Establecimiento: Hospital Dr. Vinicio Calventi

Equipo:

Ficha:

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Medidas correctivas en caso de No conformidad	DÍAS DEL MES																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	SEGURIDAD ELÉCTRICA	1. Cables eléctricos de los equipos en buenas condiciones y sin empalmes.	1. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		2. De existir cuarto eléctrico en el área, se encuentra con accesos controlado y señalizado.	2. Colocar control de acceso (cerradura) y señalización	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		3. Paneles eléctricos, señalizados con nivel de voltaje y peligro. El acceso está despejado	3. Colocar señalización, despejar área	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		4. Áreas húmedas provistas de toma corrientes con sistema GFCI (Interruptor con falla a tierra)	4. Colocar tomacorrientes GFCI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		5. Los tomacorrientes se encuentran tapados sin alteraciones	5. Reparar desvíos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	PANELES ELÉCTRICOS	1. Las conexiones se muestran ajustadas.	1. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. La estructura física se observa en buen estado.	2. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		3. La puerta se encuentra cerrada.	3. Cerrar puerta, garantizar la operación	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		4. Los aislantes se observan en buen estado.	4. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		5. Se observa libre de polvos y partículas de suciedad.	5. Limpiar las áreas	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	ILUMINACIÓN	1. Áreas de trabajo con iluminación adecuada.	1. Reemplazar luminarias	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2- Lámparas en buenas condiciones y bien colocadas.	2. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.				FIRMA DEL INSPECTOR																															
EN LAS INSPECCIONES MARQUE:																																			
C-CONFORME NC-NO CONFORME																																			





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario de Registro de Revisión Diaria Quirófanos, UCI, Áreas Neonatales

DADM-FO-029 Versión: 01

Fecha de aprobación: 03/03/2020

Fecha: 6/10/25

Responsable del Llenado de la Ficha: _____

Institución Receptora: Hospital Dr. Vinicio Calventi

Correo Electrónico: _____

Teléfono: _____

Equipos	Verificación Diaria	Verificación Semanal	Verificación Mensual	Verificación Trimestral	Verificación Semestral	Verificación Anual
Maquinas Anestesia		✓				
Desfibrilador			✓			
Mesa Quirúrgica		✓				
Lampara Cielitica			✓			
Autoclave	✓					
Electrocardiógrafo			✓			
Aspirador Quirúrgico		✓				
Ventiladores				✓		
Monitores				✓		
Limpiezas y Revisiones Generales	✓					
Aires Acondicionado o Re- Cambio Filtros Hepa				✓		
Limpieza y Desinfección de Ductos			✓			
Piso Aséptico	✓					
Revisión UPS						
Revisión Paneles Aislamiento		✓	✓			
Gases Medicinales	✓					
Controles Acceso			✓			
Calidad del Agua	✓					

Nota: método de verificación será mediante informe con imágenes fotográficas de tener contratos debe presentar contratos, antes y después de lo ejecutado según la periodicidad.

Obsevaciones: _____

Renny Vessu
Nombre y Firma







RecyCling, S.R.L.
RNC 132679253
Av. Sánchez, Calle C, Esquina F-17
Zona Industrial de Haina, San Cristóbal, República Dominicana
Tel.: 829-713-1751
Email: franrecyclingr1@gmail.com
franrecycling@hotmail.com
Incinera todos los tipos de desechos médicos biológicos, desechos urbanos, desechos de residuos sólidos derivados del petróleo, limpieza de tanques contaminados, residuos de trampas de grasa y muchos más.

**FranRecyCling, S.R.L.**
RNC 132679253
Av. Sánchez, Calle C, Esquina F-17
Zona Industrial de Haina, San Cristóbal, República Dominicana
Tel.: 829-713-1751
Email: franrecyclingr1@gmail.com franrecycling@hotmail.com
Franmarshipservices@gmail.com
Incinera todos los tipos de desechos médicos biológicos, desechos urbanos, desechos de residuos sólidos derivados del petróleo, limpieza de tanques contaminados, residuos de trampas de grasa y muchos más.













SERVICIO REGIONAL DE SALUD

METROPOLITANO



HOSPITAL

**DR. VINICIO
CALVENTI**

Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

(Noviembre -2025.)

Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo

XXX-FO-XXX Versión: 01

Fecha de aprobación: 4/05/2021

ITEM

Elementos del Equipo a
realizar Mantenimiento.

Descripción Actividad a Realizar

Mantenimiento
Prevent. o
Correct.

Periodicidad
para Revisión

Último
Mantenimiento

Próximo
Mantenimiento

Mes de Ejecución del Mantenimiento

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Observaciones

Infraestructura	aspecto pintura paredes interna	pisos , paredes y techos	mantenimiento	preventivo	90 dias	8/9/2025	8/1/2026	x				x				x						
	pintar las verjas perimetrales			preventivo	anual	8/12/2025	7/12/2026															
	cambio de lonas asfáltica de toda la edificación			preventivo																		
	aspecto pintura paredes externa completa	paredes, verjas perimetral	mantenimiento	preventivo	90 día	16/9/2025	7/1/2026	x				x					x					
	terminación de área de lavandería																					
	adecuar área de esterilización																					
	pintura asepticar	techos	mantenimiento	preventivo	180 dias	15/6/2025	19/11/2025	x					x							x		
	Ampliamiento de la capacidad de la morgue con 4 vocas mas						13/2/2025		x													
	piso asepticar	pisos	mantenimiento	correctivo	180 dias	12/6/2025	11/11/2025	x					x							x		
	estructura de techos (plafones)	techos	mantenimiento	preventivo	180 dias	15/6/2025	21/11/2025	x					x							x		
Física	lona asfáltica	techos	mantenimiento	preventivo	90 dias	21/9/2025	1/1/2026	x				x					x					
	ventanas	filtración	inspección	preventivo	180 dias	2/6/2025	15/12/2025	x														
	parqueos y acera		pintura	preventivo	anual	17/11/2024	8/12/2025	x														
	tuberías de drenaje		limpieza	preventivo	180 dias	24/6/2025	15/11/2025	x					x							x		
	moviliario de oficina y consulta		limpieza	preventivo	180 dias	2/6/2025	15/11/2025	x					x							x		
	malla perimetral		pintura	preventivo	90 dias	15/9/2025	1/1/2026	x					x									
	ventana y puertas		limpieza y soldadura	preventivo	180 dias	2/6/2025	15/11/2025	x														
	sistema de distribución de agua		limpieza y desinfección	preventivo	90 dias	15/9/2025	23/11/2026	x					x							x		
	sistema de almacenamiento de agua		clorificación, verificaciones y desinfección	preventivo	Diario	29/11/2025	30/11/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	lavado de cisterna		desinfección		180 dias	24/6/2025	15/11/2025	x					x							x		
Instalación	jardinería y control de plaga		fumigación y trampa para ratas	preventivo	90 dias	2/5/2025	15/9/2025	x					x							x		
	salidas eléctricas (tomacorrientes)		verificaciones y chequeos	preventivo	90 dias	14/9/2025	7/1/2026	x					x							x		
	iluminación, cambio de			preventivo	90 dias	1/9/2025	1/1/2026	x					x							x		
	Reparación de las neveras para cadáveres que está dañada			correctivo			10/2/2025															
	interruptores eléctrico		verificaciones y chequeos	preventivo	180 dias	24/6/2025	15/11/2025	x					x							x		
	luminarias internas		verificaciones y chequeos	preventivo	90 dias	1/9/2025	7/1/2026	x					x									
	luminarias sonda perimetral externa		verificaciones y chequeos	preventivo	90 dias	14/9/2025	20/1/2026	x					x							x		
	paneles eléctrico		verificaciones y chequeos	preventivo	180 dias	2/6/2025	15/11/2025	x						x							x	
	paneles distribución de energía		chequeo	preventivo	180 dias	2/6/2025	15/11/2025	x						x							x	
	calentamiento de cablearía		chequeo	preventivo	180 dias	12/6/2025	7/11/2025	x						x							x	

	consumo electrico		chequeo	preventivo	180 dias	24/6/2025	15/11/2025	x					x					x	
	bomera de cable		apriete	preventivo	180 dias	24/6/2025	15/11/2025	x					x					x	
3	3.1 Generadores Electricos de Emergencias Planta Elctrica																		
alpis	horas de trabajos		chequeo	preventivo	Diario	29/11/2025	30/11/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	nivel de combustible		chequeo	preventivo	Diario	28/11/2025	29/11/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	aceite nivel		chequeo	preventivo	90 dias	14/9/2025	8/1/2026	x				x					x		
	agua de enfriamiento		chequeo	preventivo	90 dias	1/9/2025	7/1/2026	x				x					x		
	correas de ventilador		chequeo	preventivo	90 dias	1/9/2025	8/1/2026	x				x					x		
	cambio de aceite y filtros		chequeo	preventivo	90 dias	11/9/2025	20/1/2026	x				x					x		
	3.2 Unidades de Aire Acondicionado																		
	Climatizacion de areas faltantes																		
	fuga de gas		chequeo	preventivo	Diario	29/11/2025	30/11/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	condensador		limpieza	preventivo	90 dias	14/9/2025	20/1/2026	x				x					x		
drenaje		chequeo	preventivo	90 dias	1/9/2025	8/1/2026	x				x					x			
unidad evaporadora		limpieza	preventivo	90 dias	15/9/2025	8/1/2026	x				x					x			
filtros		limpieza	preventivo	90 dias	1/9/2025	20/1/2026	x				x					x			
	3.3 Sistema de UPS																		
	paneles electricos																		
	coneccion y apriete		verificaciones	preventivo	90 dias	11/9/2025	18/1/2026	x				x					x		
	3.4 Extractores de Aire		verificaciones	preventivo	90 dias	14/9/2025	8/1/2026	x				x					x		
	3.5 Sistema Contra Incendio																		
	extintores		chequeo	preventivo	90 dias	1/9/2025	20/1/2026	x				x					x		
	alarna contra incendio		chequeo	preventivo	90 dias	16/9/2025	8/1/2026	x				x					x		
	3.6 Bomba de Agua y Cisterna																		
	nivel de cisterna		chequeo	preventivo	Diarlo	28/11/2025	29/11/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	clorificacion en cisterna		deposito de cloro	preventivo	Diario	28/11/2025	29/11/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	bomba de servicios		chequeo	preventivo	90 dias	12/9/2025	8/1/2026	x				x					x		
	lavado de cisterna		limpieza y desinfeccion	preventivo	90 dias	15/9/2025	20/1/2026	x				x					x		
	3.7 Gases Medicos (Genesys Tri-tech Medical Inc)																		
	nieve de aceite		chequeo	preventivo	Diario	29/11/2025	30/11/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	nivel de vacio		chequeo	preventivo	Diario	29/11/2025	30/11/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	fugas y lequeo		chequeo	preventivo	90 dias	11/9/2025	20/1/2026	x				x					x		
	filtros		limpieza	preventivo	30 dias	29/11/2025	3/11/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	3.8 Distribuidor de Oxigeno																		
		fugas en toma de presion	chequeo	preventivo	90 dias	11/9/2025	20/1/2026	x				x					x		
		tuberia de distribucion	chequeo	preventivo	90 dias	15/9/2025	8/1/2026	x				x					x		
		alambrado	chequeo	preventivo	90 dias	1/9/2025	20/1/2026	x				x					x		
		Dar mantenimiento a todas las salidas de oxigeno		preventivo	180 Dias	12/6/2025	7/11/2025	x					x					x	
		Reparacion de maquina de		correctivo			14/4/2025					x							
	Lavadoras y Secadoras											x							
		lavadoras		preventivo	180 Dias	12/6/2025	7/12/2025	x					x						
		paneles	limpieza	preventivo	90 dias	21/9/2025	20/1/2026	x					x				x		
		consumo	chequeo	preventivo	Diario	29/11/2025	30/11/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		filtros	limpieza	preventivo	30 dias	3/11/2025	3/11/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		consumo de detergente	chequeo	preventivo	Diario	29/11/2025	30/11/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Estufas y Hornos																				
	tuberias de suministro de gas	chequeo	preventivo	90 días	14/9/2025	20/1/2026	x						x				x			
	homilla	verificacion	preventivo	90 días	15/9/2025	8/1/2026	x						x				x			
Maquina de Anestecia																				
	funcion general	evaluacion	preventivo	7 días	30/11/2025	8/12/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Lamparas Cielitica	funcionamiento general	evaluacion	preventivo	Diario	29/11/2025	30/11/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Autoclave	filtros	revison	preventivo	7 días	29/11/2025	8/12/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	compresores	revison	preventivo	7 días	30/11/2025	8/12/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Electrocardiograma	estructuras fisica general	inspeccion	preventivo	Diario	29/11/2025	30/11/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Ventiladores	filtros de aire	revison y cambio	preventivo	90 días	7/9/2025	20/1/2026	x						x				x			
	filtros de oxigeno	revison y cambio	preventivo	180 días	12/6/2025	7/1/2025	x												x	
Monitores	monitores	limpieza	preventivo	7 días	30/11/2025	8/12/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Aspiradores	filtros de aire	revison y cambio	preventivo	90 días	15/9/2025	8/1/2026	x													
	aparato interno	limpieza	preventivo	90 días	7/9/2025	20/1/2026	x						x					x		
Incubadoras	filtros de aires	revison y cambio	preventivo	90 días	7/9/2025	8/1/2026	x						x					x		
	sensor de oxigeno		preventivo	90 días	8/9/2025	20/1/2026	x						x							
	equipo general	inspeccion fisica	preventivo	180 días	12/6/2025	7/1/2025	x													
Servocunas	equipo general	inspeccion fisica	preventivo	180 días	24/6/2025	15/1/2025	x												x	
Desfibriladores	carga y descarga	pruebas	preventivo	60 días	10/7/2025	19/10/2025	x												x	
	equipofisico en general	inspeccion	preventivo	60 días	10/7/2025	19/10/2025	x													
	baterias	pruebas	preventivo	60 días	10/7/2025	19/10/2025	x													
Mesa Quiruegica	equipo en general	descontaminacion e inspeccion	preventivo	90 días	1/9/2025	20/1/2026	x													
	hidraulicos	chequeo	preventivo	90 días	1/9/2025	8/1/2026	x												x	
Camas de Paro	equipo general	descontaminacion	preventivo	90 días	15/9/2025	20/1/2026	x													
		evaluacion y funcionamiento	preventivo	90 días	15/9/2025	20/1/2026	x													
		inspeccion fisica	preventivo	90 días	1/9/2025	16/1/2026	x													
Camas	equipo en general	descontaminacion	preventivo	90 días	1/9/2025	27/1/2026	x													
		inspeccion fisica	preventivo	90 días	15/9/2025	8/1/2026	x													
Camillas	equipo en general	inspeccion fisica	preventivo	90 dias	15/9/2025	17/1/2026	x													
		descontaminacion	preventivo	90 días	15/9/2025	20/1/2026	x													
		inspeccion fisica	preventivo	90 días	15/9/2025	8/1/2026	x													
Centrifugas	equipo en general	inspeccion fisica y ajusta	preventivo	90 días	15/9/2025	20/1/2026	x													
Sonografos	sistema electrico	evaluacion	preventivo	90 días	1/9/2025	27/1/2026	x													
Esfigmomanómetros Estetoscopio	bateria	cambio	preventivo	30 días	29/11/2025	30/11/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	calibracion	chequeo	preventivo	90 días	2/5/2025	14/8/2025	x													
Oxímetros	baterias	chequeo y cambio	preventivo	30 días	1/1/2025	30/11/2025	x													
Termómetros Digitales	bateria	chequeo y cambio	preventivo	30 días	1/11/2025	30/11/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Glucometros Digitales	bateria	chequeo y cambio	preventivo	30 días	1/11/2025	30/11/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	equipo completo	inspeccion fisica y evaluacion	preventivo	90 días	1/9/2025	20/1/2026	x													
Nebulizadores Polttactiles	equipo	inspeccion fisica y evaluacion	preventivo	90 días	13/9/2025	8/1/2026	x													
Tanque de Oxigenos	tangue en general	revison de disponibilidad	preventivo	90 días	14/9/2025	27/1/2026	x													
		inspeccion	preventivo	90 días	1/9/2025	8/1/2026	x													
		evaluacion y funcionamiento	preventivo	90 días	1/9/2025	8/1/2026	x													
	manometro (regulador de oxigeno)	calibracion	preventivo	90 días	14/9/2025	20/1/2026	x													
Medidores de Oxigeno y de Aire	equipo completo	evaluacion y funcionamiento	preventivo	90 días	14/9/2025	20/1/2026	x													
		inspeccion fisica	preventivo	90 días	15/9/2025	27/1/2026	x													
Bolsa de Medicion de Presion	equipo completo	inspeccion fisica	preventivo	90 días	15/9/2025	17/1/2026	x													
		evaluacion y funcionamiento	preventivo	90 días	15/9/2025	8/1/2026	x													

[illegible]

Fecha: 11/11/25

Nombre del Establecimiento de Salud:

Hospital Dr. Vinicio Calventi

Nombre del Servicio Regional de Salud:

Provincia:

Santo Domingo

Nombre del Director CEAS:

Complejidad:

Instrucción: Marcar con una "x" la opción seleccionada.

INFRAESTRUCTURA Y FACHADA EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD					INFRAESTRUCTURA Y FACHADA INTERNA DEL CENTRO DE SALUD				
	Bueno	Regular	Malo	N/A		Bueno	Regular	Malo	N/A
1 ¿Cuenta el centro de servicio de salud con un entorno externo limpio?	☒				1 ¿La pintura del interior del hospital tiene buena textura y color?	☒			
2 ¿La pintura del exterior del hospital tiene buena textura y color?	☒				2 ¿Las paredes y techos del interior del hospital están libres de grietas?	☒			
3 ¿Tiene el hospital verjas perimetrales exteriores pintadas y en buenas condiciones?	☒				3 ¿El piso del hospital posee superficie estable, firme y antideslizante, sin quiebre?	☒			
4 ¿Las puertas, hierros y ventanas del hospital se encuentran en buenas condiciones?	☒				4 ¿Todas las áreas del interior del hospital se encuentran iluminadas?	☒			
5 ¿Todas las áreas exteriores del hospital se encuentran iluminadas?	☒				5 ¿Existen obstáculos en áreas de circulación colectivas?	☒			
6 ¿El edificio cuenta con parqueo exclusivo para personas con discapacidad?			☒		6 ¿Cuenta el hospital con elevador disponible para el acceso a los pacientes, incluyendo pacientes con discapacidad?		☒		
7 ¿La entrada de emergencia del hospital está libre de obstáculos para la movilización del paciente a la emergencia?	☒				7 ¿El hospital tiene una ruta de evacuación señalizada?	☒			
8 ¿El hospital cuenta con una área de estacionamiento para ambulancias, con acceso rápido a la emergencia?	☒				8 ¿Tiene el hospital un sistema contra incendios?				☒
9 ¿La frecuencia de recogida de la basura es oportuna?	☒				9 ¿Los asientos de las salas de espera del hospital se encuentran en buenas condiciones?		☒		
10 ¿En los puntos de entrada del hospital existen rampas para el acceso de personas con discapacidad?	☒				10 ¿Los equipos e inmobiliarios del centro se encuentran en buen estado?		☒		
11 ¿Cuenta el hospital con pasamanos en los puntos de entrada donde están las rampas?	☒				11 ¿Cuenta el hospital con adecuada climatización en las áreas?		☒		
12 ¿Tiene el hospital puertas automáticas de acceso a sus instalaciones?			☒		12 ¿El centro cuenta con los espacios optimizados correctamente?	☒			
13 ¿Las paredes del exterior del hospital están libre de grietas?	☒								
14 ¿El jardín y las plantas que rodean el perímetro del centro de salud están podadas y bien cuidadas?	☒								
15 ¿Cuenta el exterior del hospital con disposiciones de zafacones?	☒								
Describe las necesidades del CEAS para garantizar las condiciones de estructuras, equipos e insumos en su exterior					Describe las necesidades del CEAS para garantizar las condiciones de estructuras, equipos e insumos en su interior				
GESTIÓN DE DESECHOS Y/O RESIDUOS					LIMPIEZA E HIGIENE HOSPITALARIA				
	Bueno	Regular	Malo	N/A		Bueno	Regular	Malo	N/A
1 ¿Cuenta el hospital con el personal requerido para la gestión de desechos y residuos hospitalario según su complejidad?	☒				1 ¿El establecimiento aplica Guía de Limpieza y Desinfección de Superficies Hospitalarias elaborada por el MSP?	☒			
2 ¿Cuenta el hospital con un horario de limpieza y recolección de desechos o residuos que no interrumpa la distribución de alimentos a los pacientes?	☒				2 ¿Se evidencia que todas las áreas del hospital están limpias?	☒			
3 ¿Tiene el hospital identificada y señalizada la ruta para la eliminación de los desechos y/o residuos hospitalarios?	☒				3 ¿Cuenta el hospital con el personal requerido para la limpieza y desinfección hospitalaria según su complejidad?	☒			
4 ¿El establecimiento cuenta con los recipientes y/o contenedores adecuados para el depósito de desechos y residuos?	☒				4 ¿Cuenta el hospital con los insumos necesarios para la buena higiene y desinfección hospitalaria?	☒			
5 ¿Cuenta con los insumos necesarios para la buena gestión de los desechos y/o residuos hospitalarios (zafacones, bolsas, equipo de protección personal)?	☒				5 ¿El área de almacenamiento de alimentos tiene buena condición de higiene, organización y temperatura según el tipo de alimento?	☒			
6 ¿El establecimiento tiene casetas según lo establecido en el decreto 126-09 para el almacenamiento temporal de los desechos y residuos?	☒				6 ¿El área de cocina está en buenas condiciones de higiene y organización?	☒			
7 ¿El hospital tiene y aplica un protocolo descrito para el control de plagas y animales?	☒				7 ¿Se verifica frecuentemente el monitoreo de la concentración y PH del agua que se utiliza en el establecimiento?	☒			
					8 ¿El hospital cuenta con suministro continuo de agua potable?	☒			
					9 ¿El piso del hospital se encuentra limpio?	☒			
					10 ¿El personal de limpieza tiene una hoja control con los horarios establecidos de limpieza?		☒		
					11 ¿Los baños del hospital exhiben buenas condiciones de higiene y horarios establecidos de limpieza?	☒			
					12 ¿Los baños de las áreas comunes del hospital tienen las condiciones para el acceso de personas con discapacidad?		☒		
Describe las necesidades del CEAS para garantizar la buena gestión de los desechos y residuos por el personal de salud					Describe las necesidades del establecimiento para garantizar la buena gestión de limpieza y desinfección por el personal				

Rennys Vazquez
Supervisado por



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha:

19/11/25

Ficha No:

Datos del Equipo

Nombre: Planta Eléctrica

Marca: Comam

Modelo:

Serie:

Ubicación:

Inventario No.

Periodo: 4M ☐ 6M ☒ 12M ☐ Otro:

Notas:

Mantenimiento en Proceso.

Descripción de Acciones

Inspección Física



Revisión Operacional



Verificación Autodiagnóstico



Otras acciones:

Materiales Utilizados

Condición Final

✓ ☒ ✗ ☐

Nombre del Electromédico

Encargado de Área



Renato Jegan



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario Inspección de Mobiliario

DADM-FO-016 Versión: 01

Fecha de aprobación: 17/01/2019

Hospital Dr. Vinicio Calventi

Lugar de destino:		Fecha de visita:	<i>25/11/25</i>
Personal visitante:		Propósito de la asignación:	
Área	Mobiliario	Cumple/No cumple	Condición del mobiliario

Imágenes	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
	Bancadas	nc	
Esterilización	Sillas secretariales	C	
Internamiento	Mesas de Comer	C	
	Sillon Acompañante	nc	
	Mesa de Noche	C	
Laboratorio	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	nc	
	Bancadas	C	
Neonatología, UCIN	Sillas secretariales	nc	
	Escritorios	C	
	Bancadas	C	
Quirófanos/ Partos	Bancadas	C	
	Sillas secretariales	nc	
Emergencia	Bancadas	C	
	Sillas secretariales	nc	
	Escritorios	C	
Unidad de Cuidados Intensivos	Sillas secretariales	nc	
Odontología	Sillas secretariales	nc	
Cocina	Sillas	C	
	Mesas	nc	
Consultorios	Sillas secretariales	nc	
	Escritorios	C	
	Bancadas	C	



Renner Vega



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario Inspección de Infraestructura Física

DADM-FO-008 Versión: 02
Fecha de aprobación: 17/01/2019

Hospital Dr. Vinicio Calvente

Lugar de destino:	Fecha de visita:	29/11/25
Personal visitante:	Propósito de la asignación:	

De la estructura:

No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones			
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	C		
3	Terminación de paredes, Pañete	C		
4	Presencia de insectos en edificación	C		
5	Terminación de Techos	C		
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	C		
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	C		
8	Funcionamiento planta eléctrica	C		
9	Funcionamiento de UPS	C		
10	Terminación general de piso	C		
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	C		
12	Señalización institucional	C		
13	Señalización Ruta de evacuación	C		
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	C		
15	Disponibilidad de Parques	C		
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	C		
17	Revisión de Líquidos en Equipos de Aires Acondicionados	C		
18	Revisión de Sistema de Cámaras	C		
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	C		
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	C		
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	C		
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	C		
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	C		
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	C		
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	C		
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	C		
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	C		
28	Revisión de Salida de Gases	C		
29	Revisión de Caseta de Gases	C		
30	Revisión de Data	C		
31	Condiciones Salas de Espera	C		
32	Condiciones Baños	C		
33	Limpieza Continua	C		
34	Áreas Exteriores	C		



Renueves legu

Hospital Dr. Vinicio Calventi

Fecha: 26/11/25

Establecimiento:

Equipo:

Ficha:

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	SEMANAS			
			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1	PISOS	1. En buen estado, sin salientes o obstáculos, limpios y sin puntos de tropezón	C	C	C	C
		2. Se mantienen los pasillos peatonales libres de obstáculos y limpios.	C	C	C	C
2	EQUIPOS DE EMERGENCIA	1. Extintores del área en un lugar adecuado, de fácil acceso y con su inspección al día.	C	C	C	C
		2. Puertas/salidas de emergencias sin obstáculos e identificadas.	C	C	C	C
		3. Esta identificada la ruta de escape ante una emergencia.	C	C	C	C
		4. Los colaboradores conocen la ubicación de su punto de encuentro (preguntar en el área).	C	C	C	C
3	ESCALERAS	1. Las escaleras de acceso al área de oficina debe de estar provistas de una huella y contrahuella, libres de obstáculos y sin puntos de tropezón.	C	C	C	C
		2. Escalera de acceso a oficina debe de estar libre de grasa, obstáculos, con cinta anti resbalante	C	C	C	C
4	ESCRITORIOS Y ARMARIOS	1. El peso de la estantería se encuentra repartido de manera uniforme.	C	C	C	C
		2. La estantería que supera los 1.8m de altura se encuentra fija.	C	C	C	C
		3. Escritorios y mesas en buen estado, sin filos cortantes y estables.	C	C	C	C
		4. Están provistos los cajones de escritorios y armarios de topes que impidan su salida accidental.	C	C	C	C
		5. Están las sillas de trabajo en buen estado y constan de apoyabrazos.	C	C	C	C
1. Si existe una condición fuera de conformidad, corregir inmediatamente.		FIRMA DEL INSPECTOR				
EN LAS INSPECCIONES MARQUE:						
C-CONFORME						
NC-NO CONFORME						



R enus Vegas



IVISION DE CENTROS HOSPITALARIO
Hospital Dr. Vainio Calvente 3/11/25

MATRIZ LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE EQUIPOS.

NOMBRE DEL HOSPITAL:

FECHA:

AREA

TIPO DE EQUIPO

CATIDAD

OBSERVACION : COLOCAR AQUÍ LA PLANIFICACION PARA LAS MEJORAS

4

imagines

imagines

imágenes

imagines kayo x

710 wabgml
330

ventiladores vci

Emergencia

Emergenza

Emergenza

internamente

Urbivita

transformation.

monfensimento:

Rayo x	2
Resonador	1
Rayo x Portafel	3
manómetro	2
ultra sonido	2
aspirador Portafel	10
ventiladores	8
aspiradores	12
Carmella de transporte	24
Sella de Rueda	40
Cama para Paciente	145
Carmella Fija	24
Patilla+	2
uterculos	6
Escalera de extensión porra	2

2

--	--

[illegible]

NOTA: COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS Y SI REQUIERE AGREGAR FILAS PUEDEN HACERLO, ESCRIBIR EN MAYUSCULA



Renus Vega



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Planilla de Verificación de Gases Médicos

DADM-FO-017 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

20/04/25

Tiempo de Ejecución:

Hospital Dr. Vinicio Calvente

**Rutina De Mantenimiento Preventivo
Planificado**

	1	2	3	Observaciones
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	C	C	C	
Efectuar limpieza integral externa del equipo.	C	C	C	
Inspeccionar externamente el equipo.	C	C	C	
Inspeccionar Electrodos pH, PO, PCO, cambiar membranas e instalar en la recamara.	C	C	C	
Verificar los dispositivos de control, indicadores y presentadores.	C	C	C	
Verificar el valor de la temperatura de la recamara.	C	C	C	
Verificar el sistema de alarma.	C	C	C	
Realizar ciclos de modelos de operaciones.	C	C	C	

Firma del Técnico:

Rennar Lopez





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

DIVISION DE CENTROS HOSPITALARIO

MATRIZ LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA.

Hospital Dr. Vinicio Calventi 7/11/25

NOMBRE DEL HOSPITAL:		FECHA:	
No.	AREA	TIPO DE NECESIDAD	OBSERVACION : COLOCAR AQUÍ LA PLANIFICACION PARA LAS MEJORAS
1	Sonografía	Ampliar	
2	Degees	Ampliar	
3	Vacuna	Ampliar	
4	Patología	Ampliar	
5	consulta	15 consultorio nuevos	
6	internamiento	20 habitaciones nuevas	
7	Pargueo	125 nuevas	
8	Enseñanza	10 aulas de clases nuevas	
9	Administración	15 oficinas nuevas	
10	Archivos	Ampliar	
11	Morgue	3 neveras para cadáveres y Ampliar	
12	Atención de adulto	Ampliar	

NOTA: COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS Y SI REQUIERE AGREGAR FILAS PUEDEN HACERLO, ESCRIBIR EN MAYUSCULA.



Renuer Vega

Fecha: 13/11/25

Responsable del Llenado de la Ficha: Reneris Vega

Institución Receptora: Hospital Dr. Vinicio Calvanti

Correo Electrónico: _____

Teléfono: _____

Equipos	Verificación Diaria	Verificación Semanal	Verificación Mensual	Verificación Trimestral	Verificación Semestral	Verificación Anual
Maquinas Anestesia		<u>/</u>	<u>/</u>			
Desfibrilador			<u>/</u>			
Mesa Quirúrgica		<u>/</u>				
Lampara Cielitica	<u>/</u>		<u>/</u>			
Autoclave						
Electrocardiógrafo			<u>/</u>			
Aspirador Quirúrgico		<u>/</u>		<u>/</u>		
Ventiladores				<u>/</u>		
Monitores						
Limpiezas y Revisiones Generales	<u>/</u>			<u>/</u>		
Aires Acondicionado o Re- Cambio Filtros Hepa			<u>/</u>			
Limpieza y Desinfección de Ductos						
Piso Aséptico	<u>/</u>					
Revisión UPS		<u>/</u>				
Revisión Paneles Aislamiento			<u>/</u>			
Gases Medicinales	<u>/</u>					
Controles Acceso			<u>/</u>			
Calidad del Agua	<u>/</u>					

Nota: método de verificación será mediante informe con imágenes fotográficas de tener contratos debe presentar contratos, antes y después de lo ejecutado según la periodicidad.

Obsevaciones:

Reneris Vega
Nombre y Firma



Mes: Noviembre

 Establecimiento: Hospital Dr. Vinicio Calventi

Equipo: _____

 Ficha: 17/11/25

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Medidas correctivas en caso de No conformidad	DÍAS DEL MES																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	SEGURIDAD ELÉCTRICA	1. Cables eléctricos de los equipos en buenas condiciones y sin empalmes.	1. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. De existir cuarto eléctrico en el área, se encuentra con accesos controlado y señalizado.	2. Colocar control de acceso (cerradura) y señalización	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		3. Paneles eléctricos, señalizados con nivel de voltaje y peligro. El acceso está despejado	3. Colocar señalización, despejar área	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		4. Áreas húmedas provistas de toma corrientes con sistema GFCI (Interruptor con falla a tierra)	4. Colocar tomacorrientes GFCI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		5. Los tomacorrientes se encuentran tapados sin alteraciones	5. Reparar desvíos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	PANELES ELÉCTRICOS	1. Las conexiones se muestran ajustadas.	1. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. La estructura física se observa en buen estado.	2. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		3. La puerta se encuentra cerrada.	3. Cerrar puerta, garantizar la operación	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		4. Los aislantes se observan en buen estado.	4. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		5. Se observa libre de polvos y partículas de suciedad.	5. Limpiar las áreas	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	ILUMINACIÓN	1. Áreas de trabajo con iluminación adecuada.	1. Reemplazar luminarias	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2- Lámparas en buenas condiciones y bien colocadas.	2. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.		FIRMA DEL INSPECTOR 																																
EN LAS INSPECCIONES MARQUE:																																		
C-CONFORME NC-NO CONFORME																																		



Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo

XXX-FO-XXX Versión: 01

Fecha de aprobación: 4/05/2021

ITEM		Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones					
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
Infraestructura	Física	aspecto pintura paredes interna	pisoş , paredes y techos	mantenimiento	preventivo	90 dias	8/9/2025	8/1/2026	x					x				x							
		pintar las verjas perimetrales			preventivo	anual	8/12/2025																x		
		cambio de lonas asfaltica de toda la edificacion			preventivo																				
		aspecto pintura paredes externa completa	paredes, verjas perimèstral	mantenimiento	preventivo	90 dia	16/9/2025	7/1/2026	x					x					x						
		terminacion de area de lvanderia																							
		adecuar area de esterilizacion																							
		pintura asepticas	techos	mantenimiento	preventivo	180 dias	19/12/2025		x						x									x	
		Ampliamiento de la capacida de la morgue con 4 vocas mas						13/2/2025		x															
		piso asepticos	pisos	mantenimiento	correctivo	180 dias	11/12/2025		x						x									x	
		estructura de techos (plafones)	techos	mantenimiento	preventivo	180 dias	21/12/2025		x						x									x	
	Química	lona asfaltica	techos	mantenimiento	preventivo	90 dias	21/9/2025	1/12/2026	x					x					x						
		ventanas	filtracion	inspeccion	preventivo	180 dias	15/12/2025		x					x										x	
		parqueos y acera		pintura	preventivo	anual	17/11/2024	8/12/2025	x						x										
		tuberias de drenaje		limpieza	preventivo	180 dias	15/12/2025		x						x									x	
		moviliario de oficina y consulta		limpieza	preventivo	180 dias	2/6/2025	15/11/2025	x						x								x		
		mallla perimèstral		pintura	preventivo	90 dias	15/9/2025	1/1/2026	x					x					x						
		ventana y puertas		limpieza y soldadura	preventivo	180 dias	2/6/2025	15/11/2025	x						x								x		
		sistema de distrucion de agua		limpieza y desinfeccion	preventivo	90 dias	15/9/2025	23/1/2026	x					x						x					
		sistena de almacenamiento de agua		clorificacion, verificaciones y desinfeccion	preventivo	Diario	29/12/2025	30/12/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		lavado de cisterna		desinfeccion		180 dias	12/1/2025	7/8/2025	x																
Instalacion Electrica	jardineria y control de plaga		fumigacion y trampa para ratas	preventivo	90 dias	2/5/2025	15/9/2025	x					x						x						
	salidas electricas (tomacorrientes)		verificaciones y chequeos	preventivo	90 dias	14/9/2025	7/1/2026	x					x						x						
	Iluminacion , cambia de Reparacion de las neveras para cadaveres que esta dañada			preventivo	90 dias	1/9/2025	1/1/2026	x					x						x						
				correctivo			10/2/2025																		
	interroptores electrico		verificaciones y chequeos	preventivo	180 dias	15/12/2025		x						x									x		
	luminarias internas		verificaciones y chequeos	preventivo	90 dias	1/9/2025	7/1/2026	x					x						x						
	luminarias sona perimèstral externa		verificaciones y chequeos	preventivo	90 dias	14/9/2025	20/1/2026	x					x						x						
	paneles elctrico		verificaciones y chequeos	preventivo	180 dias	15/12/2025		x						x									x		
paneles distribucion de energia		chequeo	preventivo	180 dias	15/12/2025		x						x									x			
calentamiento de cableria		chequeo	preventivo	180 dias	7/12/2025		x						x									x			

Equipos	consumo electrico		chequeo	preventivo	180 dias	15/12/2025		x					x						x
	bornera de cable		apriete	preventivo	180 dias	15/12/2025		x					x						x
	3.1 Generadores Electricos de Emergencias Planta Electrica																		
	horas de trabajos		chequeo	preventivo	Diario	29/12/2025	30/12/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	nivel de combustible		chequeo	preventivo	Diario	28/12/2025	29/12/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	aceite nivel		chequeo	preventivo	90 dias	14/9/2025	8/1/2026	x				x				x			
	agua de enfriamiento		chequeo	preventivo	90 dias	1/9/2025	7/1/2026	x				x				x			
	correas de ventilador		chequeo	preventivo	90 dias	1/9/2025	8/1/2026	x				x				x			
	cambio de aceite y filtros		chequeo	preventivo	90 dias	11/9/2025	20/1/2026	x				x				x			
	3.2 Unidades de Aire Acondicionado																		
	Climatizacion de areas faltantes													x	x	x			
	fuga de gas		chequeo	preventivo	Diario	29/12/2025	30/12/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	condensador		limpieza	preventivo	90 dias	14/9/2025	20/1/2026	x				x				x			
	drenaje		chequeo	preventivo	90 dias	1/9/2025	8/1/2026	x				x				x			
	unidad evaporadora		limpieza	preventivo	90 dias	15/9/2025	8/1/2026	x				x				x			
	filtros		limpieza	preventivo	90 dias	1/9/2025	20/1/2026	x				x				x			
	3.3 Sistema de UPS																		
	paneles electricos																		
	conecion y apriete		verificaciones	preventivo	90 dias	11/9/2025	18/1/2026	x				x				x			
	3.4 Extractores de Aire																		
	3.5 Sistema Contra Incendio																		
	extintores																		
	alarma contra incendio		chequeo	preventivo	90 dias	1/9/2025	20/1/2026	x				x				x			
	3.6 Bomba de Agua y Cisterna																		
	nivel de cisterna		chequeo	preventivo	Diario	28/12/2025	29/12/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	clorificacion en cisterna		deposito de cloro	preventivo	Diario	28/12/2025	29/12/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
bomba de servicios		chequeo	preventivo	90 dias	12/9/2025	8/1/2026	x				x				x				
lavado de cisterna		limpieza y desinfeccion	preventivo	90 dias	15/9/2025	20/1/2026	x				x				x				
3.7 Gases Medicos (Genesys Tri-tech Medical Inc)																			
nievle de aceite		chequeo	preventivo	Diario	29/12/2025	30/12/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
nivel de vacio		chequeo	preventivo	Diario	29/12/2025	30/12/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
fugas y lequeo		chequeo	preventivo	90 dias	11/9/2025	20/1/2026	x				x				x				
filtros		limpieza	preventivo	30 dias	29/12/2025	3/12/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3.8 Distribuidor de Oxigeno																			
	fugas en toma de presion	chequeo	preventivo	90 dias	11/9/2025	20/1/2026	x				x				x				
	tuberia de distribucion	chequeo	preventivo	90 dias	15/9/2025	8/1/2026	x				x				x				
	alambrado	chequeo	preventivo	90 dias	1/9/2025	20/1/2026	x				x				x				
	Dar mantenimiento a todas las salidas de oxigeno		preventivo	180 Dias	12/6/2025	7/11/2025	x					x					x		
	Reparacion de maquina de		correctivo			14/4/2025					x								
Lavadoras y Secadoras																			
	lavadoras		preventivo	180 Dias	12/6/2025	7/11/2025	x					x						x	
	paneles	limpieza	preventivo	90 dias	21/9/2025	20/1/2026	x					x				x			
	consumo	chequeo	preventivo	Diario	29/12/2025	30/12/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	filtros	limpieza	preventivo	30 dias	3/12/2025	3/12/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	consumo de detergente	chequeo	preventivo	Diario	29/12/2025	30/12/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Estufas y Hornos																			
	tubenias de suministro de gas	chequeo	preventivo	90 dias	14/9/2025	20/1/2026	x					x					x		
	homilla	verificacion	preventivo	90 dias	15/9/2025	8/1/2026	x					x					x		
Maquina de Anestecia																			
	funcion general	evaluacion	preventivo	7 dias	30/12/2025	8/1/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lamparas Cielitica	funcionamiento general	evaluacion	preventivo	Diario	29/12/2025	30/12/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autoclave	filtros	revision	preventivo	7 dias	29/12/2025	8/1/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	compresores	revision	preventivo	7 dias	30/12/2025	8/1/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Electrocardiograma	estructuras fisica general	inspeccion	preventivo	Diario	29/12/2025	30/12/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ventiladores	filtros de aire	revision y cambio	preventivo	90 dias	7/9/2025	20/1/2026	x					x					x		
	filtros de oxigeno	revision y cambio	preventivo	180 dias	12/6/2025	7/12/2025	x							x					
Monitores	monitores	limpieza	preventivo	7 dias	30/12/2025	8/1/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Aspiradores	filtros de aire	revision y cambio	preventivo	90 dias	15/9/2025	8/1/2026	x					x					x		
	aparato interno	limpieza	preventivo	90 dias	7/9/2025	20/1/2026	x					x					x		
Incubadoras	filtros de aires	revision y cambio	preventivo	90 dias	7/9/2025	8/1/2026	x					x					x		
	sensor de oxigeno		preventivo	90 dias	8/9/2025	20/1/2026	x					x					x		
	equipo general	inspeccion fisica	preventivo	180 dias	12/6/2025	7/12/2025	x							x					
Servocunas	equipo general	inspeccion fisica	preventivo	180 dias	24/6/2025	15/12/2025	x							x					
Desfibriladores	carga y descarga	pruebas	preventivo	60 dias	10/7/2025	19/10/2025	x				x					x			
	equipofisico en genaral	inspeccion	preventivo	60 dias	10/7/2025	19/10/2025	x				x					x			
	baterias	pruebas	preventivo	60 dias	10/7/2025	19/10/2025	x				x					x			
Mesa Quiruegica	equipo en general	descontaminacion e inspeccion	preventivo	90 dias	1/9/2025	20/1/2026	x					x					x		
	hidraulicos	chequeo	preventivo	90 dias	1/9/2025	8/1/2026	x					x					x		
Camas de Paro	equipo general	descontaminacion	preventivo	90 dias	15/9/2025	20/1/2026	x					x					x		
		evaluacion y funcionamiento	preventivo	90 dias	15/9/2025	20/1/2026	x					x					x		
		inspeccion fisica	preventivo	90 dias	1/9/2025	16/1/2026	x					x					x		
Camas	equipo en general	descontaminacion	preventivo	90 dias	1/9/2025	27/1/2026	x					x					x		
		inspeccion fisica	preventivo	90 dias	15/9/2025	8/1/2026	x					x					x		
Camillas	equipo en general	inspeccion fisica	preventivo	90 deas	15/9/2025	17/1/2026	x					x					x		
		descontaminacion	preventivo	90 dias	15/9/2025	20/1/2026	x					x					x		
		inspeccion fisica	preventivo	90 dias	15/9/2025	8/1/2026	x					x					x		
Centrifugas	equipo en general	inspeccion fisica y ajusta	preventivo	90 dias	15/9/2025	20/1/2026	x					x					x		
Sonografos	sistema electrico	evaluacion	preventivo	90 dias	1/9/2025	27/1/2026	x					x					x		
Esfigmomanómetros Estetoscopio	bateria	cambio	preventivo	30 dias	29/11/2025	30/11/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	calibracion	chequeo	preventivo	90 dias	2/5/2025	14/9/2025	x					x					x		
Oximetros	baterias	chequeo y cambio	preventivo	30 dias	1/11/2025	30/11/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Termómetros Digitales	bateria	chequeo y cambio	preventivo	30 dias	1/11/2025	30/11/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Glucometros Digitales	bateria	chequeo y cambio	preventivo	30 dias	1/11/2025	30/11/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	equipo completo	inspeccion fisica y evaluacion	preventivo	90 dias	1/9/2025	20/1/2026	x					x					x		
Nebulizadores Polttactiles	equipo	inspeccion fisica y evaluacion	preventivo	90 dias	13/9/2025	8/1/2026	x					x					x		
Tanque de Oxigenos	tangue en general	revision de disponibilidad	preventivo	90 dias	14/9/2025	27/1/2026	x					x					x		
		inspeccion	preventivo	90 dias	1/9/2025	8/1/2026	x					x					x		
		evaluacion y funcionamiento	preventivo	90 dias	1/9/2025	8/1/2026	x					x					x		
	manometro (regulador de oxigeno)	calibracion	preventivo	90 dias	14/9/2025	20/1/2026	x					x					x		
Medidores de Oxigeno y de Aire	equipo completo	evaluacion y funcionamiento	preventivo	90 dias	14/9/2025	20/1/2026	x					x					x		
		inspeccion fisica	preventivo	90 dias	15/9/2025	27/1/2026	x					x					x		
Bolsa de Medicion de Presion	equipo completo	inspeccion fisica	preventivo	90 dias	15/9/2025	17/1/2026	x					x					x		
		evaluacion y funcionamiento	preventivo	90 dias	15/9/2025	8/1/2026	x					x					x		

Equipos de Laboratorio	megatiscopio	inspeccion fisica,evaluacion y funcionamiento	preventivo	90 dias	14/9/2025	17/1/2026	x					x				x			
	ventilador de ñano de agua	inspeccion fisica,evaluacion y funcionamiento	preventivo	90 dias	14/9/2025	20/1/2026	x					x				x			
	bio sistemas	inspeccion fisica,evaluacion y funcionamiento	preventivo	90 dias	14/9/2025	8/1/2026	x					x				x			
	maquina de analisis de quimico	inspeccion fisica,evaluacion y funcionamiento	preventivo	90 dias	14/9/2025	27/1/2026	x					x				x			
	BTS semi-manual	inspeccion fisica,evaluacion y funcionamiento	preventivo	90 dias	13/9/2025	20/1/2026	x					x				x			
Neveras y Cuarto Frio (Farmacia y Almacen de Medicamento)	alambrado y toma	chequeo	preventivo	90 dias	10/9/2025	17/1/2026	x					x				x			
	acondicionadores de aire	chequeo	preventivo	90 dias	1/9/2025	20/1/2026	x					x				x			
	filtrantes	verificacion	preventivo	180 dias	12/6/2025	7/12/2025	x						x						
4	lavamanos	fugas en tuberia y griferia	verificacion	preventivo	180 dias	12/6/2025	7/12/2025	x						x					
on	Registro sanitarios	limpieza	preventivo	90 dias	9/9/2025	20/1/2026	x						x				x		
ria	colectores	chequo	preventivo	30 dias	30/11/2025	29/12/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	sistema de distribucion de agua	chequeo	preventivo	90 dias	16/9/2025	20/1/2026	x						x				x		
	plomeria	fugas en tuberia y griferia	chequeo y mantenimiento	preventivo	90 dias	13/9/2025	27/1/2026	x					x				x		
	grifena	fugas en tuberia y griferia	chequeo y mantenimiento	preventivo	90 dias	13/9/2025	8/1/2026	x					x				x		
	lavamanos e inodoros	instalacion	chequeo y mantenimiento	preventivo	90 dias	1/9/2025	27/1/2026	x					x				x		
	Sistema de Almacenamiento de																		
	fugas en tuberias	verificacion	preventivo																
	cisterna	clorificacion	preventivo	interdiario	30/11/2025	3/1/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		lavado	preventivo	anual	29/12/2025	14/12/2026													x
	Contrucion de 1 tanque de acero inoxidable de 1,000 galones	contrucion																	
5	UCI																		
as	maquina de anestesia	equipo en general	mantenimiento	preventivo	30 dias	1/12/2025	30/1/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	defibriladores	equipo en general	mantenimiento	preventivo	30 dias	2/12/2025	30/1/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	mesa quirurgica	equipo en general	mantenimiento	preventivo	30 dias	1/12/2025	30/1/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	lampara cielistica	equipo en general	mantenimiento	preventivo	30 dias	7/12/2025	30/1/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	autoclave	equipo en general	mantenimiento	preventivo	7 dias	30/12/2025	2/1/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	electrocardiografo	equipo en general	mantenimiento	preventivo	7 dias	30/12/2025	2/1/1/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	aspirador quirurgico	equipo en general	mantenimiento	preventivo	30 dias	1/12/2025	30/1/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	ventiladores	equipo en general	mantenimiento	preventivo	30 dias	2/12/2025	30/1/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	monitores	equipo en general	mantenimiento	preventivo	30 dias	1/12/2025	30/1/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	aires acondicionados	ducto	limpieza y desinfeccion	preventivo	15 dias	30/12/2025	16/1/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	gases medicinales		inspeccion	preventivo	Diario	29/12/2025	30/1/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			limpieza y desinfeccion	preventivo	15 dias	30/12/2025	16/1/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	ups	filtros	limpieza y desinfeccion	preventivo	15 dias	30/12/2025	16/1/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	agua	calidad del agua	mantenimiento	preventivo	30 dias	2/12/2025	30/1/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		chequeo	preventivo	Diario	29/12/2025	30/12/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Hemodialisis																		
	agua filtrada	sistema de agua filtrada	prueba de agua limpieza y desinfeccion	preventivo	Diario	29/12/2025	30/12/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	sistema	sistema completo	lavado	preventivo	15 dias	30/12/2025	16/1/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Mama Canguro	aire acondicionado	mantenimiento ,limpieza	preventivo	15 dias	30/12/2025	16/1/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	inspeccion electrica y luces		chequeo	preventivo	15 dias	30/12/2025	16/1/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Cuidados Intermedios	inspeccion electrica y luces	chequo	preventivo	15 dias	30/12/2025	16/1/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		aires acondicionados	mantenimiento y lavado de filtros	preventivo	15 dias	30/12/2025	16/1/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	camilla	camilla general	limpieza y desinfeccion	preventivo	15 dias	30/12/2025	16/1/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "SERVICIO NACIONAL DE SALUD" at the top and "DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES" at the bottom. In the center, there is a stylized logo of a building with the letters "H" and "C" on either side, followed by the text "HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI" and "SRSM" in large, bold letters.

Renues Jassi

Fecha: 17/12/25

Establecimiento: Hospital Dr. Vinicio Calvente

Equipo:

Ficha:

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	SEMANAS			
			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1	PISOS	1. En buen estado, sin salientes o obstáculos, limpios y sin puntos de tropezón	C	C	C	C
		2. Se mantienen los pasillos peatonales libres de obstáculos y limpios.	C	C	C	C
2	EQUIPOS DE EMERGENCIA	1. Extintores del área en un lugar adecuado, de fácil acceso y con su inspección al día.	C	C	C	C
		2. Puertas/salidas de emergencias sin obstáculos e identificadas.	C	C	C	C
		3. Esta identificada la ruta de escape ante una emergencia.	C	C	C	C
		4. Los colaboradores conocen la ubicación de su punto de encuentro (preguntar en el área).	C	C	C	C
3	ESCALERAS	1. Las escaleras de acceso al área de oficina debe de estar provistas de una huella y contrahuella, libres de obstáculos y sin puntos de tropezón.	C	C	C	C
		2. Escalera de acceso a oficina debe de estar libre de grasa, obstáculos, con cinta anti resbalante	C	C	C	C
4	ESCRITORIOS Y ARMARIOS	1. El peso de la estantería se encuentra repartido de manera uniforme.	C	C	C	C
		2. La estantería que supera los 1.8m de altura se encuentra fija.	C	C	C	C
		3. Escritorios y mesas en buen estado, sin filos cortantes y estables.	C	C	C	C
		4. Están provistos los cajones de escritorios y armarios de topes que impidan su salida accidental.	C	C	C	C
		5. Están las sillas de trabajo en buen estado y constan de apoyabrazos.	C	C	C	C
1. Si existe una condición fuera de conformidad, corregir inmediatamente.		FIRMA DEL INSPECTOR				
EN LAS INSPECCIONES MARQUE:						
C-CONFORME						
NC-NO CONFORME						



Renteria 1/2/20

Fecha: 8 / 12 / 25

Nombre del Establecimiento de Salud:

Hospital Dr. Vinicio Calventi

Nombre del Servicio Regional de Salud:

Provincia:

Santo Domingo

Nombre del Director CEAS:

Complejidad:

Instrucción: Marcar con una "x" la opción seleccionada.

INFRAESTRUCTURA Y FACHADA <u>EXTERNA</u> DEL CENTRO DE SALUD					INFRAESTRUCTURA Y FACHADA <u>INTERNA</u> DEL CENTRO DE SALUD				
	Bueno	Regular	Malo	N/A		Bueno	Regular	Malo	N/A
1 ¿Cuenta el centro de servicio de salud con un entorno externo limpio ?	☒				1 ¿La pintura del interior del hospital tiene buena textura y color?	☒			
2 ¿La pintura del exterior del hospital tiene buena textura y color?	☒				2 ¿Las paredes y techos del interior del hospital están libres de grietas?	☒			
3 ¿Tiene el hospital verjas perimetrales exteriores pintadas y en buenas condiciones?	☒				3 ¿El piso del hospital posee superficie estable, firme y antideslizante, sin quiebre?	☒			
4 ¿Las puertas, hierros y ventanas del hospital se encuentran en buenas condiciones?	☒				4 ¿Todas las áreas del interior del hospital se encuentran iluminadas?	☒			
5 ¿Todas las áreas exteriores del hospital se encuentran iluminadas?	☒				5 ¿Existen obstáculos en áreas de circulación colectivas?	☒			
6 ¿El edificio cuenta con parqueo exclusivo para personas con discapacidad?			☒		6 ¿Cuenta el hospital con elevador disponible para el acceso a los pacientes, incluyendo pacientes con discapacidad?			☒	
7 ¿La entrada de emergencia del hospital está libre de obstáculos para la movilización del paciente a la emergencia?	☒				7 ¿El hospital tiene una ruta de evacuación señalizada?	☒			
8 ¿El hospital cuenta con una área de estacionamiento para ambulancias, con acceso rápido a la emergencia?	☒				8 ¿Tiene el hospital un sistema contra incendios?				☒
9 ¿La frecuencia de recogida de la basura es oportuna?	☒				9 ¿Los asientos de las salas de espera del hospital se encuentran en buenas condiciones?			☒	
10 ¿En los puntos de entrada del hospital existen rampas para el acceso de personas con discapacidad?	☒				10 ¿Los equipos e inmobiliarios del centro se encuentran en buen estado?			☒	
11 ¿Cuenta el hospital con pasamanos en los puntos de entrada donde están las rampas?	☒				11 ¿Cuenta el hospital con adecuada climatización en las áreas?			☒	
12 ¿Tiene el hospital puertas automáticas de acceso a sus instalaciones?			☒		12 ¿El centro cuenta con los espacios optimizados correctamente?	☒			
13 ¿Las paredes del exterior del hospital están libre de grietas?	☒								
14 ¿El jardín y las plantas que rodean el perímetro del centro de salud están podadas y bien cuidadas?	☒								
15 ¿Cuenta el exterior del hospital con disposiciones de zafacones?	☒								
Describe las necesidades del CEAS para garantizar las condiciones de estructuras, equipos e insumos en su exterior					Describe las necesidades del CEAS para garantizar las condiciones de estructuras, equipos e insumos en su interior				
GESTIÓN DE DESECHOS Y/O RESIDUOS					LIMPIEZA E HIGIENE HOSPITALARIA				
	Bueno	Regular	Malo	N/A		Bueno	Regular	Malo	N/A
1 ¿Cuenta el hospital con el personal requerido para la gestión de desechos y residuos hospitalario según su complejidad?	☒				1 ¿El establecimiento aplica Guía de Limpieza y Desinfección de Superficies Hospitalarias elaborada por el MSP?		☒		
2 ¿Cuenta el hospital con un horario de limpieza y recolección de desechos o residuos que no interrumpa la distribución de alimentos a los pacientes?	☒				2 ¿Se evidencia que todas las áreas del hospital están limpias?	☒			
3 ¿Tiene el hospital identificada y señalizada la ruta para la eliminación de los desechos y/o residuos hospitalarios?	☒				3 ¿Cuenta el hospital con el personal requerido para la limpieza y desinfección hospitalaria según su complejidad?		☒		
4 ¿El establecimiento cuenta con los recipientes y/o contenedores adecuados para el depósito de desechos y residuos?	☒				4 ¿Cuenta el hospital con los insumos necesarios para la buena higiene y desinfección hospitalaria?		☒		
5 ¿Cuenta con los insumos necesarios para la buena gestión de los desechos y/o residuos hospitalarios (zafacones, bolsas, equipo de protección personal)?	☒				5 ¿El área de almacenamiento de alimentos tiene buena condición de higiene, organización y temperatura según el tipo de alimento?	☒			
6 ¿El establecimiento tiene casetas según lo establecido en el decreto 126-09 para el almacenamiento temporal de los desechos y residuos?	☒				6 ¿El área de cocina está en buenas condiciones de higiene y organización?	☒			
7 ¿El hospital tiene y aplica un protocolo descrito para el control de plagas y animales?	☒				7 ¿Se verifica frecuentemente el monitoreo de la concentración y PH del agua que se utiliza en el establecimiento?	☒			
					8 ¿El hospital cuenta con suministro continuo de agua potable?	☒			
					9 ¿El piso del hospital se encuentra limpio?	☒			
					10 ¿El personal de limpieza tiene una hoja control con los horarios establecidos de limpieza?		☒		
					11 ¿Los baños del hospital exhiben buenas condiciones de higiene y horarios establecidos de limpieza?	☒			
					12 ¿Los baños de las áreas comunes del hospital tienen las condiciones para el acceso de personas con discapacidad?	☒			
Describe las necesidades del CEAS para garantizar la buena gestión de los desechos y residuos por el personal de salud					Describe las necesidades del establecimiento para garantizar la buena gestión de limpieza y desinfección por el personal				



Supervisado por

Renny Ucgo



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Hospital Dr. Viniño Calventi

Fecha: 18/12/25

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Planta Eléctrica

Marca: Cumfm

Modelo: _____

Serie: _____

Ubicación: _____

Inventario No. _____

Periodo: 4M ☐ 6M ☒ 12M ☐ Otro: _____

Notas:

mantenimiento en proceso.

Descripción de Acciones

Inspección Física



Revisión Operacional



Verificación Autodiagnóstico



Otras acciones:

Materiales Utilizados

Condición Final

✓ ☒ × ☐

Nombre del Electromédico

Renny Jara
Encargado de Área



Hospital Dr. Vinicio Calventi

Lugar de destino:		Fecha de visita:	<i>23/12/25</i>
Personal visitante:		Propósito de la asignación:	

Área	Mobiliario	Cumple/No cumple	Condición del mobiliario
------	------------	------------------	--------------------------

Imágenes	Sillas secretariales	<i>C</i>	
	Escritorios	<i>C</i>	
	Bancadas	<i>nc</i>	
Esterilización	Sillas secretariales	<i>C</i>	
		<i>C</i>	
Internamiento	Mesas de Comer	<i>C</i>	
	Sillon Acompañante	<i>nc</i>	
	Mesa de Noche	<i>C</i>	
Laboratorio	Sillas secretariales	<i>C</i>	
	Escritorios	<i>nc</i>	
	Bancadas	<i>C</i>	
Neonatología, UCIN	Sillas secretariales	<i>nc</i>	
	Escritorios	<i>C</i>	
	Bancadas	<i>C</i>	
Quirófanos/ Partos	Bancadas	<i>C</i>	
	Sillas secretariales	<i>nc</i>	
Emergencia	Bancadas	<i>C</i>	
	Sillas secretariales	<i>nc</i>	
	Escritorios	<i>C</i>	
Unidad de Cuidados Intensivos	Sillas secretariales	<i>nc</i>	
Odontología	Sillas secretariales	<i>nc</i>	
Cocina	Sillas	<i>C</i>	
	Mesas	<i>C</i>	
Consultorios	Sillas secretariales	<i>nc</i>	
	Escritorios	<i>C</i>	
	Bancadas	<i>C</i>	



Renuer Vega



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario Inspección de Infraestructura Física

DADM-FO-008 Versión: 02

Fecha de aprobación: 17/01/2019

Hospital Dr. Vinicio Calvente

Lugar de destino:	Fecha de visita:	29/12/25
Personal visitante:	Propósito de la asignación:	

De la estructura:

No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones	C		
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	C		
3	Terminación de paredes, Pañete	C		
4	Presencia de insectos en edificación	C		
5	Terminación de Techos	C		
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	C		
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	C		
8	Funcionamiento planta eléctrica	C		
9	Funcionamiento de UPS	C		
10	Terminación general de piso	C		
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	C		
12	Señalización institucional	C		
13	Señalización Ruta de evacuación	C		
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	C		
15	Disponibilidad de Parques	C		
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	C		
17	Revisión de Liqueos en Equipos de Aires Acondicionados	C		
18	Revisión de Sistema de Cámaras	C		
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	C		
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	C		
21	Terminación de Áceras, Contenes, Asfalto, entre otros	C		
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	C		
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	C		
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	C		
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	C		
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	C		
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	C		
28	Revisión de Salida de Gases	C		
29	Revisión de Caseta de Gases	C		
30	Revisión de Data	C		
31	Condiciones Salas de Espera	C		
32	Condiciones Baños	C		
33	Limpieza Continua	C		
34	Áreas Exteriores	C		



Renuer V. V. V.

Planilla de Verificación de Gases Médicos

DADM-FO-017 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 20/12/25

Tiempo de Ejecución:

Hospital Dr. Vinicio Calventi

Rutina De Mantenimiento Preventivo Planificado	1	2	3	Observaciones
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	C	C	C	
Efectuar limpieza integral externa del equipo.	C	C	C	
Inspeccionar externamente el equipo.	C	C	C	
Inspeccionar Electrodo pH, PO, PCO, cambiar membranas e instalar en la recámara.	C	C	C	
Verificar los dispositivos de control, indicadores y presentadores.	C	C	C	
Verificar el valor de la temperatura de la recámara.	C	C	C	
Verificar el sistema de alarma.	C	C	C	
Realizar ciclos de modelos de operaciones.	C	C	C	

Firma del Técnico:

Renny Vega



Mes: Diciembre

 Establecimiento: Hospital Dr. Vinicio Calvente

Equipo: _____

 Ficha: 15/12/25

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Medidas correctivas en caso de No conformidad	DÍAS DEL MES																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	SEGURIDAD ELÉCTRICA	1. Cables eléctricos de los equipos en buenas condiciones y sin empalmes.	1. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. De existir cuarto eléctrico en el área, se encuentra con accesos controlado y señalizado.	2. Colocar control de acceso (cerradura) y señalización	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		3. Paneles eléctricos, señalizados con nivel de voltaje y peligro. El acceso está despejado	3. Colocar señalización, despejar área	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		4. Áreas húmedas provistas de toma corrientes con sistema GFCI (Interruptor con falla a tierra)	4. Colocar tomacorrientes GFCI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		5. Los tomacorrientes se encuentran tapados sin alteraciones	5. Reparar desvíos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	PANELES ELÉCTRICOS	1. Las conexiones se muestran ajustadas.	1. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2. La estructura física se observa en buen estado.	2. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		3. La puerta se encuentra cerrada.	3. Cerrar puerta, garantizar la operación	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		4. Los aislantes se observan en buen estado.	4. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		5. Se observa libre de polvos y partículas de suciedad.	5. Limpiar las áreas	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	ILUMINACIÓN	1. Áreas de trabajo con iluminación adecuada.	1. Reemplazar luminarias	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		2- Lámparas en buenas condiciones y bien colocadas.	2. Reparar desvíos.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.		FIRMA DEL INSPECTOR																																
EN LAS INSPECCIONES MARQUE:																																		
C-CONFORME NC-NO CONFORME																																		



Donny Vega

Fecha: 11/12/25

Responsable del Llenado de la Ficha:

Iqeneris Vegazo

Institución Receptora:

Hospital Dr. Vinicio Calventi

Correo Electrónico:

Teléfono:

Equipos	Verificación Diaria	Verificación Semanal	Verificación Mensual	Verificación Trimestral	Verificación Semestral	Verificación Anual
Maquinas Anestesia		✓				
Desfibrilador			✓			
Mesa Quirúrgica		✓				
Lampara Cielitica	✓		✓			
Autoclave						
Electrocardiógrafo			✓			
Aspirador Quirúrgico		✓				
Ventiladores				✓		
Monitores				✓		
Limpiezas y Revisiones Generales	✓					
Aires Acondicionado o Re- Cambio Filtros Hepa				✓		
Limpieza y Desinfección de Ductos			✓			
Piso Aséptico	✓					
Revisión UPS		✓				
Revisión Paneles Aislamiento			✓			
Gases Medicinales	✓					
Controles Acceso			✓			
Calidad del Agua	✓					

Nota: método de verificación será mediante informe con imágenes fotográficas de tener contratos debe presentar contratos, antes y después de lo ejecutado según la periodicidad.

Obsevaciones:

Nombre y Firma





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

DIVISION DE CENTROS HOSPITALARIO

MATRIZ LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA.

Hospital Dr. Vinicio Calventi 5/12/15

NOMBRE DEL HOSPITAL:		FECHA:	
No.	AREA	TIPO DE NECESIDAD	OBSERVACION : COLOCAR AQUÍ LA PLANIFICACION PARA LAS MEJORAS
1	sonografía.	Ampliar	
2	Digestivos	Ampliar	
3	Vacuna	Ampliar	
4	Patología	Ampliar	
5	consulta	15 consultorio nuevos	
6	internamiento	20 habitaciones nuevas	
7	Parqueo	125 nuevos	
8	Enseñanza	10 aulas de clases nuevas	
9	Administración	15 oficina nuevas	
10	Archivos	Ampliar	
11	morgue	3 neveras para cadáveres y Ampliar	
12	Atención de Adulto	Ampliar	

NOTA: COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS Y SI REQUIERE AGREGAR FILAS PUEDEN HACERLO, ESCRIBIR EN MAYUSCULA.



Renes Ugo



SERVICIO REGIONAL DE SALUD

METROPOLITANO

DIVISION DE CENTROS HOSPITALARIO

MATRIZ LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE EQUIPOS.

Hospital Dr. Vinicio Calvente 2/12/25

NOMBRE DEL HOSPITAL:

FECHA:

No.	AREA	TIPO DE EQUIPO	CATIDAD	OBSERVACION : COLOCAR AQUÍ LA PLANIFICACION PARA LAS MEJORAS
1	imagenes	Rayo x	2	
	imagenes	Resonador	1	
	imagenes Rayo x	Rayo x Portatil	3	
	mamografo	mamografo	2	
	imagen ult	ultra sonido	2	
	uci	aspirador portatil	10	
	ventiladores uci	ventiladores	8	
	Emergencia	aspiradores	12	
	Emergencia	Camilla de transporte	24	
	Emergencia	Silla de Rueda.	40	
	internamiento	cama Para Paciente	175	
	consulta	camilla fija	24	
	mantenimiento	patilla+	2	
	Transportacion	Uefcivos	6	
	mantenimiento	Escalera de extension 40 Pie	2	

NOTA: COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS Y SI REQUIERE AGREGAR FILAS PUEDEN HACERLO, ESCRIBIR EN MAYUSCULA.



Renuel Vique