



Instalación / Maquinaria <i>(Nombre del Equipo)</i>	Elementos del Equipo <i>a realizar Mantenimiento</i>	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. + Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Unidad de aire acondicionado	limpieza filtros de pelusa	lavado y limpieza	preventivo	mensual	12/15/2025														
Unidad de aire acondicionado	evaporador	lavado y limpieza	preventivo	mensual	12/15/2025														
Laringoscopio UCI Green Line	probar iluminación	limpieza y prueba	preventivo	trimestral	12/17/2025														
Toma vacuna sala 1	válvula check	desmonte y limpieza	correctivo	semestral	12/7/2025														
Toma vacuna sala 2	válvula check	desmonte y limpieza	correctivo	semestral	12/23/2025														
Toma vacuna sala 3	válvula check	desmonte y limpieza	correctivo	semestral	12/23/2025														
Tomas vacuna sala 4	válvula check	desmonte y limpieza	correctivo	semestral	12/23/2025														
Toma vacuna sala 6	válvula check	desmonte y limpieza	correctivo	semestral	12/23/2025														
Lámpara de cirugía sala #1	rodamientos , iluminación	ajuste , prueba eléctrica	preventivo	semestral	12/23/2025														
Lámpara de cirugía sala # 2	rodamientos , iluminación	ajuste , prueba eléctrica	preventivo	semestral	12/23/2025														
Lámpara de cirugía sala #6	rodamientos , iluminación	ajuste , prueba eléctrica	preventivo	semestral	12/23/2025														
Ascensores	limpieza ,inspección	inspección	preventivo	semestral	12/23/2025														
Aire AC. Farmacia, cuarto frio	limpieza filtros	verificación	preventivo	semestral	12/23/2025														
Ac cocina y despensa	limpieza filtros	verificación	preventivo	semestral	12/23/2025														
AC. Salón	limpieza filtros	verificación	preventivo	semestral	12/23/2025														
AC. Odontología	limpieza filtros	verificación	preventivo	semestral	12/23/2025														
Vent. Drager k0063	sensor de flujo	calibración	correctivo	semestral	12/24/2025														
Vent. Drager k0078	sensor de flujo	calibración	correctivo	semestral	12/24/2025														
Vent. Drager I10268	sensor de flujo	calibración	correctivo	semestral	12/24/2025														
Vent. Drager k0050	sensor de flujo	calibración	correctivo	semestral	12/24/2025														
Mesa cirugía. #4	problemas tarjeta	reparación control	correctivo	anual	6/14/2026														
Ascensores	limpieza	inspección	preventivo	mensual	7/24/2025														
Ac., ala norte , sur y este	limpieza	revisión	preventivo	mensual	7/18/2025														
Ac., farmacia, bloke central	limpieza	revisión	preventivo	mensual	7/18/2025														
Cisterna	lavado	drenaje	preventivo	trimestral	7/21/2025														
Parqueo y jardinería	limpieza y deshierbe	limp. Hidrantes	preventivo	trimestral	9/19/2025														
Puertas principales	limp. Y engrase	revisar partes móviles	preventivo	mensual	7/24/2025														
Ac., farmacia, cuarto frio	nivel de temp	higienizar	preventivo	mensual	7/15/2025														
Ac. , cocina y cuarto frio	nivel de temp	higienizar	preventivo	mensual	7/24/2025														
Cuarto eléctrico y esc. Emer	velicación	evaluación visual	preventivo	mensual	7/5/2025														
Ac. , odontología	limpieza	filtro	preventivo	trimestral	9/10/2025														
Ac., salón conferencia	limpieza	filtro	preventivo	mensual	7/23/2025														
Limpieza de cisterna general	drenado	lavado de superficie	preventivo	mensual	7/23/2025														
Ac, cafetería y archivo	filtro	limpieza	preventivo	mensual	7/23/2025														
Estufas y marmitas cocina	quemadores	limpieza ,revisión	correctivo	mensual	9/7/2025														
Ups, central	estado baterías	limpieza ,revisión	preventivo	trimestral	9/15/2025														
Ups, tomografía	estado baterías	limp. Revisión	preventivo	trimestral	9/20/2025														
Ups resonancia	estado baterías	limpieza ,revisión	preventivo	trimestral	9/16/2025														
Ups edificio de consulta	estado baterías	limp. ,revisión	preventivo	trimestral	9/18/2025														
Ac, farmacia alto costo	filtros	limp. Revisión	preventivo	mensual	9/24/2025														
Ac, consulta	filtros	limp. ,revisión	preventivo	mensual	9/24/2025														
Cuartos frios cocina	filtros	higienizar	preventivo	mensual	9/24/2025														
Cauterio dre, 3000 sala #1	uso	calibración	preventivo	semestral	12/9/2025														
Cauterio dre, 3000 sala #2	uso	calibración	correctivo	semestral	12/5/2025														
Cauterio dre, 3000 sala #3	uso	calibración	preventivo	semestral	12/9/2025														
Cauterio dre, 3000 sala #4	uso	calibración	preventivo	semestral	10/7/2025														
Cauterio dre, 3000 sala #5	uso	calibración	preventivo	semestral	10/8/2025														
Cauterio dre, 3000 sala #6	uso	calibración	preventivo	semestral															
Cauterio dre, 3000 sala #7	uso	calibración	preventivo	semestral	10/4/2025														
Cauterio dre, 3000 sala #9	uso	calibración	preventivo	semestral	11/5/2025														
Cauterio dre, 3000 sala #10	uso	calibración	preventivo	semestral	11/6/2025														
Mesa cirugía torinio 3000	control y tarjeta	reaparición	correctivo	trimestral	11/11/2025														
Bomba de vacio uci	cambio lubricante	mant. Inspección	correctivo	semestral	11/11/2025														

[illegible]