

FECHA: 29/01/2025

DATOS GENERALES
Lugar: DCSNS ☐ SRS ☐ Hospital ☒ CPN ☐
***Nombre del lugar:** HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO

Área: MANTENIMIENTO)

Nombre de la Actividad: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL EES

Código POA (Si aplica):
INTRODUCCIÓN

En el presente informe damos a conocer los procesos que hemos llevado a cabo

Para la darle continuidad al plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura de este centro de salud

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo es fortalecer la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, infraestructura física y de equipos con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficacia

METODOLOGIA (Si aplica)

Dando seguimiento al plan de mantenimiento anual 2026, la cual existe un cronograma pautado de todas las actividades optimizadas en este año, la cual de acuerdo a estos renglones se realizan las solicitudes de lugar al encargado de mantenimiento y de esta forma poder llevar a cabo la programación y ejecución de dicho plan La cual el técnico que le brinda el mantenimiento a esta área se desplaza y lo va realizando según el cronograma y área de solicitud, en conjunto apoyo con la dirección y el administrador y el encargado de esa área que presta el servicio

DESARROLLO / HALLAZGOS

Dando fiel cumplimiento al plan de mantenimiento 2026 y el cronograma del mes de enero se realizó lo siguiente:

ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

1-cheque general y limpieza general de camas

chequeo general y limpieza general de camas de las habitaciones

2-chequeo de equipos de oficina

chequeo y reparación si es necesario

3-limpieza del centro

limpieza de paredes ,ventanas y patio

4-chequeo de paredes

Verificación y reparación si es necesario

5- pintura

Pintura de las áreas que lo ameriten(se pintó parte de la entrada del centro



RESULTADOS / CONCLUSIONES

En conclusión:

Cumplimiento del cronograma del plan de mantenimiento de equipos e infraestructura en un 100%

RECOMENDACIONES

Continuar llevando acabo el seguimiento el plan de mantenimiento 2026

ANEXOS (Si aplica)

Fichas de solicitudes

Fotos

Instrucciones de llenado:

***Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Karen Morales

Elaborado por
(Nombre y apellido)



[illegible]

FECHA: 28/1/2026

DATOS GENERALES

Nombre del lugar: Hospital Municipal Evangelina Rodríguez Perozo

Área: Mantenimiento

Nombre de la Actividad: seguimiento al plan de mantenimiento enero 2026

Mantenimiento preventivo de camas



Foto tomada 15/1/2026



Mantenimiento preventivo de equipo de oficina




Foto tomada 9/1/2026



Mantenimiento preventivo de limpieza del exterior del centro

Antes



después




Foto tomada 27/1/2026



Mantenimiento preventivo de paredes




Foto tomada 9/1/2026



Mantenimiento preventivo de pintura

Antes



Después




Foto tomada 19/12/2026

Carretera Yuma Higüey, Kilómetro 1, Tel.: 809-551-0344 y 809-551-0188

hospdra.evangelinarodriguez@gmail.com

RNC 430039063



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 13/1/26 Departamento: Calidad Gestión

Tipo de equipo @Amas NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado	Grado de Urgencia de la Solicitud
---------------------	-----------------------------------

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☐	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☒	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☐	Movilización	☐



Batido de la Cruz
En óptimas
condiciones



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 7/1/26 Departamento: calidad de la gestión

Tipo de equipo equipo de oficina NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado	Grado de Urgencia de la Solicitud
---------------------	-----------------------------------

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☐	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☒	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☐	Movilización	☐

Bartolo de
en optimas condiciones





FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 22/1/26 Departamento: Mayordomía

Tipo de equipo limpieza exterior del centro NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☒	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☐	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☐	Movilización	☐

Barbela de la Cruz
Se realice
Mente, en todo lo
años





FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 7/01/26 Departamento: Calidad de la gestión

Tipo de equipo paredes NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado	Grado de Urgencia de la Solicitud
---------------------	-----------------------------------

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☐	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☒	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☐	Movilización	☐

Barbato de la
se de la
y en emergencia la
principal amenaza la estructura.





FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 9/01/26 Departamento: Calidad de la Gestión

Tipo de equipo: Pintura NO. INVENTARIO Del frente del centro

Servicio Solicitado Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☒	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☐	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☒	Movilización	☐

Partido de

se realice la
pintura de la parte
exterior frontal del centro



FECHA: 23/02/2026

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS ☐ SRS ☐ Hospital ☒ CPN ☐

***Nombre del lugar:** HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO

Área: MANTENIMIENTO)

Nombre de la Actividad: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL EES

Código POA (Si aplica):

INTRODUCCIÓN

En el presente informe damos a conocer los procesos que hemos llevado a cabo

Para la darle continuidad al plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura de este centro de salud

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo es fortalecer la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, infraestructura física y de equipos con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficacia

METODOLOGIA (Si aplica)

Dando seguimiento al plan de mantenimiento anual 2026, la cual existe un cronograma pautado de todas las actividades optimizadas en este año, la cual de acuerdo a estos renglones se realizan las solicitudes de lugar al encargado de mantenimiento y de esta forma poder llevar a cabo la programación y ejecución de dicho plan La cual el técnico que le brinda el mantenimiento a esta área se desplaza y lo va realizando según el cronograma y área de solicitud, en conjunto apoyo con la dirección y el administrador y el encargado de esa área que presta el servicio

DESARROLLO / HALLAZGOS

Dando fiel cumplimiento al plan de mantenimiento 2026 y el cronograma del mes de febrero se realizó lo siguiente:

ACTIVIDAD

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

1-limpieza del exterior del centro
2- control de plagas

limpieza de paredes ,ventanas y patio
Fumigación en el área de los
baños



RESULTADOS / CONCLUSIONES

En conclusión:

Cumplimiento del cronograma del plan de mantenimiento de equipos e infraestructura en un 100%

RECOMENDACIONES

Continuar llevando acabo el seguimiento el plan de mantenimiento 2026


ANEXOS (Si aplica)

Fichas de solicitudes

Fotos

Instrucciones de llenado:

***Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.


Elaborado por
(Nombre y apellido)



[illegible]



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 4/2/26 Departamento: Calidad de la Gestión

Tipo de equipo Limpieza NO. INVENTARIO _____
del exterior del centro

Servicio Solicitado Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☒	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☐	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☐	Movilización	☐



Bartolo de la Cruz
se realiza cada
mes y si es necesario
antes también



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 5/2/26 Departamento: Calidad de la Gestión

Tipo de equipo Control de plagas NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado	Grado de Urgencia de la Solicitud
---------------------	-----------------------------------

Instalación de Equipo

☐

Urgente

☐

Mantenimiento Preventivo

☒

Puede esperar hasta 24 horas

☐

Chequeo

☐

Puede esperar más de 48 horas

☐

Reparación

☐

Movilización

☐

Batata de la cruz
Se realiza c/2 meses
y antes si es necesario
ahora se realizo
a uno de los baños

FECHA: 23/2/2026

DATOS GENERALES

Nombre del lugar: Hospital Municipal Evangelina Rodríguez Perozo

Área: Mantenimiento

Nombre de la Actividad: seguimiento al plan de mantenimiento febrero 2026

Mantenimiento preventivo de limpieza exterior del centro



Foto tomada 9/2/2026



Mantenimiento preventivo de control de plaga



Foto tomada 18/2/2026



NOMBRE DE HOSPITAL	ACTIVIDAD	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Preventivo o Correctivo	Frecuencia para Realizar	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	Verificación de neofenología	chequeo de lampara fluorescente, interruptor de encendido	preventivo	trimestral													
	Verificación de la parte interior	Chequeo de paredes y techo	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	Verificación de nebulizadores	chequeo general, cambio de filtro, limpieza de equipo	preventivo	trimestral													
	verificación de aire acondicionado central	chequeo de partes electricas, funcionamiento general	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	verificación de los aires acondicionados split	chequeo de partes electricas, funcionamiento general	preventivo	trimestral													
	verificación de estanco	cambio de baterías, limpieza y desinfección	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	severa electric	limpieza general, lavado interno y externo	preventivo	trimestral													
	balanza de adulto	calibración de regulador de peso, lubricación	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	Incubadora	Revisión de motor, limpieza de la cuna y seguro	preventivo	trimestral													
	Aspirador	Calibración y limpieza general	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	Camillas	Lubricación y engrase de partes mecánicas	preventivo	trimestral													
	Lampara casito de guano	Limpieza y ajuste general, cambio bombillo si requiere	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	Balanza pediátrica	Prueba de funcionamiento, limpieza del equipo	preventivo	trimestral													
	Unidad odontológica	Chequeo partes electricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	Compresor de aire	Chequeo de fuga de aire, calibración de presión	preventivo	trimestral													
	Amalgamador	Inspección de condiciones ambientales en la que se encuentra	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	Horno esterilizador	Limpieza del equipo, revisión de voltaje de red y polo tierra	preventivo	trimestral													
	microscopio	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos y del cuerpo	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	Centrifuga 24 tubos	Lubricación del motor, engrase y prueba de funcionamiento	preventivo	trimestral													
	Centrifuga 8 tubos	Mantenimiento general, limpieza del equipo	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	Maquina de hemograma	Limpieza de agujas de diferente internamente	preventivo	trimestral													
	Regulador de voltaje	Limpieza superficialmente exterior, chequeo con un pulido seco	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	Colorimetro	Limpieza integral e interna del equipo	preventivo	trimestral													
	Equipo de quimica	Chequeo de sistema optico y mantenimiento general	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	Pipetas automaticas	Verificación del sistema de calibración y filtro	preventivo	trimestral													
	Monitores	Chequeo de fuga de corriente y limpieza	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	Electrocardiograma	Chequeo de partes electricas y limpieza general	preventivo	trimestral													
	Laringoscopio	Mantenimiento general, limpieza del equipo	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	Oscilometro	Cambio de batería si es necesario y limpieza de equipo	preventivo	trimestral													
	Adiclave	Verificación de resistencia calderera y limpieza general	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	Casterio	Limpieza general, interna y externa	preventivo	trimestral													
	Mesa de cirugía	Limpieza y ajuste general	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	Maquina reveladora	Chequeo general y verificación de interruptores	preventivo	trimestral													
	Ronograf	Chequeo de fuga de corriente y limpieza de transformador	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	Planta electrica	Lavado interno y externo, chequeo de partes electricas.	preventivo	trimestral													
	Camas	Chequeo general y limpieza general	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	Sillas	Chequeo general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral													
	Puertas y ventanas	Chequeo general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	Manabridos, laveros, enchufes y conexiones	Chequeo general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral													
	Lavadores y secadores	Chequeo general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	Gabinetas	Limpieza general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral													
	Lavatorio de manos	Limpieza general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	Equipos de oficina	Chequeo general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral													
	Camara de seguridad	Verificación y mantenimiento general e instalación si es necesario	preventivo	Anual													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	Limpieza del exterior del centro	Limpieza general del exterior, paredes, ornato.	preventivo	Manual													
	ciencia	Limpieza general	preventivo	Anual													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	Colposcopio	chequeo general y eléctrico	Preventivo	trimestral													
	Estetoscopio	Chequeo general y lavar si es necesario	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	control de plagas	fumigación por aerosol y control semanal donde sea necesario	preventivo	cada dos meses													
	Rebenederos	Verificación	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	Panela de TV	Verificación	preventivo	trimestral													
	Fuente	Chequeo general y verificación donde haya falla	preventivo	semanal													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERAZO	Paredes	Chequeo y repaso si es necesario	preventivo	semanal													



NOMBRE DEL HOSPITAL	ACTIVIDAD	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Verificación de neofluoroscopia	chequeo de lámpara fluorescente interruptor de encendido	preventivo	trimestral	10/03/2026	01/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Verificación de la parte interior	Chequeo de paredes y techo	preventivo	trimestral	08/03/2026	08/06/2026			x										se realiza diariamente intercalando las áreas según prioridad
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Verificación de nebulizadores	chequeo general, cambio de filtro, limpieza de equipo	preventivo	trimestral	05/03/2026	03/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	verificación de aires acondicionados central	chequeo de partes electricas, funcionamiento general	preventivo	trimestral	06/03/2026	04/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	verificación de los aires acondicionados split	chequeo de partes electricas, funcionamiento general	preventivo	trimestral	06/03/2026	06/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	verificación de otoscopia	cambio de baterías, limpieza y desinfección	preventivo	trimestral	06/03/2026	06/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	nevara electrica	limpieza general, lavado interno y externo	preventivo	trimestral	04/03/2026	07/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Balanza de adulto	calibración de regulación de peso, lubricación	preventivo	trimestral	06/03/2026	06/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Incubadora	Revisión de motor, inspección de la cúpula y seguro	preventivo	trimestral	05/03/2026	08/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Aspirador	Calibración y limpieza general	preventivo	trimestral	06/03/2026	10/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Camillas	Lubricación y engrase de partes mecánicas	preventivo	trimestral	06/03/2026	11/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Lámpara cuello de ganso	Limpieza y ajuste general, cambio bombillo si requiere	preventivo	trimestral	06/03/2026	12/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Balanza pediátrica	Prueba de funcionamiento, limpieza del equipo	preventivo	trimestral	06/03/2026	13/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Unidad odontológica	Chequeo partes electricas, regulación de presión	preventivo	trimestral	06/03/2026	14/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Compresor de aire	Chequeo de fuga de aire, calibración de presión	preventivo	trimestral	06/03/2026	18/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Amalgamador	Inspección de condiciones ambientales en la que se encuentre	preventivo	trimestral	06/03/2026	16/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Horno esterilizador	Limpieza del equipo, revisión de voltaje de red y polo tierra	preventivo	trimestral	09/03/2026	17/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	microscopio	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos y diafragma	preventivo	trimestral	09/03/2026	18/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Centrifuga 24 tubos	Lubricación del motor, engrase y prueba de funcionamiento	preventivo	trimestral	06/03/2026	19/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Centrifuga 6 tubos	Mantenimiento general, limpieza del equipo	preventivo	trimestral	09/03/2026	20/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Maquina de hemograma	Limpieza de mangueras de dilución internamente	preventivo	trimestral	06/03/2026	21/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Rotador de VDRL	Limpieza superficialmente, secado de piezas con un paño seco	preventivo	trimestral	09/03/2026	22/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Colormetro	Limpieza integral e interna del equipo	preventivo	trimestral	09/03/2026	23/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Equipo de química	Chequeo de sistema optico y mantenimiento general	preventivo	trimestral	09/03/2026	24/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Pipetas automaticas	Verificación del sistema de calibración y flujo	preventivo	trimestral	09/03/2026	25/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Monitores	Chequeo de fuga de corriente y limpieza	preventivo	trimestral	06/03/2026	26/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Electrocardiograma	Chequeo de partes electricas y limpieza general	preventivo	trimestral	09/03/2026	27/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Laringoscopio	Mantenimiento general, limpieza del equipo	preventivo	trimestral	10/03/2026	28/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Glucometro	Cambio de batería si es necesario y limpieza de equipo	preventivo	trimestral	06/03/2026	29/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Astoclave	Verificación de resistencia calentadora y limpieza general, cambio de varias piezas dañadas	correctivo	trimestral	06/03/2026	30/06/2026			x										En reparación de puerta central
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Castero	Limpieza general, interna y externa	preventivo	trimestral	06/03/2026	06/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Mesas de cirugía	Limpieza y ajuste general	preventivo	trimestral	06/03/2026	06/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Maquina reveladora	Chequeo general y verificación de interruptores	preventivo	trimestral	06/03/2026	07/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Sonografía	Chequeo de fuga de corriente y limpieza de transductores	preventivo	trimestral	06/03/2026	07/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Planta electrica	Lavado interno y externo, chequeo de partes electricas	preventivo	trimestral	06/03/2026	07/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Bilias	Chequeo general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral	09/03/2026	08/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Puertas y ventanas	Chequeo general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral	09/03/2026	08/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Manabros, llaves, enchufes y colectores	Chequeo general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral	10/03/2026	08/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Lavadora y secadora	Chequeo general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral	09/03/2026	09/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Gabinetes	Limpieza general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral	09/03/2026	10/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Extractor de grasa	Limpieza general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral	10/03/2026	11/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Camaras de seguridad	verificación de instalaciones y funcionalidad	preventivo	trimestral	06/03/2026	12/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	Limpieza del exterior del centro	Limpieza general del exterior, paredes, ornato	preventivo	trimestral	06/03/2026	13/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	colposcopio	chequeo general y electrico	preventivo	trimestral	06/03/2026	14/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	bebedores	verificación y repaso si es necesario	preventivo	trimestral	06/03/2026	16/06/2026			x										Óptimas condiciones
Hospital municipal evangelina rodriguez peroso	pantalla de tv	verificación y repaso si es necesario	preventivo	trimestral	06/03/2026	16/06/2026			x										Óptimas condiciones



FECHA: 10/03/2026

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS ☐ SRS ☐ Hospital ☒ CPN ☐
***Nombre del lugar:** HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO
Área: MANTENIMIENTO)
Nombre de la Actividad: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL EES
Código POA (Si aplica): N/A

INTRODUCCIÓN

En el presente informe damos a conocer los procesos que hemos llevado a cabo y darle continuidad al plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura de este centro de salud. El mantenimiento preventivo constituye una herramienta fundamental para garantizar el adecuado funcionamiento, seguridad y durabilidad de los equipos e instalaciones dentro de cualquier organización. A través de la planificación y ejecución periódica de actividades de revisión, ajuste y reparación, es posible prevenir fallas, reducir tiempos de inactividad y optimizar el rendimiento de los recursos disponibles.

En este contexto, el seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EES adquiere gran importancia, ya que permite verificar el cumplimiento de las actividades programadas, identificar posibles desviaciones y aplicar acciones correctivas oportunamente. Un adecuado control y monitoreo de este plan contribuye a mejorar la eficiencia operativa, minimizar riesgos y asegurar la continuidad de los servicios que dependen del correcto estado de los equipos.

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo es fortalecer la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, infraestructura física y de equipos con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficacia y enfocarse en controlar, evaluar y asegurar el cumplimiento del plan para mejorar el funcionamiento de los equipos o instalaciones.

Establecer un sistema de seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EES que permita verificar el cumplimiento de las actividades programadas, garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y reducir fallas operativas.

METODOLOGIA (Si aplica)

Dando seguimiento al plan de mantenimiento anual 2026, la cual existe un cronograma pautado de todas las actividades optimizadas en este año, la cual de acuerdo a estos renglones se realizan las solicitudes de lugar al encargado de mantenimiento y de esta forma poder llevar a cabo la programación y ejecución de dicho plan, La cual el técnico que le brinda el mantenimiento a esta área se desplaza y lo va realizando según el cronograma y área de solicitud, en conjunto apoyo con la dirección y el administrador y el encargado de esa área que presta el servicio

DESARROLLO / HALLAZGOS

Dando fiel cumplimiento al plan de mantenimiento 2026
y el cronograma del mes de marzo se realizó lo siguiente:

RESULTADOS / CONCLUSIONES

En conclusión:

Cumplimiento del cronograma del plan de mantenimiento de equipos e infraestructura en un 100%
EQUIPOS DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Verificacion de negatoscopio	chequeo de lampara fluorescente,interruptor de encendido
Verificacion de la parte interior	Chequeo de paredes y techo
Verificacion de nebulizadores	chequeo general ,cambio de filtro,limpieza de equipo
verificacion de aires acondicionado central	chequeo de partes electricas,funcionamiento general
verificacion de los aires acondicionados spleet	chequeo de partes electricas,funcionamiento general
verificacion de otoscopio	cambio de baterias,limpieza y desinfeccion
nevera electrica	limpieza general,,lavado interno y externo
Balanza de adulto	calibracion de regulacion de peso,lubricacion
Incubadora	Revison de motor, inspeccion de la cupula y seguro
Aspirador	Calibracion y limpieza general
Camillas	Lubricacion y engrase de partes mecanicas
Lampara cuello de ganso	Limpieza y ajuste general,cambio bombillo si requiere
Balanza pediatrica	Prueba de funcionamiento, limpieza del equipo
Unidad odontologica	Chequeo partes electricas regulacion de presion
Compresor de aire	Chequeo de fuga de aire calibracion de presion
Amalgamator	Inspeccion de condiciones ambientales en la que se encuentre
Horno Esterilizador	Limpieza del equipo, revision de voltaje de red y polo tierra
microscopio	Limpieza de lentes,oculares, prisma, objetivos y diafragma
Centrifuga 24 tubos	Lubricacion del motor, engrase y prueba de funcionamiento
Centrifuga 6 tubos	Mantenimiento general,limpieza del equipo
Maquina de hemograma	Limpieza de magueras de diluyente internamente
Rotador de VDRL	Limpieza superficialmente secandol despues con un paño seco
Colorimetro	Limpieza integral e interna del equipo
Equipo de quimica	Chequeo de sistema optico y mantenimiento general
Pipetas automaticas	Verificacion del sistema de calibracion y filtro
Monitores	Chequeo de fugas de corriente y limpieza
Electrocardiograma	Chequeo de partes electricas y limpieza general



Laringoscopio	Mantenimiento general, limpieza del equipo
Glucometro	Cambio de batería si es necesario y limpieza de equipo
Autoclave	Verificación de resistencia calentadora y limpieza general, cambio de piezas dañadas
Cauterio	Limpieza general, interna y externa
Mesas de cirugía	Limpieza y ajuste general
Maquina reveladora	Chequeo general y verificación de interruptores
Sonografo	Chequeo de fuga de corriente y limpieza de transductores
Planta electrica	Lavado interno y externo, chequeo de partes electricas.
Sillas	Chequeo general y reparar si es necesario
Puertas y ventanas	Chequeo general y reparar si es necesario
Manubrios, llaves, enchufles y conectores	Chequeo general y reparar si es necesario
Lavadora y secadora	Chequeo general y reparar si es necesario
Gabinetes	Limpieza general y reparar si es necesario
Extractor de grasa	Limpieza general y reparar si es necesario
Camaras de seguridad	verificación de instalaciones y funcionabilidad
Limpieza del exterior del centro	Limpieza general del exterior, paredes, ornato.
Colposcopio	chequeo general y electrico
Bebedores	verificación y repacion si es necesario
Pantalla de tv	verificación y reparacion si es necesario

RECOMENDACIONES

1- seguimiento al plan de mantenimiento e infraestructura 2026 y seguimiento del cronograma mensual

ANEXOS (Si aplica)

Fichas de solicitudes

Fotos



Instrucciones de llenado:

*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Karen Morales
 Elaborado por
 (Nombre y apellido)



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 2/3/2026 Departamento: Calidad de la gestión

Tipo de equipo Neptoscopia NO. INVENTARIO _____

Sección Solicitante Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☐	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☒	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☐	Movilización	☐



Partido de la cruz
todos en óptimas
condiciones



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 2/3/2026 Departamento: Mayordomía

Tipo de equipo parte exterior del centro NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo

☐

Urgente

☐

Mantenimiento Preventivo

☒

Puede esperar hasta 24 horas

☐

Chequeo

☐

Puede esperar más de 48 horas

☐

Reparación

☐

Movilización

☐

Bartolo de la Cruz

Se realiza limpieza de forma mensual en toda la parte interior del centro y limpieza semanal



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 3/3/2026 Departamento: Enfermería

Tipo de equipo nebulizadores NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☐	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☒	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☐	Movilización	☐



*Bartolo de la cruz
se verificaron y se
encuentran en óptimas
condiciones*



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 2/3/2026 Departamento: Calidad de la Gestión

Tipo de equipo Aire acondicionado central NO. INVENTARIO _____

Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☐	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☒	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☐	Movilización	☐



Barbato de la Cruz
Los aire centrales del
area de consulta están
fuera de servicio, lo
demás en buen
funcionamiento



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 4/3/16 Departamento: salud de la Gestión

Tipo de equipo Aires acondicionados split NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☒	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☐	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☐	Movilización	☐



Botón de la CM3
verificación de todos
los aires split del
centro la cual están
en óptimas condiciones
y en buen funcionamiento



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 2/3/2026 Departamento: Enfermería

Tipo de equipo otoscopio NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo

☐

Urgente

☐

Mantenimiento Preventivo

☐

Puede esperar hasta 24 horas

☐

Chequeo

☒

Puede esperar más de 48 horas

☐

Reparación

☐

Movilización

☐

*Partido de la Cruz
otoscopios en óptimas
condiciones*



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 3/3/2026 Departamento: Mayordomía

Tipo de equipo Neueras eléctricas NO. INVENTARIO _____

Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☐	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☒	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☒	Movilización	☐



Patolo de la emz
Se repara la nevera
En óptimas condiciones
encada una de sus
dreas Actualmente



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 4/3/2026 Departamento: calidad de la gestión

Tipo de equipo Balanza de adulto NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☐	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☒	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☐	Movilización	☐



Batelo de la cruz
En óptimas
condiciones
ambas



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 3/3/2026 Departamento: Enfermería

Tipo de equipo Incubadora NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo

☐

Urgente

☐

Mantenimiento Preventivo

☐

Puede esperar hasta 24 horas

☐

Chequeo

☒

Puede esperar más de 48 horas

☐

Reparación

☐

Movilización

☐

Bartolo de la Cruz
en óptimas condiciones





FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 3/3/2026 Departamento: Enfermería

Tipo de equipo Aspirador NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☐	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☒	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☐	Movilización	☐



Botelo de la cruz
en otras condiciones



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 4/3/2026 Departamento: calidad de la gestión

Tipo de equipo CAmillos NO. INVENTARIO _____

Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☐	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☒	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☐	Movilización	☐



Batelo de la cruz
todas en óptimas
condiciones



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 4/3/26 Departamento: Enfermería

Tipo de equipo Lámpara de NO. INVENTARIO
cuello de ganso

Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo

☐

Urgente

☐

Mantenimiento Preventivo

☐

Puede esperar hasta 24 horas

☐

Chequeo

☒

Puede esperar más de 48 horas

☐

Reparación

☐

Movilización

☐

*Barbeto de la Cruz
En óptimas condiciones*



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 4/3/2026 Departamento: Enfermería

Tipo de equipo Balanza NO. INVENTARIO _____
Pediatrica

Servicio Solicitado Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☐	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☒	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☐	Movilización	☐



Batolo de la cruz
en óptimas condiciones



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 6/3/2016 Departamento: Calidad de la Gestión

Tipo de equipo unidad odontológica, compresor de aire, Amalgador, Horno estendizador NO. INVENTARIO

Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo

☐

Urgente

☐

Mantenimiento Preventivo

☒

Puede esperar hasta 24 horas

☐

Chequeo

☐

Puede esperar más de 48 horas

☐

Reparación

☐

Movilización

☐

Barbato de la Cruz
se realiza mantenimiento preventivo a todos los equipos odontológicos, Actualmente en óptimas condiciones



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 6/3/2026 Departamento: Laboratorio Clínico

Tipo de equipo Microscopio, NO. INVENTARIO _____
centrífugas, Máquina de Hemograma, rotador de VDL
colorímetro, equipo de Química, pipetas automáticas
glucómetros
pipetas automáticas

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☒	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☐	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☒	Movilización	☐



Partido de la cruz
Se realiza el mantenimiento preventivo a todos los equipos de laboratorio y al Microscopio se le realiza la reparación de uno de los lentes, Actualmente todos los equipos en óptimas condiciones



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 6/6/2026 Departamento: Calidad de la Gestión

Tipo de equipo Monitores de la emergencia NO. INVENTARIO _____

Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☐	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☐	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☒	Movilización	☐



*Botolo de la emz
en reparación por
una pieza donada*



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 6/3/2026 Departamento: Calidad de la Gestión

Tipo de equipo Electrocardiograma NO. INVENTARIO _____

Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☒	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☐	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☐	Movilización	☐



Barboto de la Cruz
se realiza mantenimiento
preventivo correspondiente



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 5/3/2026 Departamento: Calidad de la Gestión

Tipo de equipo: Laringoscopio NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☐	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☒	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☐	Movilización	☐



Barbato de la cruz
equipos en óptimas
condiciones



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 5/3/2026 Departamento: Calidad de la Gestión / Enfermería

Tipo de equipo Autoclave NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo

☐

Urgente

☐

Mantenimiento Preventivo

☒

Puede esperar hasta 24 horas

☐

Chequeo

☐

Puede esperar más de 48 horas

☐

Reparación

☒

Movilización

☐

Patelo de la cruz
Esta en reparación por
fallo en la puerta
centra y se le realiza
Mantenimiento Preventivo



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 9/3/2016 Departamento: Enfermería quirúrgica

Tipo de equipo Contenidos NO. INVENTARIO _____

Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☐	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☒	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☐	Movilización	☐



*Botelo de benz
Equipos en condiciones
óptimas*



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 2/3/2026 Departamento: Enfermería

Tipo de equipo Mesa de cirugía NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☐	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☒	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☐	Movilización	☐



Botolo de la c...
En óptimas condiciones





FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 2/3/2026 Departamento: calidad de la gestión

Tipo de equipo sonógrafo NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☒	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☐	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☐	Movilización	☐



Batolo de la
Se realizar mantenimiento
Preventivo del sonógrafo





FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 2/3/2026 Departamento: Calidad de la Gestión

Tipo de equipo Planta eléctrica NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo

☐

Urgente

☐

Mantenimiento Preventivo

☒

Puede esperar hasta 24 horas

☐

Chequeo

☒

Puede esperar más de 48 horas

☐

Reparación

☐

Movilización

☐

Batelo de la Cruz
En óptimas condiciones



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 3/3/2026 Departamento: Mayordomía

Tipo de equipo señales, puertas, ventanas, mamparos, llaves ... y conectores NO. INVENTARIO _____

Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo

☐

Urgente

☐

Mantenimiento Preventivo

☐

Puede esperar hasta 24 horas

☐

Chequeo

☒

Puede esperar más de 48 horas

☐

Reparación

☒

Movilización

☐

Barbado de la Cruz
Se realiza chequeo de todos en sus diferentes áreas y se repara llave del baño de consulta



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 3/3/2026 Departamento: Calidad de la Gestión

Tipo de equipo Lavadora y Secadora NO. INVENTARIO _____

Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo

☐

Urgente

☐

Mantenimiento Preventivo

☐

Puede esperar hasta 24 horas

☐

Chequeo

☒

Puede esperar más de 48 horas

☐

Reparación

☐

Movilización

☐

Bartolo de la cruz
chequeo de lavadora
Secadora, ambas
en óptimas condiciones



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 3/3/2026 Departamento: Mayordomía

Tipo de equipo Gabinete NO. INVENTARIO _____
y extractor de grasa

Servicio Solicitado: Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo

☐

Urgente

☐

Mantenimiento Preventivo

☐

Puede esperar hasta 24 horas

☐

Chequeo

☒

Puede esperar más de 48 horas

☐

Reparación

☐

Movilización

☐

Barbato de la Cruz
En óptimas condiciones



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 6/3/2026 Departamento: Mayordomía

Tipo de equipo Limpieza NO. INVENTARIO del extenon del centro

Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☒	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☒	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☐	Movilización	☐



Bartolo de la cruz
Se realiza de forma
mensual / Limpieza
profunda / y cada vez
que sea necesario



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 6/3/2026 Departamento: Seguridad Asistencial

Tipo de equipo Cameras de seguridad NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo

☐

Urgente

☐

Mantenimiento Preventivo

☐

Puede esperar hasta 24 horas

☐

Chequeo

☒

Puede esperar más de 48 horas

☐

Reparación

☐

Movilización

☐

Barlo de la cruz
Se debe reparar las
dos camaras laterales
izquierda, las demas
en óptimas condiciones



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 6/3/2026 Departamento: Imágenes

Tipo de equipo colposcopio NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado	Grado de Urgencia de la Solicitud
---------------------	-----------------------------------

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☐	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☒	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☐	Movilización	☐



*Barolo de la cruz
en óptimas
condiciones*



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 6/3/2026 Departamento: calidad de la Gestión

Tipo de equipo Bebederos y Pantalla tv NO. INVENTARIO _____

Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo

☐

Urgente

☐

Mantenimiento Preventivo

☐

Puede esperar hasta 24 horas

☐

Chequeo

☒

Puede esperar más de 48 horas

☐

Reparación

☒

Movilización

☐

Bartolo de la cruz
se reparan 4 bebederos
y la pantalla tv en
óptimas condiciones
al igual que los
bebederos

FECHA: 10/3/2026

DATOS GENERALES

Nombre del lugar: Hospital Municipal Evangelina Rodríguez Perozo

Área: Mantenimiento

Nombre de la Actividad: seguimiento al plan de mantenimiento marzo 2026

Mantenimiento preventivo negatoscopio




Foto tomada 5/3/2026



Mantenimiento preventivo verificación parte interior



Foto tomada 5/3/2026



Mantenimiento preventivo nebulizadores




Foto tomada 5/3/2026



Mantenimiento preventivo de aires acondicionado central



Foto tomada 5/3/2026



Mantenimiento preventivo de los aires acondicionados spleet




Foto tomada 5/3/2026



Mantenimiento preventivo otoscopio



Foto tomada 4/3/2026



Mantenimiento preventivo nevera eléctrica



Foto tomada 9/3/2026



Mantenimiento preventivo aspirador



Foto tomada 6/3/2026



Mantenimiento preventivo camillas



Foto tomada 6/3/2026



Mantenimiento preventivo balanza pediátrica



Foto tomada 6/3/2026



Mantenimiento preventivo unidad odontológica




Foto tomada 9/3/2026



Mantenimiento preventivo compresor de aire



Foto tomada 9/3/2026



Mantenimiento preventivo amalgamador




Foto tomada 9/3/2026



Mantenimiento preventivo horno esterilizador




Foto tomada 9/3/2026



Mantenimiento preventivo microscopio



Foto tomada 9/3/2026



Mantenimiento preventivo centrifuga




Foto tomada 9/3/2026



Mantenimiento preventivo planta eléctrica



Foto tomada 5/3/2026



Mantenimiento preventivo rotador VDRL



Foto tomada 9/3/2026



Mantenimiento preventivo equipo de química




Foto tomada 9/3/2026



Mantenimiento preventivo pipetas automáticas



Foto tomada 9/3/2026



Mantenimiento preventivo lámpara cuello de ganso



Foto tomada 5/3/2026



Mantenimiento preventivo incubadora



Foto tomada 5/3/2026



Mantenimiento preventivo balanza de adulto



Foto tomada 5/3/2026



Mantenimiento de la máquina de hemograma




Foto tomada 9/3/2026



Mantenimiento preventivo monitores



Foto tomada 9/3/2026



Mantenimiento preventivo electrocardiograma



Foto tomada 9/3/2026



Mantenimiento preventivo laringoscopia



Foto tomada 6/3/2026



Mantenimiento preventivo glucómetro




Foto tomada 9/3/2026



Mantenimiento preventivo cauterio



Foto tomada 10/3/2026



Mantenimiento preventivo mesa de cirugía



Todo tomada 5/3/2026



Mantenimiento preventivo sonógrafo




Foto tomada 6/3/2026



Mantenimiento preventivo sillas



Foto tomada 6/3/2026



Mantenimiento preventivo puertas y ventanas




Foto tomada 6/3/2026



Mantenimiento preventivo manubrios, enchufes y conectores



Fotos tomadas 6/3/2026



Mantenimiento preventivo lavador y secadora




Foto tomada 9/3/2026



Mantenimiento preventivo gabinetes




Foto tomada 9/3/2026




Mantenimiento preventivo extractor de grasa



Foto tomada 9/3/2006



Mantenimiento preventivo limpieza exterior del centro



El equipo de la tarde inició la
Limpieza exterior lateral derecha

Foto tomada 10/3/2016



Mantenimiento preventivo cámara de seguridad



10/3/2026



Mantenimiento preventivo colposcopio



Foto tomada 9/3/2026



Mantenimiento preventivo de bebederos




Foto tomada 9/3/2026

Mantenimiento preventivo de pantalla de TV




Foto tomada 10/3/2026

