

Instalación / Maquinaria (Nombres del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Unidad de aire acondicionado	limpieza filtros de pelusa	lavado y limpieza	preventivo	mensual	3/15/2026	4/15/2026	x	x	x										
Unidad de aire acondicionado	evaporador	lavado y limpieza	preventivo	mensual	3/15/2026	4/15/2026	x	x	x										
Laringoscopio UCI Green Line	probar iluminación	limpieza y prueba	preventivo	trimestral	3/17/2026	6/17/2026	x	x	x										
Toma vacuna sala 1	válvula check	desmonte y limpieza	correctivo	semestral	12/7/2025														
Toma vacuna sala 2	válvula check	desmonte y limpieza	correctivo	semestral	12/23/2025														
Toma vacuna sala 3	válvula check	desmonte y limpieza	correctivo	semestral	12/23/2025														
Tomas vacuna sala 4	válvula check	desmonte y limpieza	correctivo	semestral	12/23/2025														
Toma vacuna sala 6	válvula check	desmonte y limpieza	correctivo	semestral	12/23/2025														
Lámpara de cirugía sala #1	rodamientos , iluminación	ajuste , prueba eléctrica	preventivo	semestral	12/23/2025														
Lámpara de cirugía sala # 2	rodamientos , iluminación	ajuste , prueba eléctrica	preventivo	semestral	12/23/2025														
Lámpara de cirugía sala #6	rodamientos , iluminación	ajuste , prueba eléctrica	preventivo	semestral	12/23/2025														
Ascensores	limpieza ,inspección	inspección	preventivo	semestral	12/23/2025														
Aire AC. Farmacia, cuarto frio	limpieza filtros	verificación	preventivo	semestral	12/23/2025														
Ac cocina y despensa	limpieza filtros	verificación	preventivo	semestral	12/23/2025														
AC. Salón	limpieza filtros	verificación	preventivo	semestral	12/23/2025														
AC. Odontología	limpieza filtros	verificación	preventivo	semestral	12/23/2025														
Vent. Drager k0063	sensor de flujo	calibración	correctivo	semestral	12/24/2025														
Vent. Drager k0078	sensor de flujo	calibración	correctivo	semestral	12/24/2025														
Vent. Drager lI0268	sensor de flujo	calibración	correctivo	semestral	12/24/2025														
Vent. Drager k0050	sensor de flujo	calibración	correctivo	semestral	12/24/2025														
Mesa cirugía. #4	problemas tarjeta	reparación control	correctivo	anual	6/14/2026														
Ascensores	limpieza	inspección	preventivo	mensual	3/24/2026	4/24/2026	x	x	x										
Ac., ala norte , sur y este	limpieza	revisión	preventivo	mensual	3/18/2026	4/18/2026	x	x	x										
Ac., farmacia, bloke central	limpieza	revisión	preventivo	mensual	3/18/2026	3/18/2026	x	x	x										
Cisterna	lavado	drenaje	preventivo	trimestral	7/21/2025														
Parqueo y jardinería	limp. y deshierbe	limp. Hidrantes	preventivo	trimestral	9/19/2025														
Puertas principales	limp. Y engrase	revisar partes móviles	preventivo	mensual	3/24/2026	4/24/2026	x	x	x										
Ac., farmacia, cuarto frio	nivel de temp	higienizar	preventivo	mensual	7/15/2025														
Ac., cocina y cuarto frio	nivel de temp	higienizar	preventivo	mensual	7/24/2025														
Cuarto eléctrico y esc. Emer	velicación	evaluación visual	preventivo	mensual	3/5/2026	4/5/2026	x	x	x										
Ac., odontología	limpieza	filtro	preventivo	trimestral	9/10/2025														
Ac., salón conferencia	limpieza	filtro	preventivo	mensual	2/26/2026	4/24/2026	x												
Limpieza de cisterna general	drenado	lavado de superficie	preventivo	mensual	4/6/2026	4/6/2026	x	x	x										
Ac, cafetería y archivo	filtro	limpieza	preventivo	mensual	7/23/2025														
Estufas y marmitas cocina	quemadores	limpieza ,revisión	correctivo	mensual	3/8/2025	4/8/2026	x	x	x										
Ups, central	estado baterías	limpieza ,revisión	preventivo	trimestral	9/15/2025														
Ups, tomografía	estado baterías	limp. Revisión	preventivo	trimestral	9/20/2025														
Ups resonancia	estado baterías	limpieza ,revisión	preventivo	trimestral	9/16/2025														
Ups edificio de consulta	estado baterías	limp. ,revisión	preventivo	trimestral	9/18/2025														
Ac, farmacia alto costo	filtros	limp. Revisión	preventivo	mensual	3/5/2026	4/5/2026	x	x	x										
Ac, consulta	filtros	limp, revisión	preventivo	mensual	3/10/2026	4/10/2026	x	x	x										
Cuartos fríos cocina	filtros	higienizar	preventivo	mensual	3/8/2026	4/8/2026	x	x	x										
Cauterio dre, 3000 sala #1	uso	calibración	preventivo	semestral	12/9/2025														
Cauterio dre, 3000 sala #2	uso	calibración	correctivo	semestral	12/5/2025														
Cauterio dre, 3000 sala #3	uso	calibración	preventivo	semestral	12/9/2025														
Cauterio dre, 3000 sala #4	uso	calibración	preventivo	semestral	10/7/2025														
Cauterio dre, 3000 sala #5	uso	calibración	preventivo	semestral	10/8/2025														
Cauterio dre, 3000 sala #6	uso	calibración	preventivo	semestral															
Cauterio dre, 3000 sala #7	uso	calibración	preventivo	semestral	10/4/2025														
Cauterio dre, 3000 sala #9	uso	calibración	preventivo	semestral	11/5/2025														
Cauterio dre, 3000 sala #10	uso	calibración	preventivo	semestral	11/6/2025														
Mesa cirugía torinio 3000	control y tarjeta	reaparición	correctivo	trimestral	11/11/2025														
Bomba de vacío uci	cambio lubricante	mant. inspección	correctivo	semestral	11/11/2025														

[illegible]

Seguimiento al Plan de mantenimiento 2026



T1 DE ENERO A MARZO

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRE



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRE



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRE




MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRE





INSTALACION DE AIRE



REPARACION DE PLAFONES SALUD MENTAL




REPARACION DE PLAFONES Y FUMIGACION UCI




CAMBIO DE PLAFON DEL TECHO DE LAVANDERIA





LIMPIEZA Y FUMIGACION DE PLAFONES



LIMPIEZA DE LOS PRINCIPALES PASILLOS DEL HOSPITAL




LIMPIEZA DEL AREA DE DESECHOS



LAVADO, DRENAGE Y LLENADO DE LA CISTERNA GENERAL



MANTENIMIENTO A LAS BOMBA QUE ALIMENTAN EL SISTEMA DE AGUA DEL HOSPITAL



COLORIFICACION DE LA CISTERNA

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
HOSPITAL JOSÉ MA. CABRAL Y BAEZ
REGISTRO DE APLICACIÓN DEL CLORO DIARIO A CISTERNA

CISTERNA CENTRAL I

2026

Semana 1	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Fecha	29/12/25	30/12/25	31/12/25	1-01-2026	2/1/26	3-01-26	4-01-26
Cantidad de Cloro agregado en vasos	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras
FIRMA	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.

Semana 2	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Fecha	5-01-26	6/1/26	7/1/26	8/1/26	9/1/26	10-1-26	11-1-26
Cantidad de Cloro agregado en vasos	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras
FIRMA	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.

Semana 3	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Fecha	12/1/26	13/1/26	14/1/26	15/1/26	16/1/26	17-1-26	18-1-26
Cantidad de Cloro agregado en vasos	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras
FIRMA	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.

Semana 4	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Fecha	19/1/26	20/1/26	21-1-26	22/1/26	23/1/26	24-1-26	25-1-26
Cantidad de Cloro agregado en vasos	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras
FIRMA	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.

Semana 1	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Fecha	26-1-26	27/1/26	28/1/26	29/1/26	30/1/26	31-1-26	01-02-26
Cantidad de Cloro agregado en vasos	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras
FIRMA	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.

2. S. V. 2. S. V. 4 Libras 4 Libras 4 Libras 4 Libras 4 Libras 4 Libras

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
HOSPITAL JOSÉ MA. CABRAL Y BAEZ
REGISTRO DE APLICACIÓN DEL CLORO DIARIO A CISTERNA

CISTERNA CENTRAL I

2026

Semana 1	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Fecha	2/2/26	3/2/26	4/2/26	5/2/26	6/2/26	7-2-26	8-2-26
Cantidad de Cloro agregado en vasos	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras
FIRMA	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.

Semana 2	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Fecha	9/2/26	10/2/26	11/2/26	12/2/26	13/2/26	14-02-26	15-02-26
Cantidad de Cloro agregado en vasos	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras
FIRMA	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.

Semana 3	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Fecha	16/2/26	17/2/26	18/2/26	19/2/26	20/2/26	21-02-26	22-02-26
Cantidad de Cloro agregado en vasos	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras
FIRMA	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.

Semana 4	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Fecha	23/2/26	24/2/26	25/2/26	26/2/26	27-02-26	28/2/26	1-03-26
Cantidad de Cloro agregado en vasos	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras
FIRMA	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.


Semana 1	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Fecha	2/3/26	3/3/26	4/3/26	5/3/26	6/3/26	7-3-26	8-3-26
Cantidad de Cloro agregado en vasos	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras	4 Libras
FIRMA	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.	J. S. V.

2. S. V. 2. S. V. 4 Libras 4 Libras 4 Libras 4 Libras 4 Libras 4 Libras


FIMIGACION DE DIFERENTES AREAS



FUMIGACION




LIMPIEZA DE LA AZOTEA DEL AREA DE HOSPITALIZACION



LIMPIEZA DE LA AZOTEA DEL AREA DE HOSPITALIZACION



DRENAJE Y LIMPIEZA DE LOS SOTANOS DE LOS ASCENSORES



HIGIENIZACION DE LA COCINA




DESENGRASE DE LAS CAMPANAS DE LA COCINA



LUBRICACION A LA PUERTA Y EL MOTOR DE LA ENTRADA ADMINISTRATIVA




FILPA DEL SISTEMA DE OSMOSIS REVICION Y CAMBIO



CUARTO ELECTRICO VALIDACION Y EVALUACION VISUAL



MANTENIMIENTO Y ENCENDIDO DE LA CARDERA PARA EL SUMINISTRO DE VAPOR



LIMPIEZA DE FILTRO





REPARACION DE SOCALOS





CAMBIO DE LAMPARAS



REPARACION DE TOMOGRAFO



REPARACION CAMILLA ELECTRICA



REPARACION DE EQUIPO DE ANESTECIA



Equipo de anestesia sala cirugía 2

REPARACION DE VAPORIZADOR DE ANESTESIA

