

Fecha: 30 de Junio 2026

Responsable del Llenado de la Ficha: Ronny Sanchez Institución Receptora: HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA

Correo Electrónico: rony_sanchez@yahoo.com Teléfono: 1 (849) 282-0544

Equipos	Verificación Diaria	Verificación Semanal	Verificación Mensual	Verificación Trimestral	Verificación Semestral	Verificación Anual
Maquinas Anestesia			X			
Desfibrilador		X				
Mesa Quirúrgica				X		
Lampara Cielítica					X	
Autoclave						
Electrocardiógrafo			X			
Aspirador Quirúrgico		X	X			
Ventiladores						
Monitores			X			
Limpiezas y Revisiones Generales	X					
Aires Acondicionado o Re-Cambio Filtros Hepa					X	
Limpieza y Desinfección de Ductos				X		
Piso Aséptico						X
Revisión UPS						X
Revisión Paneles Aislamiento						X
Gases Medicinales				X		
Controles Acceso				X		
Calidad del Agua	X					

Nota: método de verificación será mediante informe con imágenes fotográficas de tener contratos debe presentar contratos, antes y después de lo ejecutado según la periodicidad.

Obsevaciones:



Informe de Trabajos de Mantenimiento.

Fecha: 30 de Junio de 2026

Áreas intervenidas: Oficinas Administrativas y Consultorios Médicos.

1. Resumen Ejecutivo.

El presente documento detalla las intervenciones realizadas para la optimización de la infraestructura en las áreas de oficinas y consultorios. Los trabajos se centraron en tres pilares: **eficiencia energética** (iluminación), **funcionalidad hidráulica** y **seguridad de accesos**.

2. Detalle de los Trabajos Realizados.

A. Sistema de Iluminación y Acabados de Techo.

Se procedió a la modernización de los puntos de luz para mejorar la visibilidad y reducir el consumo eléctrico.

- **Cambio a Lámparas LED:** Sustitución de tubos o bombillas antiguas por tecnología LED de alta eficiencia.
- **Instalación de Plafones:** Se realizó el montaje de plafones en el techo de oficinas y consultorios, mejorando la estética del área y proporcionando un aislamiento térmico y acústico adecuado para la atención de pacientes.

B. Mantenimiento Hidrosanitario.

Intervención en los puntos de lavado para prevenir fugas y asegurar el suministro de agua.

- **Cambio de Niples de Lavamanos:** Se reemplazaron los niples oxidados o con filtraciones por piezas nuevas de alta resistencia.
- **Pruebas de Estanqueidad:** Se verificó que no existieran goteos en las conexiones tras la instalación.

C. Cerrajería y Seguridad.

- **Instalación de Llaves de Mariposa:** Se instalaron cerraduras tipo mariposa en las puertas de oficinas y consultorios, permitiendo el cierre y apertura rápida desde el interior, cumpliendo con protocolos de ergonomía y salida de emergencia.

D. Climatización y Extracción (Área de Cocina).

- **Instalación de Extractores de Aire:** Se llevó a cabo la colocación de sistemas de extracción en el área de cocina, con el objetivo de evitar la acumulación de vapores, olores y grasa.



FECHA: 25/062026

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS ☐ SRS ☐ Hospital ☒ CPN ☐

***Nombre del lugar:** HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA

Área: Mantenimiento y Electromedicina

Nombre de la Actividad: Desarrollo de plan de acciones para el acondicionamiento de infraestructura, mantenimiento de equipos

Código POA (Si aplica):

INTRODUCCIÓN

El área de odontología constituye un servicio fundamental dentro de la atención integral de salud, ya que permite la prevención, diagnóstico y tratamiento de diversas condiciones relacionadas con la salud bucal de los pacientes. En ese sentido, el presente informe tiene como finalidad describir las condiciones actuales de los equipos disponibles en el área de odontología, así como las acciones de seguimiento implementadas para asegurar su correcto funcionamiento y disponibilidad durante la prestación de los servicios.

OBJETIVO DEL INFORME

Garantizar el adecuado seguimiento y control del estado de los equipos existentes en la unidad de odontología, con el propósito de asegurar la prestación de servicios de salud bucal de manera segura, eficiente y con estándares de calidad para los pacientes.

METODOLOGIA (Si aplica)

Para la elaboración del presente informe se realizó una revisión del inventario de equipos disponibles en el área de odontología, así como la verificación de su estado operativo mediante la observación directa y la consulta con el personal responsable del servicio y del área de mantenimiento.

DESARROLLO / HALLAZGOS

Durante la revisión realizada se constató que dichos equipos se encuentran en condiciones operativas adecuadas para el desarrollo de las actividades propias del servicio. Asimismo, se evidenció la existencia de un proceso de coordinación entre el personal del área de odontología y el departamento de mantenimiento, lo cual permite reportar oportunamente cualquier eventualidad o incidencia que pueda afectar el funcionamiento de los equipos durante los diferentes turnos de atención.

Los equipos disponibles en el área de odontología son los siguientes:

1- Equipo de Rayos X

3- Unidades odontológicas dentales (sillones odontológicos con lámparas de resina)

1- Localizador de ápice endodóntico

1- Negatoscopio

1- Autoclave

2- Cavitrones

1- Compresor

3- Lámparas de resina independientes de los sillones

1- Esfigmomanómetro

La disponibilidad y funcionamiento de estos equipos permiten brindar una atención oportuna y adecuada a los pacientes que acuden al servicio de odontología.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

De acuerdo con la evaluación realizada, se determinó que los equipos existentes en el área de odontología se encuentran en condiciones operativas y forman parte de un esquema de mantenimiento preventivo y correctivo que contribuye a prolongar su vida útil y garantizar su correcto funcionamiento.

La coordinación entre el personal odontológico y el departamento de mantenimiento representa un elemento clave para la detección temprana de fallas y la implementación de acciones correctivas oportunas, lo que permite asegurar la continuidad de los servicios y la calidad de la atención brindada a los pacientes.

RECOMENDACIONES

Dar seguimiento permanente al **cronograma de mantenimiento y verificación mensual de los equipos**, con el fin de asegurar su adecuado funcionamiento y prolongar su vida útil.





Fortalecer la **comunicación y coordinación entre el personal del servicio de odontología y el departamento de mantenimiento**, para garantizar la pronta atención de cualquier eventualidad relacionada con los equipos.

ANEXOS (Si aplica)**Instrucciones de llenado:**

***Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Elaborado por
(Nombre y apellido)







SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

Sábado
20-6-26

Área Solicitante:

Part parte

Trabajos a Efectuar

*Corrección de filtración en el baño
de habitación de curis*

Observaciones



Firma del Solicitante

Henry

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Sabado

Fecha Realización:

20-6-26

Área Solicitante:

Emergencia obstetricia

Trabajos a Efectuar

*Corrección de filtración en emergencia
obstetricia*

Observaciones

Revisar si ya dejó de filtrar



[Signature]
Firma del Solicitante

[Signature]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

Sábado
20-6-26

Área Solicitante:

Post parto

Trabajos a Efectuar

*instalación de abanico de pared en la
habitación de las enfermeras*

Observaciones



[Signature]
Firma del Solicitante

Sandy
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

22/6/2020

Área Solicitante:

Psicología

Trabajos a Efectuar

- Reemplazar posillo psicológico
no grande

Observaciones

Firma del Solicitante



Firma del Técnico

Juan Manuel Silveira Sierra



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 22-6-2026

Área Solicitante:

Trabajos a Efectuar

REPARACION DE YABIN

Observaciones

[Firma manuscrita]

Firma del Solicitante

[Firma manuscrita]

Firma del Técnico

acoi



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

26/6/2014

Área Solicitante:

E. Obstetricia

Trabajos a Efectuar

- Limpieza de aire (filtros)
Pasillo Obstetricia

Observaciones

Lic. Frios

Firma del Solicitante

[Firma]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

18/6/2020

Área Solicitante:

Baño Quirófano

Trabajos a Efectuar

- Baño de Quirófano 3^{er} piso
Cambio de lamparas

Observaciones

X Magaly Marte
Firma del Solicitante

Jhoan Manuel S.S
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

18/6/2026

Área Solicitante:

Post. Quirúgica

Trabajos a Efectuar

- Cambio de lámpara en el
área de post. Quirúgica
- Colocar bombillos en vol. 205/2011

Observaciones

Jessika Restrepo
Firma del Solicitante

Joan Manuel S.S.
Firma del Técnico

Fecha Realización:

18/10/2024

Área Solicitante:

Marina Carque

Trabajos a Efectuar

- Hacer 2 extensiones electricas

Observaciones

+ Lenifer Ferreras Lagos
Firma del Solicitante

Juan Manuel S.S.
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

18/6/24

Área Solicitante:

3^{er} piso Pediatría

Trabajos a Efectuar

- Cambio de lampara 320
- Cambio interruptor 323
- " " 317

Observaciones

[Firma manuscrita]

Firma del Solicitante

[Firma manuscrita]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

17/6/2024

Área Solicitante:

Área de Bomba

Trabajos a Efectuar

- Cambiar 3 ABB trifásicos de 50

Observaciones

Producto de un voltaje inestable algunos
equipos eléctricos del sistema de bombeo
sufrieron daños y se cambian

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

18-16/2026

Área Solicitante:

Pediatría

José

Trabajos a Efectuar

303 no tiene corriente el
brazo.

Observaciones

Cambio de línea producto
de alambre neopreno

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

17-06-26

Área Solicitante:

Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

Reparación de antena de
autodistricción de Dombas

Observaciones

Cambio de pieza por la
Razon de alto Voltage

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

19/6/24

Área Solicitante:

Seguridad

Trabajos a Efectuar

- Colocación de 2 tornos coniente

Observaciones

*matias valenzuela

Firma del Solicitante

Edisold

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

19/6/20

Área Solicitante:

Pediatría

Plano

Trabajos a Efectuar

Hab. 05 (2do piso)

- Cambio de válvula inodoro
- Destape de inodoro (pendiente)

Observaciones

Firma del Solicitante

[Firma manuscrita]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 18/6/20

Área Solicitante: Contraloría


Planificación

Trabajos a Efectuar

- Bono de Contraloría
esta topado

Observaciones

Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

18/6/2024

Área Solicitante:

Administración

Plano

Trabajos a Efectuar

- Cambio de inodoro en la oficina
del doctor Campo

Observaciones

Firma del Solicitante

Selimon Medina / Agustin

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

24/5/26

Área Solicitante:

epidemiología

Trabajos a Efectuar

ambio de Gove adtación
de intermunicación OS

Observaciones



Firma del Solicitante

Jenny REX

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

28/5/26

Área Solicitante:

emergencia

Trabajos a Efectuar

corrección de plomería y angular

Observaciones



Firma del Solicitante

Pedro W. Jarama

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 20/5/2026

Área Solicitante: Banco de Sangre

Trabajos a Efectuar

Reparación de puerta de nevera conservadora de sangre.

Observaciones

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

16/5/26

Área Solicitante:

Salud
Ostebricia

Trabajos a Efectuar

arreglo de motor de vaho
en emergencia de adulto


Bombas 150/16

12/12/17

Observaciones

pecho 12.


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

16/5/20

Área Solicitante:

SA Bodo
Obstetricia

Trabajos a Efectuar

arreglo de garin en el mismo
lugar emergencia de odonto

Observaciones



Firma del Solicitante

[Signature]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

16/05/26

STHedo

Área Solicitante:

Dra. Heana Herraiz

Trabajos a Efectuar

Reemplazo de Plafones
Encargado unidad de especialidades
Clínicas.

Dra. Heana Herraiz

Observaciones



Firma del Solicitante

Pedro Luis Medina

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

17/5/20

Domínguez

Área Solicitante:

SNASL

Trabajos a Efectuar

Postura de cambio
en el arrio de confort

Observaciones



Firma del Solicitante

[Signature]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

17/11/20

Área Solicitante:


Dominio
bambria

Trabajos a Efectuar

limpieza de orinales de
lavandería

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

17/5/20

Área Solicitante:

Donmulo
Inventarios

Trabajos a Efectuar

arreglo de estructura de todo de
Inventarios

Observaciones



Firma del Solicitante

Sandy Pedro

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

7/5/26

Área Solicitante:

SABADO
Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

cambio de terminales de
plafon

Observaciones



Firma del Solicitante

[Handwritten signature]

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

Domingo
10-5-26

Área Solicitante:

Bergado

Trabajos a Efectuar

*Cambio de llave de lava mano
baño de bergado*

Observaciones



Firma del Solicitante

Pedro / Sandy

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

10/5/20

Área Solicitante:

recuperación

Trabajos a Efectuar

destape de vano en sala de
recuperación

Observaciones



Firma del Solicitante

Standy pedro

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

10-5-26

Área Solicitante:

Couira

Trabajos a Efectuar

Abreglo de tomacorrientes

Observaciones

[Signature]
Firma del Solicitante



[Signature]
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

Domingo
10-5-26

Área Solicitante:

Sala de parto

Trabajos a Efectuar

*Cambio de bisagra de gabinete
en el quirófano*

Observaciones



[Firma]
Firma del Solicitante

Francisco

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

Domingo
10-5-26

Área Solicitante:

Cocina

Trabajos a Efectuar

*Reparación de abanico de la
Cocina*

Observaciones

[Firma]
Firma del Solicitante



[Firma]
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

Domingo
10-5-26

Área Solicitante:

Data

Trabajos a Efectuar

*Cuarto de data y electricidad en
Residencia medica. Reparación de
Plafon*

Observaciones


Firma del Solicitante

Sandy / Pedro
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

11/4/20

Área Solicitante:

SA budo
farmacia

Trabajos a Efectuar

reparación de puerta 2^{da} planta
farmacia

Observaciones

Llave con CDN FALLA

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

Área Solicitante:

D. COCINA

Trabajos a Efectuar

ADICION DE AIRE CUARTO
FRIO DE LA COCINA

Observaciones

Firma del Solicitante



Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

Área Solicitante:

LABORATORIO

Trabajos a Efectuar

ARGGLOSP 150 UNED
18.000 BTU LABORATORIO

Observaciones

Firma del Solicitante



Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

20/5/2020

Área Solicitante:


facturación

Trabajos a Efectuar

instalación de lampara led

Observaciones

 Jennyffer B.R.
Firma del Solicitante

 Jhoon Manuel S.S.
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

21/5/2026


Área Solicitante:


Bonitas medicina interna

Trabajos a Efectuar

Instalación de Muebi

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019


Fecha Realización: 26-5-2026


Área Solicitante: Mayabonier

Trabajos a Efectuar

Instalación de lámpara LED

Observaciones


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

24/5/2026

Área Solicitante:

Doblogo

Trabajos a Efectuar

Extensión de electros

Observaciones

Martín Roa

Firma del Solicitante

Theron Manuel S.S

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

28/5/26

Área Solicitante:

Laboratorio

Trabajos a Efectuar

Hacer una extensión pequeña eléctrica, para instalar una impresora en el Depto. del Laboratorio

Observaciones

Rene Gómez

Firma del Solicitante

Juan Manuel S.S.

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

51/15/20

Área Solicitante:

Monica Canguro

Trabajos a Efectuar

carrito de miple y base
angular 5 abstracción

Observaciones

Firma del Solicitante

Jenny Pedraza

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

3/6/2024

Área Solicitante:

consulta externa

Trabajos a Efectuar

Extensión eléctrica #2

Observaciones

Paula D. Pineda
Firma del Solicitante

Juan Manuel S.S.
Firma del Técnico