



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS  
"Año de la Innovación y la Competitividad"



Santo Domingo Este

25 de junio 2021.

**A :** **Brígido García**

Enc. De planificación y desarrollo

**Asunto :** **Reporte seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructuras.**

Por este medio le hacemos conocimiento del estatus del plan de mantenimiento para el trimestre Abril-junio 2021.

Previsto para este trimestre abril – junio 2021:

- sistema de vacío
- Sistema de bombeo de agua
- Autoclaves
- Calderas
- Sistema contra incendio,
- Plantas eléctricas
- Lavadoras
- Secadoras
- Electrocauterio
- Mesa de cirugía
- Máquina de anestesia
- Lámpara de cirugía

Ave, las Americas No. 1020, Santo. Domingogo Este R.D.  
Telefono : 809-596-3686| E-mail: [info@dariocontreras.gob.do](mailto:info@dariocontreras.gob.do)  
RNC 430043402



[www.dariocontreras.gob.do](http://www.dariocontreras.gob.do)



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS  
"Año de la Innovación y la Competitividad"

- Monitor de signos vitales
- Desfibrilador
- Ventiladores
- Rayos X
- tomógrafo
- Muebles
- Pinturas

Trimestre abril – junio 2021

- **Sistema de vacío:**

Se le solicita la cotización al suplidor, estamos en espera de que la mercancía le llague al país para realizar esta actividad, según lo contemplado en el plan.

- **Sistema de bombeo de agua:**

Mantenimiento ejecutado el trimestre anterior.

- **Sistema contra incendio:**

Se le hacen los chequeos rutinarios semanales.

- **Plantas eléctricas:**

Esta actividad no se ha realizado, estamos esperando varias propuestas económicas.

- **Lavadoras:**

Se realizo mantenimiento y reparación del rodamiento de la maquina #1.

- **Secadora**

Limpieza de filtro de pelusa, según el plan de mantenimiento.

Ave, las Americas No. 1020, Santo. Dominggo Este R.D.  
Telefono : 809-596-3686 | E-mail: [info@dariocontreras.gob.do](mailto:info@dariocontreras.gob.do)  
RNC 430043402



[www.dariocontreras.gob.do](http://www.dariocontreras.gob.do)



HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS  
“Año de la Innovación y la Competitividad”

- **Arco en c**

Mantenimiento ejecutado con el personal del centro.

- **Monitor de signos vitales**

Mantenimiento a Cables y brazaletes.

- **Ventiladores**

Esta actividad no se ha realizado por el alto costo de la cotización, estamos en espera de que el SNS, nos ayude para realizar esta actividad.

- **Rayos x**

Mantenimiento mensual realizado por la compañía Medical.

- **Electrocauterio**

Mantenimiento en con el personal del centro.

- **Tomógrafo**

Mantenimiento mensual realizado por la compañía Ceminsa.

- **Lámparas de quirófano**

Mantenimiento según en el mes de junio, con el personal del centro.

- **Desfibrilador**

Mantenimiento por el personal del centro en el mes de junio.

- **Autoclaves**

Mantenimiento de uno se realizó por la empresa serclamet al autoclave de lavandería; los demás se realizaron con el personal de departamento de mantenimiento.

- **Calderas**

Mantenimiento realizado el trimestre pasado.

Ave, las Americas No. 1020, Santo. Dominggo Este R.D.  
Telefono : 809-596-3686| E-mail: [info@dariocontreras.gob.do](mailto:info@dariocontreras.gob.do)  
RNC 430043402





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**



**HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS**  
**“Año de la Innovación y la Competitividad”**

- **Rayos x**

Mantenimiento realizado por la compañía medtron.

- **Máquinas de anestesia**

Se realizo mantenimiento a 2 máquinas, estamos en espera que la compañía serviamed complete el pedido para completar el mantenimiento de las demás maquinas.

- **Pintura**

El plan de mantenimiento de pintura en el área de emergencia, consulta y cocina.

Sin más por el momento,



**Ing. Stanley De Leon**

Enc. Mantenimiento.

Ave, las Americas No. 1020, Santo. Dominggo Este R.D.  
Telefono : 809-596-3686 | E-mail: [info@dariocontreras.gob.do](mailto:info@dariocontreras.gob.do)  
RNC 430043402



[www.dariocontreras.gob.do](http://www.dariocontreras.gob.do)