



**SEGUIMIENTO PLAN DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

PRIMER TRIMESTRE

MARZO 2022



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRIGUEZ

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO H.P.G.S.R.

Informe:

Fecha	31- 03- 2022
Introducción: Seguimiento del plan de de mantenimiento preventivo de equipo e infraestructura 2022.	
Descripción General	
<p>Se define como mantenimiento preventivo a la acción de revisar de manera sistemática y bajo ciertos criterios a los equipos o aparatos de cualquier tipo (mecánicos, eléctricos, informáticos, etc....) para evitar averías ocasionadas por uso, desgaste o paso del tiempo conforme a un plan elaborado con anterioridad.</p> <p>Un programa de mantenimiento preventivo puede incluir otros sistemas de mantenimiento y pueden ser considerados todos en conjunto como un programa de mantenimiento preventivo.</p> <p>Partiendo de los recorridos realizados en el centro y por las áreas se encontraron los siguientes:</p>	
HALLAZGO:	
<ul style="list-style-type: none">• Se detectaron problemas en del área de rayos x.• Se detectaron problemas en del área de lavandería.• Se detectaron problemas en el área cirugía, específicamente en el área de autoclave.• Se detectaron fugas en el sistema de oxígeno.• Se detectaron problema con los aires.	
ACCION CORRECTIVA	
<ul style="list-style-type: none">✓ Se reparo el CPU de rayos x.✓ Se reparo la manguera del compresor.	



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD



- ✓ Se cambio la resistencia del auto clave.
- ✓ Se corrigió problema de tubería de oxígeno.
- ✓ Se le dio mantenimiento a los aires.

Conclusiones y recomendaciones

Seguiremos trabajando de manera objetiva para dar un correcto manejo al plan de mantenimiento preventivo de tal manera que nuestro centro siga brindando servicios y estadía de calidad a nuestros usuarios.

Firma


Juicio M. Navia Amador

Sello



FOTOS ANEXOS





AUTO CLAVE



