

PLAN DE MANTENIMIENTO 2022

EQUIPOS MEDICOS

Sistema o EQUIPO	Elementos a Revisar		Parámetros a Controlar				Próximo Mant.	Observaciones
	Descripción breve del Equipo	Descripción del mantenimiento	Tipo de Mantenimiento (Interno/Externo)	Responsable de la Ejecución.	Frecuencia de Revisión	Ultimo Mant.		
Rayos X portátil	Mod:TX PLOS-40 Ser:PKS 912546	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspección del brazo de extensión</li> <li>2. Ajuste e inspección general del colimador</li> <li>3. Interbloques del rotor y del filamento</li> <li>4. Rotación del ánodo del tubo de rayos X</li> <li>5. Inspección del conjunto de la unidad de desplazamiento y de la columna</li> <li>6. Alineación del colimador</li> <li>7. Indicador del tamaño del campo</li> <li>8. Comprobar que todos los cables están apretados y seguros</li> </ol>	Interno		ANUAL	20/06/2021	20/06/2022	
Impresora de placa carestream	Marca: carestream, serie 68503572	Se recarga software, engrase parte mecánica y limpieza	Interno		ANUAL	20/06/2021	20/06/2022	
Digitalizador de Imagen (CR-CLASSIC)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Filtros</li> <li>2. Software</li> <li>3. Parte mecánica y eléctrica</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limpieza de los filtros</li> <li>2. Recarga de software</li> <li>3. Revisión de la parte mecánica y eléctrica</li> </ol>	Interno		ANUAL	20/06/2021	20/06/2022	
<b>Sistema o EQUIPO</b>	<b>Descripción breve del Equipo</b>	<b>Descripción del mantenimiento</b>	<b>Tipo de Mantenimiento (Interno/Externo)</b>	<b>Responsable de la Ejecución.</b>	<b>Frecuencia de Revisión</b>	<b>Ultimo Mant.</b>	<b>Próximo Mant.</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Sistema o EQUIPO</b>	<b>Descripción breve del Equipo</b>	<b>Descripción del mantenimiento</b>	<b>Tipo de Mantenimiento (Interno/Externo)</b>	<b>Responsable de la Ejecución.</b>	<b>Frecuencia de Revisión</b>	<b>Ultimo Mant.</b>	<b>Próximo Mant.</b>	<b>Observaciones</b>
INCUBADORA (1)	Marca :David, Mod:YP 90A Ser 06 B 77 B 01020	Se revisa la parte mecánica, revisión de cable AC, Cambio de sensor de temperatura , limpieza general Y cambio de filtro	Interno		ANUAL	20/02/2021	21/02/2022	

Sistema o EQUIPO	Descripción breve del Equipo	Descripción del mantenimiento	Tipo de Mantenimiento (Interno/Externo)	Responsable de la Ejecución.	Frecuencia de Revisión	Ultimo Mant.	Próximo Mant.	Observaciones
<b>INCUBADORA (2)</b>	Marca :David, Mod:YP 90A Ser 06 B 77 B 01051	Se revisa la parte mecánica, revisión de cable AC, Cambio de sensor de temperatura, limpieza general y cambio de filtro	En espera		Anual	20/02/2021	21/02/2022	
<b>INCUBADORA (1)</b>	Marca:DAVID, MOD:YP-2000 Ser:BB07H01005	Se cambia filtro de aire, sensor de piel, batería, revisión de voltaje, parte mecánica y limpieza general	Interno		Anual	20/02/2021	20/02/2022	
<b>Incubadora (2)</b>	Marca: DAVIA, Ser: BB77A01099	Se cambia filtro de aire, sensor de piel, batería, revisión de voltaje, parte mecánica y limpieza general	Interno		Anual	20/02/2021	20/02/2022	
<b>Incubadora (3)</b>	Marca : David Ser:01026	Se cambia filtro de aire, sensor de piel, batería, revisión de voltaje, parte mecánica y limpieza general	Interno		Anual	20/02/2021	20/02/2022	
<b>Incubadora (4)</b>	Marca: David Ser:1089	Se cambia filtro de aire, sensor de piel, batería, revisión de voltaje, parte mecánica y limpieza general	Interno		Anual	20/02/2021	20/02/2022	
<b>Incubadora (5)</b>	Marca : David Ser: 1004	Se cambia filtro de aire, sensor de piel, batería, revisión de voltaje, parte mecánica y limpieza general	Interno		Anual	20/02/2021	20/02/2022	
<b>Central de monitores Marca: Drager Modelo :Infinity M300</b>	1. Aparatos de telemetría	1. Limpiar y desinfectar los aparatos de telemetría	Interno					
	2. Filtros de aire ICS	Limpiar filtros de aire ICS	Interno		Bimensual			
	3. Batería de M300	Batería de M300	Interno		Anual			
	4. Central de monitores	Servicio y mantenimiento del dispositivo	Interno		Bianual			
	5. Discos duros	Cambiar discos duros (sin la opción RAID)	Interno		Cada 4 años			
<b>VENTILADORES DRAGER</b>								
<b>VENTILADOR DRAGUER 1</b>	, Mod:baby love 8000 Ser ASDE-0056	Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificacion de voltaje, calibración y limpieza general	Revisión visual		ANUAL			

## Plan de Matenimiento Preventivo de la Gerencia de MANTENIMIENTO 2022 DEL HOSPITAL HUGO MENDOZA

### DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD EQUIPO HOSPITALARIO

6 cortinas de aire	Cortinas para retencion de aires, TOPTECH,	Cada 6 meses	Desarme del equipo para limpieza interna del mismo y engrase de los ventiladores.	14/09/2022	
Plantas	Generadores de energia electrica	Anual	bio de filtro, coolan, aceite y limpieza ge	30/01/2022	
Manejadoras	Equipo quemando el aire a presion por los ductos	Cada 4 meses	Limpieza y mantenimiento de los filtros	14/01/2022	
KONE	Empresa de ascensores	mensual	mantenimiento y reparacion de los ascensor	14/05/2022	
Caldera	Generador de Vapor	Cada 6 meses	Limpieza interna, de cheques, de tanque de almacenamiento de agua y limoieza exterior.	14/04/2022	
Gases medicos	Compresor	Cada 4 meses	Cambio de filtro de aire, limpieza interna de compresor y limpieza exterior	14/03/2022	
Gases medicos	Vacuum	Cada 4 meses	limpieza interna y limpieza exterior	14/02/2022	
Sistema contra incendio	Sistema de respuesta contra incendio	Anual	Limpieza interna, cambio de filtro, coolant, aceite y limpieza general	28/03/2022	
UPS general	Sistema Energetico de emergencia	Anual	Limpieza general	25/04/2022	
Chillers	Equipo de refrigeracion	Cada 4 meses	Limpieza general, limpieza de	30/03/2022	
EDIFICACION	ESTRUCTURA	Cada 6 meses	PINTURA Y CORRECCION DE GRIETA	25/2022	



## Plan de Mantenimiento Preventivo de la Gerencia de MANTENIMIENTO 2022 DEL HOSPITAL HUGO MENDOZA

### DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD EQUIPO HOSPITALARIO

6 cortinas de aire	Cortinas para retencion de aires, TOPTECH,	<b>Cada 6 meses</b>	Desarme del equipo para limpieza interna del mismo y engrase de los ventiladores.	14/09/2022
Plantas	Generadores de energia electrica	<b>Anual</b>	bio de filtro, coolan, aceite y limpieza ge	30/01/2022
Manejadoras	Equipo quemando el aire a presion por los ductos	<b>Cada 4 meses</b>	Limpieza y mantenimiento de los filtros	14/01/2022
KONE	Empresa de ascensores	<b>mensual</b>	antenimiento y reparacion de los ascensor	14/05/2022
Caldera	Generador de Vapor	<b>Cada 6 meses</b>	Limpieza interna, de cheques, de tanque de almacenamiento de agua y limioeza exterior.	14/04/2022
Gases medicos	Compresor	<b>Cada 4 meses</b>	Cambio de filtro de aire, limpieza interna de compresor y limpieza exterior	14/03/2022
Gases medicos	Vacuum	<b>Cada 4 meses</b>	limpieza interna y limpieza exterior	14/02/2022
Sistema contra incendio	Sistema de respuesta contra incendio	<b>Anual</b>	Limpieza interna, cambio de filtro, coolant, aceite y limpieza general	28/03/2022
UPS general	Sistema Energetico de emergencia	<b>Anual</b>	Limpieza general	25/04/2022
Chillers	Equipo de refrigeracion	<b>Cada 4 meses</b>	Limpieza general, limpieza de	30/03/2022
EDIFICACION	ESTRUCTURA	Cada 6 meses	PINTURA Y CORRECCION DE GRIETA, LIMPIEZA DE IMBORNALES	25/2022