@hotmail.com

SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Hospital Provincial Dr. Angel Contreras Mejia

fecha 05/07/2022
hoja #1

Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
Fecha de aprobación: 4/05/2021

Instalación / Maquinaria	Elementos.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
aire ginecologia	parte interna	cambio de filtro de linea	preventivo	trimestral	3-1-2	2/4/2	x					x							
luces del bano 106	remodelacion	cambio completo	correctivo	pendiendo la incidenc								x					el mantenimiento de las luces dependera		
mueble habitacion 201	reparacion	patas rota	corectivo	pendiendo la incidenc	0							x						los mueble dependera la incide	
bomba de agua #2	mantenimiento	cambio de contactor	correctivo	pendiendo la incidenc							x								dependiendo la incidencia
nebulizadores	mantenimiento	chequeo y limpieza	preventivo	pendiendo la incidenc						x									dependiendo la incidencia
luces en area de cirugia	mantenimiento	cambio	correctivo	pendiendo la incidenc								x							.dependiendo la incidencia
rayo x portactir aislamiento	mantenimiento	chequeo y limpieza	preventivo	trimestral	12-1-22	14-6-22	x					x							
defibrilador reanimacion	mantenimiento	chequeo y limpieza	preventivo	trimestral	21-1-22	22-6-22	x					x							
ventiladores repiratorio reanimacion	mantenimiento	chequeo y limpieza	preventivo	trimestral	11-1-22	11-4-22	x					x							
monitores de signo vitales reanimacio	mantenimiento	chequeo y limpieza	preventivo	pendiendo la incidenc															dependiendo la incidencia
acensor camillero	mantenimiento	chequeo y limpieza	preventivo	trimestral	18-1-22	20-6-22	x					x							
frezer de la morgue #2	mantenimiento	cambio de contactor	correctivo	trimestral	26-1-22	29-6-22	x					x							