



INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER ROSA EMILIA SANCHEZ PEREZ DE TAVARES



Programación de Mantenimiento de Neveras

Identificación de Neveras					Frecuencia de Mantenimiento	Enero		Amperaje General del Equipo (amp)	Observaciones	Febrero		Amperaje General del Equipo (amp)	Observaciones	Marzo		Amperaje General del Equipo (amp)	Observaciones	Abril		Amperaje General del Equipo (amp)	Observaciones	Mayo		Amperaje General del Equipo (amp)	Observaciones
Área	No./Tipo	Marca	Modelo/ Especificación	Serie		P	R			Temperatura (°C)	P			R	Temperatura (°C)			P	R			P	R		
ALMACEN	NEVERA # 1	FARCO	VT-40GL - VC - SA2	2014090293	MENSUAL	P 31/01/2022 R 27/01/2022	5.8°C	7.3 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 28/02/2022 R 25/02/2022	5.7°C	7.2 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/03/2022 R 25/03/2022	7.5°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 30/04/2022 R 26/04/2022	5.2°C	6.8 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/05/2022 R 30/05/2022	5.6°C	7.1 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE
	NEVERA # 2	FARCO	VT-40GL - VC - SA2	2014090299	MENSUAL	P 31/01/2022 R 27/01/2022	6.3°C	7.1 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 28/02/2022 R 25/02/2022	3.4°C	7.1 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/03/2022 R 25/03/2022	5.5°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 30/04/2022 R 26/04/2022	5°C	7.1 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/05/2022 R 30/05/2022	5.1°C	7.5 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE
	NEVERA # 3	FARCO	VT-40GL - VC - SA2	2014090276	MENSUAL	P 31/01/2022 R 27/01/2022	2.7°C	6.8 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 28/02/2022 R 25/02/2022	Ver Observaciones	7.4 AMP	NEVERA FUERA DE SERVICIO POR THERMOSTATO DEFECTUOSO. SOLO SE ENCENDIO PARA MEDIR	P 31/03/2022 R 25/03/2022	3°C	7.2 AMP	NEVERA FUERA DE SERVICIO POR THERMOSTATO DEFECTUOSO. SOLO SE ENCENDIO PARA	P 30/04/2022 R 26/04/2022	5°C	6.8 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/05/2022 R 30/05/2022	5.2°C	7.2 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE
LABORATORIO CLINICO	NEVERA # 1	CETRON	RCF35LVBBS0	201510240672	MENSUAL	P 31/01/2022 R 28/01/2022	-15°C	4.2 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 28/02/2022 R 23/02/2022	-15°C	4.5 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/03/2022 R 24/03/2022	-12°C	4.4 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 30/04/2022 R 26/04/2022	-15°C	4.2 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/05/2022 R 30/05/2022	-15°C	3.6 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE
	NEVERA # 2	FARCO	VT - 22GL	2014030023	MENSUAL	P 31/01/2022 R 28/01/2022	5°C	4.8 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 28/02/2022 R 23/02/2022	5°C	4.8 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/03/2022 R 24/03/2022	4°C	4.8 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 30/04/2022 R 26/04/2022	5°C	4.8 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/05/2022 R 30/05/2022	3°C	4.5 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE
	NEVERA # 3	FARCO	VT - 50GL	2014020174	MENSUAL	P 31/01/2022 R 28/01/2022	5°C	5.7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 28/02/2022 R 23/02/2022	5°C	5.6 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/03/2022 R 24/03/2022	5°C	5.6 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 30/04/2022 R 26/04/2022	5°C	5.6 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/05/2022 R 30/05/2022	5°C	6.1 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE
	NEVERA #4 (NEVERA#2 DE AMOILLAS DE LA FARMACIA DE ALTO COSTO)	FARCO	VT-22GL	2011090116	MENSUAL	P 31/01/2022 R 28/01/2022	5°C	4.8 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 28/02/2022 R 23/02/2022	2.3°C	4.8 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/03/2022 R 24/03/2022	2.4°C	4.5 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 30/04/2022 R 26/04/2022	6.5°C	4.7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/05/2022 R 30/05/2022	5.6°C	5 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE
ALTO COSTO	NEVERA # 1	FARCO	VT -22GL	201400275	MENSUAL	P 31/01/2022 R 31/01/2022	6°C	4.6 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 28/02/2022 R 25/02/2022	4°C	4.7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/03/2022 R 24/03/2022	6°C	4.7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 30/04/2022 R 26/04/2022	5°C	4.8 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/05/2022 R 30/05/2022	5°C	4.8 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE
	NEVERA # 2	FARCO	VT -22GL	2011090116	MENSUAL	P R	VER REGISTRO EN SESION DEL LABORATORIO CLINICO ARRIBA		NEVERA PRESTADA AL LABORATORIO CLINICO (VER REGISTRO EN LA SECCION DEL LABORATORIO)	P R	VER REGISTRO EN SESION DEL LABORATORIO CLINICO ARRIBA		NEVERA PRESTADA AL LABORATORIO CLINICO (VER REGISTRO EN LA SECCION DEL LABORATORIO)	P R	VER REGISTRO EN SESION DEL LABORATORIO CLINICO ARRIBA		NEVERA PRESTADA AL LABORATORIO CLINICO (VER REGISTRO EN LA SECCION DEL LABORATORIO)	P R	VER REGISTRO EN SESION DEL LABORATORIO CLINICO ARRIBA		NEVERA PRESTADA AL LABORATORIO CLINICO (VER REGISTRO EN LA SECCION DEL LABORATORIO)	P R	VER REGISTRO EN SESION DEL LABORATORIO CLINICO ARRIBA		NEVERA PRESTADA AL LABORATORIO CLINICO (VER REGISTRO EN LA SECCION DEL LABORATORIO)
	NEVERA # 3	THERMO	MR495-GAEE -TS	125921001150818	MENSUAL	P 31/01/2022 R 31/01/2022	4°C	7.3 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 28/02/2022 R 25/02/2022	4.1°C	7.3 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/03/2022 R 24/03/2022	4.6°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 30/04/2022 R 26/04/2022	3.8°C	7.2 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/05/2022 R 30/05/2022	3.5°C	7.1 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE
	NEVERA #4	THERMO	MR495-GAEE -TS	125920901150818	MENSUAL	P 31/01/2022 R 31/01/2022	3.7°C	7.4 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 28/02/2022 R 25/02/2022	3.8°C	7.5 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/03/2022 R 24/03/2022	6°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 30/04/2022 R 26/04/2022	2°C	7.2 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/05/2022 R 30/05/2022	2°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE
BANCO DE SANGRE	NEVERA # 1	EQUITEC	EVF284/30	11129341	MENSUAL	P 31/01/2022 R 28/01/2022	-19°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 28/02/2022 R 25/02/2022	-15°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/03/2022 R 25/03/2022	-16.7°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 30/04/2022 R 26/04/2022	-10°C	7.1 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/05/2022 R 30/05/2022	ALMACEN UBICADA EN EL ALMACEN DE OPERACIONES. SE ENCIENDE SOLO PARA MANTENIMIENTO	7.2 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE
	NEVERA # 2	EQUITEC	EVF284/30	11129342	MENSUAL	P 31/01/2022 R 28/01/2022	-15°C	6.9 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 28/02/2022 R 25/02/2022	-15°C	6.9 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/03/2022 R 25/03/2022	-15°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 30/04/2022 R 26/04/2022	-10°C	6.6 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/05/2022 R 30/05/2022	-15.2°C	7.2 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE
	NEVERA # 3	EQUITEC	EBB525C	116352401111027	MENSUAL	P 31/01/2022 R 28/01/2022	2.4°C	9 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 28/02/2022 R 25/02/2022	2.6°C	9 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/03/2022 R 25/03/2022	2.6°C	9 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 30/04/2022 R 26/04/2022	6°C	8.7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/05/2022 R 30/05/2022	2.7°C	9.5 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE
	NEVERA # 4	FARCO	VT-40GL-US-SA2	2014090265	MENSUAL	P 31/01/2022 R 28/01/2022	5.9°C	7.2 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 28/02/2022 R 25/02/2022	7.5°C	7.2 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/03/2022 R 25/03/2022	6°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 30/04/2022 R 26/04/2022	7.1°C	7.1 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/05/2022 R 30/05/2022	7.3°C	8.1 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE
PATOLOGIA	NEVERA DE PRUEBAS	LBM	LAB0250B1TV1508	MATRICULA/ 40802	MENSUAL	P 31/01/2022 R 27/01/2022	5.7°C	3.6 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 28/02/2022 R 23/02/2022	5.7°C	3 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/03/2022 R 24/03/2022	5.7°C	3.6 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 30/04/2022 R 27/04/2022	5.1°C	3.2 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/05/2022 R 30/05/2022	5.8°C	3.4 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE
	NEVERA DE LIQUIDOS CORPORALES	CETRON	RCF40LVBBS0	201308191301	MENSUAL	P 31/01/2022 R 27/01/2022	-7°C ARRIBA / 3°C ABAJO	3.9 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 28/02/2022 R 24/03/2022	-7°C ARRIBA / 3°C ABAJO	4.5 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/03/2022 R 24/03/2022	-12°C ARRIBA / 5°C ABAJO	4 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 30/04/2022 R 27/04/2022	-7°C ARRIBA / 3°C ABAJO	4.3 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/05/2022 R 30/05/2022	-7°C ARRIBA / 3°C ABAJO	4.7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE

LEYENDA:	
P	= PROGRAMADO
R	= REALIZADO



Programación de Mantenimiento de Neveras

Junio	Temperatura (°C)	Amperaje General del Equipo (amp)	Observaciones	Julio	Temperatura (°C)	Amperaje General del Equipo (amp)	Observaciones	Agosto	Temperatura (°C)	Amperaje General del Equipo (amp)	Observaciones	Septiembre	Temperatura (°C)	Amperaje General del Equipo (amp)	Observaciones	Octubre	Temperatura (°C)	Amperaje General del Equipo (amp)	Observaciones	Noviembre	Temperatura (°C)	Amperaje General del Equipo (amp)	Observaciones	Diciembre	Temperatura (°C)	Amperaje General del Equipo (amp)	Observaciones	
P 31/06/2022	7°C	7.2 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/07/2022				P 31/08/2022				P 30/09/2022				P 31/10/2022				P 30/11/2022				P 30/12/2022				
R 27/06/2022				R				R					R				R				R				R			
P 31/06/2022	3.7°C	7.2 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/07/2022				P 31/08/2022				P 30/09/2022				P 31/10/2022				P 30/11/2022				P 30/12/2022				
R				R				R					R				R				R				R			
P 31/06/2022	4.7°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/07/2022				P 31/08/2022				P 30/09/2022				P 31/10/2022				P 30/11/2022				P 30/12/2022				
R 27/06/2022				R				R					R				R				R				R			
P 30/06/2022	-17°C	4 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/07/2022				P 31/08/2022				P 30/09/2022				P 31/10/2022				P 30/11/2022				P 30/12/2022				
R 23/06/2022				R				R					R				R				R				R			
P 30/06/2022	5°C	4.6 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/07/2022				P 31/08/2022				P 30/09/2022				P 31/10/2022				P 30/11/2022				P 30/12/2022				
R 23/06/2022				R				R					R				R				R				R			
P 30/06/2022	5°C	5.6 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/07/2022				P 31/08/2022				P 30/09/2022				P 31/10/2022				P 30/11/2022				P 30/12/2022				
R 23/06/2022				R				R					R				R				R				R			
P 30/06/2022	5.6°C	4.5 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/07/2022				P 31/08/2022				P 30/09/2022				P 31/10/2022				P 30/11/2022				P 30/12/2022				
R 27/06/2022				R				R					R				R				R				R			
P 30/06/2022	4°C	4.6 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/07/2022				P 31/08/2022				P 30/09/2022				P 31/10/2022				P 30/11/2022				P 30/12/2022				
R 23/06/2022				R				R					R				R				R				R			
P			NEVERA PRESTADA AL LABORATORIO CLINICO (VER REGISTRO EN LA SECCION DEL LABORATORIO)	P 31/07/2022				P 31/08/2022				P 30/09/2022				P 31/10/2022				P 30/11/2022				P 30/12/2022				
R				R				R					R				R				R				R			
P 30/06/2022	4.5°C	7.3 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/07/2022				P 31/08/2022				P 30/09/2022				P 31/10/2022				P 30/11/2022				P 30/12/2022				
R 27/06/2022				R				R					R				R				R				R			
P 30/06/2022	3°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/07/2022				P 31/08/2022				P 30/09/2022				P 31/10/2022				P 30/11/2022				P 30/12/2022				
R 27/06/2022				R				R					R				R				R				R			
P 30/06/2022	-18.1°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/07/2022				P 31/08/2022				P 30/09/2022				P 31/10/2022				P 30/11/2022				P 30/12/2022				
R 23/06/2022				R				R					R				R				R				R			
P 30/06/2022	-15.°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/07/2022				P 31/08/2022				P 30/09/2022				P 31/10/2022				P 30/11/2022				P 30/12/2022				
R 27/06/2022				R				R					R				R				R				R			
P 30/06/2022	3.1°C	9 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/07/2022				P 31/08/2022				P 30/09/2022				P 31/10/2022				P 30/11/2022				P 30/12/2022				
R 27/06/2022				R				R					R				R				R				R			
P 30/06/2022	8°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/07/2022				P 31/08/2022				P 30/09/2022				P 31/10/2022				P 30/11/2022				P 30/12/2022				
R 23/06/2022				R				R					R				R				R				R			
P 30/06/2022	5.7°C	3.2 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/07/2022				P 31/08/2022				P 30/09/2022				P 31/10/2022				P 30/11/2022				P 30/12/2022				
R 23/06/2022				R				R					R				R				R				R			
P 30/06/2022	-7°C ARRIBA / 2.8°C ABAJO	4.1 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE	P 31/07/2022				P 31/08/2022				P 30/09/2022				P 31/10/2022				P 30/11/2022				P 30/12/2022				
R 23/06/2022				R				R					R				R				R				R			