



PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA 2023

HOSPITAL DOCTOR VINICIO CALVENTI



ITEM	FRECUENCIA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Observaciones
1 INFRAESTRUCTURA FISICA														
Aspecto Pintura Paredes internas	90 dias			1			1			1			1	
Aspecto Pintura Paredes Externas	1 dia/año												1	
Pintura Asepticas	180 dias						1						1	
Pisos asepticos	180 dias						1						1	
Pisos generales	180 dias						1						1	
Estructura de Techos(Plafones)	180 dias						1						1	
Lona Asfaltica	90 dias			1			1			1			1	
Ventanas	180 dias						1						1	
Filtraciones	90 dias			1			1			1			1	
Parqueos y aceras													1	
Tuberias de Drenaje	180 dias						1						1	
Mobiliario de Oficina y Consultorios	180 dias						1						1	
Malla Perimetral	90 dias			1			1			1			1	
Herreria de Ventanas y puertas	90 dias			1			1			1			1	
Sistema de Distribucion de agua	90 dias			1			1			1			1	
Sistema de Almacenamiento de Agua(Cisterna)	90 dias			1			1			1			1	
Jardineria y Control de Plagas	90 dias			1			1			1			1	
2 INSTALACIONES ELECTRICAS														
Salidas electricas(Tomacorrientes)	90 dias			1			1			1			1	
Interruptores electricos	180 dias						1						1	
Luminarias internas	90 dias			1			1			1			1	
Luminarias zona perimetral (externas)	90 dias			1			1			1			1	
Paneles electricos	180 dias						1						1	
Paneles de Distribución de energia:														




Emiliana...

	Chequeo de calentamientos de cableria	180 dias						1						1
	Chequeo de consumos	180 dias						1						1
	Apriete de bornera de cables	180 dias						1						1
	Otros													
3	EQUIPOS													
3.1	Generadores electricos de Emergencia (Planta Electrica)	90 dias												
	Horas trabajadas	Diario	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
	Nivel de Combustible	Diario	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
	Aceite nivel	90 dias			1			1			1			1
	Agua de enfriamiento	90 dias			1			1			1			1
	Correas del Ventilador	90 dias			1			1			1			1
	Otros (Cambio de aceite y Filtros)	90 dias			1			1			1			1
3.2	Transformadores de Potencia													1
3.3	Unidades de Aire Acondicionado													
	Chequeo de fuga de gas	90 dias			1			1			1			1
	Limpieza de Condensador	90 dias			1			1			1			1
	chequeo de Drenajes	90 dias			1			1			1			1
	Limpieza de unidades Evaporadoras	90 dias			1			1			1			1
	Limpiezas de filtros	90 dias			1			1			1			1
	Otros													
3.4	Sistema de UPS:													
	Verificaciones de Paneles electricos	90 dias			1			1			1			1
	Verificaciones de conexiones y apriete	90 dias			1			1			1			1
	Otros													
3.5	Extractores de aire	180 dias						1						1
3.6	Sistema contra Incendio:	90 dias			1			1			1			1
	Extintores	90 dias			1			1			1			1
	Alarmas contra incendio	90 dias			1			1			1			1
3.7	Bombas de Agua y Cisterna:													
	Nivel de la cisterna	Diario	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
	Bomba de servicio	90 dias			1			1			1			1
	Clorificacion de la cisterna	90 dias			1			1			1			1
	Lavado de cisterna	90 dias			1			1			1			1
3.8	Gases Medicos (GENESYS TRI-TECH MEDICAL INC)													
	Nivel de aceite	90 dias			1			1			1			1



	Nivel de vacío	90 días				1				1				1
	Chequeo de fugas y liqueo	90 días				1				1				1
	Limpiezas de filtros	90 días				1				1				1
3.9	Distribuidor de Oxígeno	90 días				1				1				1
	chequeo de fugas en tomas y presion	90 días				1				1				1
	Chequeo de tuberías de distribución	90 días				1				1				1
	Chequeo de alumbrados	90 días				1				1				1
	Otros													
	Lavadoras Y Secadoras													
	Limpieza de paneles	90 días				1				1				1
	Chequeo de consumo	90 días				1				1				1
	limpieza de filtros	90 días				1				1				1
	Chequeo de consumo de Detergentes	90 días				1				1				1
	Otros													
	Estufas y hornos													
	Chequeo de tuberías de suministro de gas	90 días				1				1				1
	Verificación de Hornillas	90 días				1				1				1
	Otros													
	Chequeo de Neveras y cuartos frio(Farmacia y Almacen de Medicamentos)													
	Alumbrado y tomas	90 días				1				1				1
	Acondicionadores de aires	90 días				1				1				1
4	INSTALACIONES SANITARIAS													
	Filtrantes	180 días								1				1
	Lavamanos	180 días								1				1
	Colectores	30 días	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Sistema de Distribucion de Agua	90 días				1				1				1
	Plomerías:	90 días				1				1				1
	Verificación de fugas en Tuberías.	90 días				1				1				1
	Chequeo de Inodoros y Lavamanos.	90 días				1				1				1
	Chequeo de griferías	90 días				1				1				1
	Otros													
	Sistema de Almacenamiento de Agua	30 días	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Verificación de fugas en Tuberías.													
	Nivel de la cisterna													
	Clorificacion de la cisterna	30 días	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lavado de cisterna													
5	REDES Y COMUNICACIONES													



ITEM	DISPOSITIVO	FRECUENCIA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Observaciones
1	Maquinas de Anestecia														
	Evaluacion Funcional	90 dias			1			1			1			1	
	Limpieza/Cambio de Filtro	7 dias	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	Lamparas Cielitica														
	Evaluacion Funcional	Diario	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	
3	Autoclave														
	Revison de filtros	7 dias	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Revison de compresores	7 dias	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	Electrocardiograma														
	Inspeccion Fisica	Diario	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	
4	Ventiladores														
	Revison y cambio de filtros de aire	90 dias			1			1			1			1	
	Revison y cambio de filtros de oxigeno	180 dias						1						1	
5	Monitores														
	Limpieza	7 dias	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	Aspiradores														
	Revison y cambio de filtro de aire	90 dias			1			1			1			1	
	Limpeza Interna	90 dias			1			1			1			1	
7	Incubadoras														
	Revison y cambio de filtro de aire	90 dias			1			1			1			1	
	Revison y cambio de sensor de oxigeno	90 dias			1			1			1			1	
	Inspeccion fisica de equipo	180 dias						1						1	
8	Servocunas														
	Inspeccion fisica de equipo	180 dias						1						1	
9	Desfibriladores														
	Inspeccion fisica	60 dias		1		1		1		1		1		1	
	Prueba de carga y descarga	60 dias		1		1		1		1		1		1	
	Prueba de baterias	60 dias		1		1		1		1		1		1	
10	Mesa Quirurgica														
	Descontaminacion	90 dias			1			1			1			1	
	Inspeccion fisica	90 dias			1			1			1			1	
	Chaqueo de Hidraulico	90 dias			1			1			1			1	
11	Camas de paro														
	Descontaminacion	90 dias			1			1			1			1	



	Inspeccion fisica	90 dias			1			1			1			1
	Evaluacion y funcionamiento	90 dias			1			1			1			1
12 Camas														
	Descontaminacion	90 dias			1			1			1			1
	Inspeccion fisica	90 dias			1			1			1			1
	Evaluacion y funcionamiento	90 dias			1			1			1			1
13 Camillas														
	Descontaminacion	90 dias			1			1			1			1
	Inspeccion fisica	90 dias			1			1			1			1
	Evaluacion y funcionamiento	90 dias			1			1			1			1
14 Centrífugas														
	Inspeccion fisica y ajuste	90 dias			1			1			1			1
15 Sonografos														
	Evaluacion sistema electrico	90 dias			1			1			1			1
16 Esfigmomanómetros y Estetoscopios														
	Cambio de baterias	30 dias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Calibración													
17 Oxímetros														
	Cambio de baterias	30 dias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18 Termómetros Digitales														
	Cambio de baterias	30 dias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19 Glucómetros Digitales														
	Cambio de baterias	30 dias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Inspeccion fisica	90 dias			1			1			1			1
	Evaluacion y funcionamiento	90 dias			1			1			1			1
20 Nebulizadores Portátiles														
	Inspeccion fisica	90 dias			1			1			1			1
	Evaluacion y funcionamiento	90 dias			1			1			1			1
21 Tanques de Oxigeno														
	Revisión de disponibilidad	Diario	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
	Inspeccion fisica	90 dias			1			1			1			1
	Evaluacion y funcionamiento	90 dias			1			1			1			1
	Calibración de Manómetros(Reguladores de Oxigeno)	90 dias			1			1			1			1
22 Medidores de Oxigeno y de Aire														
	Inspeccion fisica	90 dias			1			1			1			1
	Evaluacion y funcionamiento	90 dias			1			1			1			1
23 Bolsa de Medición de Presión														
	Inspeccion fisica	90 dias			1			1			1			1



	Evaluacion y funcionamiento	90 dias			1			1			1			1
24	Equipos de Laboratorio													
	Inspeccion fisica, Evaluación y Funcionamiento de:													
	Megascopios	90 dias			1			1			1			1
	Ventilador de Baño de Agua	90 dias			1			1			1			1
	BIO SYSTEMS	90 dias			1			1			1			1
	Maquina de Analisis de Hematologia	90 dias			1			1			1			1
	Maquina de Analisis de Quimica	90 dias			1			1			1			1
	BTS Semi-Manual	90 dias			1			1			1			1
25	Area de UCI													
	Maquina anestesia	30 dias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Defibrilados	30 dias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Mesa Quirurgia	30 dias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lampara Cielistica	30 dias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Autoclave	7 dias	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Electrocardiografo	7 dias	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Aspirador Quirurgico	30 dias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ventiladores	30 dias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Monitores	30 dias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Limpiezas y Revisiones Generales	7 dias	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Aires Acondicionados o Recambio Filtros Hepa	7 dias	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Limpieza y Desinfeccion de Ductos	7 dias	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Revision UPS	30 dias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Revision Paneles Aislamiento	30 dias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Gases Medicinales	Diario	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
	Calidad del Agua	Diario	30	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
26	Hemodialisis													
	Sistema de Agua Filtrada	6 meses						1						1
	Lavado del Sistema	30 dias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



Emilia de la Rosa



Roberto Pinos