



MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO I

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	
Consultorio Negatoscopio 1,2,3,4,5,6	Chequeo Lampara 20W	
Planta Eletrica	Chequeo Voltaje de salida, mantenimiento general y fuga de aceite	
Autoclave parto	Chequeo de fuga de agua Verificacion de resistencias, justa rota bomba de agua del generador de vapor	
Aspirador Qurofano Cesarea	Verificacion de Componente del flujo de la inspeccion de vaso recolector	

PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

(Fecha: 07-Julio-2022)

Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad p Revisión
Interruptor de encendido, cable ac,	Preventivo	Mensual
Mantenimiento	Preventivo	
Engrase, lubricacion, ajuste chequeo sistema electrico prueba de funcuionamiento	Corretivo	Corretivo
Calentadora de limpieza general junta de la puerta no sellada error de nivel de agua	Corretivo	Corretivo
<i>Calibracion y liempiezaa general, prueba de funcionamiento</i>	Preventivo	Preventivo

Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo

XXX-FO-XXX Versión: 01

Fecha de aprobación: 4/05/2021

para	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	5/1/2023	5/4/2023	x			x										
	5/2/2023	5/5/2023		x			x									
	17/1/2023	17/4/2023	x				x									
	20/1/2023	17/4/2023	x				x									
	24/1/2023	24/1/2023	X				X									

Este mantenimiento se hace dependiendo del uso de la pl:

anta electrica.