

Programación de Mantenimiento de Neveras

Identificación de Neveras					Frecuencia de Mantenimiento	Enero		Temperatura (°C)	Amperaje General del Equipo (amp)	Observaciones	Febrero		Temperatura (°C)	Amperaje General del Equipo (amp)	Observaciones	Marzo		Temperatura (°C)	Amperaje General del Equipo (amp)	Observaciones	Abril		Temperatura (°C)	Amperaje General del Equipo (amp)	Observaciones
Área	No./Tipo	Marca	Modelo/Especificación	Serie		P	R				P	R				P	R				P	R			
ALMACEN	NEVERA # 1	FARCO	VT-40GL-VC-SA2	2014090293	MENSUAL	P	31/01/2023	4.8°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	23/02/2023	5.8°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	31/03/2023	6.7°C	7.1 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	30/04/2023			
	R	25/01/2023	R	23/02/2023	R	28/03/2023																			
	NEVERA # 2	FARCO	VT-40GL-VC-SA2	2014090299	MENSUAL	P	31/01/2023	5.8°C	7.2 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	28/02/2023	7.5°C	6.3 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	31/03/2023	4.8°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	30/04/2023			
	R	26/01/2023	R	23/02/2023	R	28/03/2023																			
	NEVERA # 3	FARCO	VT-40GL-VC-SA2	2014090276	MENSUAL	P	31/01/2023	3.2°C	7.2 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	28/02/2023	3.5°C	6.8 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	31/03/2023	7.2°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	30/04/2023			
	R	26/01/2023	R	23/02/2023	R	28/03/2023																			
LABORATORIO CLINICO	NEVERA # 1	CETRON	RCF35LVBBS0	201510240672	MENSUAL	P	31/01/2023	-15°C	4 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	28/02/2023	10°C	4 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	31/03/2023	-15°C	4 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	30/04/2023			
	R	26/01/2023	R	23/02/2023	R	28/03/2023																			
	NEVERA # 2	FARCO	VT-22GL	2014030023	MENSUAL	P	31/01/2023	5°C	4.8 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	23/02/2023	4°C	4.8 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	31/03/2023	4°C	4.7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	30/04/2023			
	R	26/01/2023	R	23/02/2023	R	28/03/2023																			
	NEVERA # 3	FARCO	VT-50GL	2014020174	MENSUAL	P	31/01/2023	4°C	5.7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	26/02/2023	5°C	5.7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	31/03/2023	5°C	5.5 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	30/04/2023			
	R	26/01/2023	R	23/02/2023	R	28/03/2023																			
NEVERA # 4 (NEVERA # 2 DE AMPOLLAS DE LA FARMACIA DE ALTO COSTO)	FARCO	VT-22GL	2011090116	MENSUAL	P	31/01/2023	5.7°C	4.7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	28/02/2023	5.4°C	4.8 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	31/03/2023	5.4°C	4.8 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	30/04/2023				
R	26/01/2023	R	23/02/2023	R	28/03/2023																				
ALTO COSTO	NEVERA # 1	FARCO	VT-22GL	201400275	MENSUAL	P	31/01/2023	5°C	4.6 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	28/02/2023	7°C	4.4 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	31/03/2023	5°C	4.7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	30/04/2023			
	R	26/01/2023	R	23/02/2023	R	28/03/2023																			
	NEVERA # 2	FARCO	VT-22GL	2011090116	MENSUAL	P	VER REGISTRO EN SESION DEL LABORATORIO CLINICO ARRIBA				P	VER REGISTRO EN SESION DEL LABORATORIO CLINICO ARRIBA				P	VER REGISTRO EN SESION DEL LABORATORIO CLINICO ARRIBA				P	VER REGISTRO EN SESION DEL LABORATORIO CLINICO ARRIBA			
	R		R		R						R					R						R			
	NEVERA # 3	THERMO	MR49SS-GAEE-1S	125921001150818	MENSUAL	P	31/01/2023	3.5°C	7.4 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	26/02/2023	3.4°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	31/03/2023	3.6°C	7.2 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	30/04/2022			
	R	26/01/2023	R	23/02/2023	R	28/03/2023																			
NEVERA # 4	THERMO	MR49S-GAEE-1S	125920901150818	MENSUAL	P	31/01/2023	3.2°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	28/02/2023	3.5°C	7.1 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	31/03/2023	2.8°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	30/04/2022				
R	26/01/2023	R	23/02/2023	R	28/03/2023																				
BANCO DE SANGRE	NEVERA # 1	EQUITEC	EVF284/30	11129341	MENSUAL	P	31/01/2023	16.8°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	28/02/2023	-17°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	31/03/2023	-16.8°C	7.1 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	30/04/2022			
	R	26/01/2023	R	23/02/2023	R	28/03/2023																			
	NEVERA # 2	EQUITEC	EVF284/30	11129342	MENSUAL	P	31/01/2023	16°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	28/02/2023	15°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	31/03/2023	-15°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	30/04/2023			
	R	26/01/2023	R	23/02/2023	R	28/03/2023																			
	NEVERA # 3	EQUITEC	EBBS25C	116352401111027	MENSUAL	P	31/01/2023	2.9°C	9 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	28/02/2023	3.3°C	9 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	31/03/2023	3.4°C	9 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	30/04/2023			
	R	26/01/2023	R	23/02/2023	R	28/03/2023																			
NEVERA # 4	FARCO	VT-40GL-US-SA2	2014090265	MENSUAL	P	31/01/2023	7.5°C	7.1 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	28/02/2023	3°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	31/03/2023	4°C	7 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	30/04/2023				
R	26/01/2023	R	24/02/2023	R	29/03/2023																				
PATOLOGIA	NEVERA DE PRUEBAS	LBM	LAB0250B1TV1508	MATRICULA/ 40802	MENSUAL	P	31/01/2023	-7°C ARRIBA / 4°C ABAJO	4.2 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	28/02/2023	-7°C ARRIBA / 2.5°C ABAJO	4.2 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	31/03/2023	-7°C ARRIBA / 3°C ABAJO	4.3 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	30/04/2023			
	R	26/01/2023	R	23/02/2023	R	26/03/2023																			
	NEVERA DE LIQUIDOS CORPORALES	CETRON	RCF40LVBBS0	201308191301	MENSUAL	P	31/01/2023	4°C	3.1 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	28/02/2023	4°C	3.5 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	31/03/2023	4.2°C	3 AMP	ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL / ACEPTABLE	P	30/04/2023			
	R	26/01/2023	R	23/02/2023	R	28/03/2023																			

LEYENDA:
 P = PROGRAMADO
 R = REALIZADO



[Handwritten signature]