

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar
Aire Acondicionado Consola	Mantenimiento Preventivo equipo calibracion y revicion de Voltaje. Medicina Familiar	Valores de funcionamiento Equipo funcionamiento correctamente y en perfecto estado para su correcto uso
Balanza Pediatrica	Mantenimiento Preventivo prueba de funcionamiento del equipo	Verificacion calibracion de este en perfecto estado para su uso.
Maquina de Anestecia Cirugia	Reparacion de fugas interna, calidacion mantenimiento y limpieza equipo.	Realizando pruebas de funcionamiento correctamente y perfecto estado para su uso.
Maquina de Anestecia Cirugia	Chequeo general mantenimiento preventivo, cambio de fuelle en maquina Anestecia.	De funcionamiento y calibracion E higienizacion equipo funacionamiento correctamente y en perfecto
Cama de cirugia	Reparacion del sistema hidraulico equipo funcionamiento Corretamente.	Funcionamiento correctamente del equipo.
Ventilador de cirugia	Chequeo general revision de valores equipo funcionamiento de valores equipo funcionamiento.	E higienizacion correctamente y en perfecto estado y uso.
Ventilador de cirugia	Realizado Mantenimiento pruebas de funcionamiento E higienizacion equipo funcionando correctamente.	Calibracion E higienizacion equipo funcionamiento correctamente y en perfecto estado para su uso.
Sonografo de Ortopedia	Mantenimiento Corretivo de un remplazo de fuerte de alimentacion por daños eletricos.	Funcionamiento correctamente del equipo se le susmitro otro UPS.
RX Portatil	Calibracion de los motores para su correcto mantenimiento corretivo.	E higienizacion correctamente y en perfecto estado y uso.
ElectrocarterioCirugia	Reparacion de fuerte de control mantenimiento corretivo equipo.	Este equipo tenia la fuerte quemada y fue repada

