

**JHMV ELECTRIC-SERVICES S.R.L.**  
Servicio, calidad y compromiso

# JHMV ELECTRIC-SERVICE SRL.

SERVICIOS  
MANTENIMIENTO, REPARACION, ACTUALIZACION  
VENTA Y AUTOMATIZACION  
DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN GENERAL  
CONTACTO: 829-599-1575

## REPORTE TECNICO

RNC:132-80328-2

RPE: 112218

FECHA DEL SERVICIO 09/02/2024

### INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:  
DIRECCION  
TELEFONO

Hospital San Bartolome  
Neyba

### INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO

MODELO

MARCA

SERIE


CLIENTE REPORTA:

### TRABAJO REALIZADO


Cambio de buello en Maquina de Anestecia.

TRABAJO REALIZADO POR:

Jayson Perez







**JHMV ELECTRIC-SERVICES S.R.L**  
Servicio, calidad y compromiso

# JHMV ELECTRIC-SERVICE SRL.

SERVICIOS  
MANTENIMIENTO, REPARACION, ACTUALIZACION  
VENTA Y AUTOMATIZACION  
DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN GENERAL

CONTACTO: 829-599-1575

## REPORTE TECNICO

RNC:132-80328-2

RPE: 112218

FECHA DEL SERVICIO 09/02/2024

### INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:  
DIRECCION  
TELEFONO

Hospital San Bartolome  
Jeyba

### INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO

MODELO

MARCA

SERIE

CLIENTE REPORTA:


\_\_\_\_\_

### TRABAJO REALIZADO


2 Mangueras para Ventilador

TRABAJO REALIZADO POR:

Jeyson Pérez







**JHMV ELECTRIC-SERVICES S.R.L.**  
Servicio, calidad y compromiso

# JHMV ELECTRIC-SERVICE SRL.

SERVICIOS  
MANTENIMIENTO, REPARACION, ACTUALIZACION  
VENTA Y AUTOMATIZACION  
DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN GENERAL

CONTACTO: 829-599-1575

## REPORTE TECNICO

RNC:132-80328-2

RPE: 112218

FECHA DEL SERVICIO 3 / 2 / 2024

### INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:  
DIRECCION  
TELEFONO

Hospital San Bartolome

### INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO	MODELO
<u>Máquina de aneslesia</u>	_____
MARCA	SERIE
<u>Beijing</u>	<u>341505042</u>

### CLIENTE REPORTA:


Instalación y puesta en funcionamiento

### TRABAJO REALIZADO

chequeo general equipo llega con piezas fallantes se cotiza para las corrección de las fallas  
Se realiza Mantenimiento y lim pieza

### TRABAJO REALIZADO POR:

May D. Vofler







**JHMV ELECTRIC-SERVICES S.R.L**  
 Servicio, calidad y compromiso

# JHMV ELECTRIC-SERVICE SRL.

SERVICIOS  
 MANTENIMIENTO, REPARACION, ACTUALIZACION  
 VENTA Y AUTOMATIZACION  
 DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN GENERAL

CONTACTO: 829-599-1575

## REPORTE TECNICO

RNC:132-80328-2

RPE: 112218

FECHA DEL SERVICIO 3/2/2024

### INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:  
 DIRECCION  
 TELEFONO

Hospital San Bartolome  
Negba

### INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO

MODELO

Maquina de anestesia  
 MARCA

Beijing  
 SERIE  
341410034

CLIENTE REPORTA:


Instalacion y puesta en funcionamiento

### TRABAJO REALIZADO

Reparacion de fugas internas, calibracion  
Mantenimiento y limpieza equipo funcionando  
Correctamente.

TRABAJO REALIZADO POR:

May D. Vazler







**JHMV ELECTRIC-SERVICES S.R.L.**  
Servicio, calidad y compromiso

# JHMV ELECTRIC-SERVICE SRL.

SERVICIOS  
MANTENIMIENTO, REPARACION, ACTUALIZACION  
VENTA Y AUTOMATIZACION  
DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN GENERAL  
CONTACTO: 829-599-1575

## REPORTE TECNICO

RNC:132-80328-2

RPE: 112218

FECHA DEL SERVICIO 3/2/2024

### INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:  
DIRECCION  
TELEFONO

Hospital San Balduino  
Negba

### INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO

MODELO

Electrocaudero  
MARCA  
Wem

SERIE


CLIENTE REPORTA:

instalacion y Puesto en funcionamiento

### TRABAJO REALIZADO

Reparacion de fuente de control Mantenimiento  
Correctivo equipo funciono correctamente  
Este equipo tenia la fuente quemada  
y fue reparada.

TRABAJO REALIZADO POR:







**JHMV ELECTRIC-SERVICES S.R.L.**  
Servicio, calidad y compromiso

# JHMV ELECTRIC-SERVICE SRL.

SERVICIOS  
MANTENIMIENTO, REPARACION, ACTUALIZACION  
VENTA Y AUTOMATIZACION  
DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN GENERAL  
CONTACTO: 829-599-1575

## REPORTE TECNICO

RNC:132-80328-2

RPE: 112218

FECHA DEL SERVICIO 3/2/2024

### INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:  
DIRECCION  
TELEFONO

Hospital San Bartolome  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO

Rx portatil

MODELO

Topaz-400

MARCA

DRGEM

SERIE

DRR19C0033A

CLIENTE REPORTA:


Equipo no controla los Movimientos  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### TRABAJO REALIZADO


Calibracion de los Motores para su  
correcto movimiento, Mantenimiento  
correctivo equipo funciono correctamente  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

TRABAJO REALIZADO POR:

Maya Velez







**JHMV ELECTRIC-SERVICES S.R.L**  
 Servicio, calidad y compromiso

# JHMV ELECTRIC-SERVICE SRL.

SERVICIOS  
 MANTENIMIENTO, REPARACION, ACTUALIZACION  
 VENTA Y AUTOMATIZACION  
 DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN GENERAL

CONTACTO: 829-599-1575

## REPORTE TECNICO

RNC:132-80328-2

RPE: 112218

FECHA DEL SERVICIO 2/3/2024

### INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:  
 DIRECCION  
 TELEFONO

Hospital San Bartolome  
Vegada

### INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO

MODELO

Sangre (Corp.)  
 MARCA

512  
 SERIE

Sano Scope

0452573528

CLIENTE REPORTA:

Equipo no enciende


### TRABAJO REALIZADO

Arreglo de fuente de alimentacion  
por que se quemaron los cables electricos  
Monte y conecte correctamente equipo funcionando

Nota: El equipo no tiene UPS  
se le suministrara uno

TRABAJO REALIZADO POR:


Mary D. Vazquez











**JHMV ELECTRIC-SERVICES S.R.L.**  
 Servicio, calidad y compromiso

# JHMV ELECTRIC-SERVICE SRL.

**SERVICIOS**  
 MANTENIMIENTO, REPARACION, ACTUALIZACION  
 VENTA Y AUTOMATIZACION  
 DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN GENERAL

**CONTACTO: 829-599-1575**

## REPORTE TECNICO

RNC:132-80328-2

RPE: 112218

FECHA DEL SERVICIO 3/2/2024

### INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:  
 DIRECCION  
 TELEFONO

Hospital San Bartolome  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO

MODELO

Ventilador  
 MARCA  
Resvent

I Hope  
 SERIE

### CLIENTE REPORTA:


Mantenimiento Preventivo  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### TRABAJO REALIZADO


chequeo general revision de valores  
equipo funcionando correctamente  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

TRABAJO REALIZADO POR:

\_\_\_\_\_







**JHMV ELECTRIC-SERVICES S.R.L.**  
 Servicio, calidad y compromiso

# JHMV ELECTRIC-SERVICE SRL.

**SERVICIOS**  
 MANTENIMIENTO, REPARACION, ACTUALIZACION  
 VENTA Y AUTOMATIZACION  
 DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN GENERAL

**CONTACTO: 829-599-1575**

## REPORTE TECNICO

RNC:132-80328-2

RPE: 112218

FECHA DEL SERVICIO 3 / 2 / 2024

### INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:  
 DIRECCION  
 TELEFONO

Hospital San Bartolome

### INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO

MODELO

Ventilador  
 MARCA  
Resvent

I Hope  
 SERIE

CLIENTE REPORTA:


Mantenimiento Preventivo

### TRABAJO REALIZADO

chequeo general, revision de valores  
equipo funcionando correctamente

TRABAJO REALIZADO POR:

Ray D. Valdes







# JHMV ELECTRIC-SERVICE SRL.

SERVICIOS  
MANTENIMIENTO, REPARACION, ACTUALIZACION  
VENTA Y AUTOMATIZACION  
DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN GENERAL  
CONTACTO: 829-599-1575

## REPORTE TECNICO

RNC:132-80328-2

RPE: 112218

FECHA DEL SERVICIO 3/2/2021

### INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:  
DIRECCION  
TELEFONO

Hospital San Bartolome  
Neyba

### INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO

MODELO

Camara Cirugia  
MARCA

Novel 330T  
SERIE  
A010-57-0022

CLIENTE REPORTA:

la Mesa no baja

### TRABAJO REALIZADO

Reparacion del sistema hidraulico  
equipo funcionando correctamente.

TRABAJO REALIZADO POR:

Ray D. Vapla

