



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 19/2/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Cama

Marca: TIMOTION

Modelo: TCI-E3NB-4

Serie: 201904281375

Ubicación: UAE 3VO

Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas:

Mantenimiento preventivo y correctivo

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Tornillo, rondela, tuerca y W40

Condición Final

✓

Valida

Ricardo Delgado

Nombre del Electromédico



Encargado de Area



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo
DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 2/2/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Máquina Anestesia

Marca: LIMITED Modelo: SD-M2000D

Serie: 20031536

Ubicación: Quirófano de lapTa Inventario No. 117772

Periodo: 4M 6M 12M Otro:

Notas: Mantenimientos Preventivos y Correctivos

Descripción de Acciones

Inspección Física
Revisión Operacional
Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

chequeo General

Materiales Utilizados

Sensores de oxígeno y de flexión
Batería

Condición Final

Utilido

Ricardo Delgado
Nombre del Electromédico



[Signature]
Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 5/2/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Monitor de signo vitales

Marca: ARI

Modelo: ARI-800C

Serie: ARI800C19L270013

Ubicación: Reanimación Emergencia Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas: Mantenimiento preventivo

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Chequeo General


Materiales Utilizados

Brozolette

Condición Final

Útil

Ricardo Odgera
Nombre del Electromédico



[Signature]
Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 8/2/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Máquina Anestesia

Marca: General Electric Modelo: Hospire 7100

Serie: AMXFO1006

Ubicación: Quirófano de Emergencia Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas: Mantenimiento Preventivo

Descripción de Acciones

Inspección Física
Revisión Operacional
Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

chequeo general


Materiales Utilizados

Sensores de oxígeno, flujo y Batería

Condición Final

Útil

Ricardo Delgado  [Signature]
Nombre del Electromédico Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: _____

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Electrocauteris

Marca: MEDITECH

Modelo: EKG 1212T

Serie: 19111000003

Ubicación: Bloque 2 de lacta

Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas: Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Alcohol, Goma y lija fina

Condición Final

funcionando

Ricardo Delgado
Nombre del Electromédico



Alfonso Amarguez BH9TA
Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: _____

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Electrocardiograma

Marca: _____

Modelo: EKG 6006

Serie: CIAE 300058

Ubicación: _____

Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas:

Mantenimiento preventivo y correctivo

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico



Otras acciones:

Materiales Utilizados

cable, perita y simulador

Condición Final


✓

Ricardo Delgado

García

Nombre del Electromédico

Encargado de Área





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo
DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 7/2/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: ERG

Marca: Welch Allyn Modelo: CP50

Serie: 39983455

Ubicación: _____ Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas: Mantenimiento Preventivo

Descripción de Acciones

Inspección Física
Revisión Operacional
Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Cable, Alcohol y Cera

Condición Final

Funcional

Ricardo Delgado
Nombre del Electromédico



Juan Carlos
Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo
DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 15/2/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Ventilador Pulmónel

Marca: NEWPORT Modelo: E 360

Serie: N10360716600

Ubicación: _____ Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas: Mantenimiento preventivo y correctivo

Descripción de Acciones

Inspección Física
Revisión Operacional
Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Kid de dióxido de carbono, sensores de flujos y oxígeno.

Condición Final

Funcional

Ricardo Delgado
Nombre del Electromédico



[Signature]
Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 8/2/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Monitores de signos vitales

Marca: Biosonel

Modelo: PM-900

Serie: C716010203

Ubicación: _____

Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas:

mantenimiento preventivo

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados


Brozoleta, cable y calibración

Condición Final

✓

Funcional

Ricardo Delgado
Nombre del Electromédico



[Signature]
Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 18/2/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: electrocardiograma

Marca: medibu

Modelo: MEL

Serie: 912 08 70012 4

Ubicación: enfermería obispo B

Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas:

Mantenimiento Preventivo

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Cable de Monitoreo y cable accesorio de ECG.

Condición Final

Funcional.



Ricardo Delgado
Nombre del Electromédico

Juan Carlos
Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 12/2/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: nebulizador

Marca: VERHOIAN

Modelo: 11-503

Serie: N/A

Ubicación: Blque B enfermeras 4to piso Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas: mantenimiento preventivo

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Mascarillas y lenguetas de nebulizador.

Condición Final

✓

En Condiciones

Ricardo Odgers

Nombre del Electromédico



[Signature]

Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 19/2/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Nepulizador

Marca: salter

Serie: 8600

Modelo: 83501

Ubicación: _____

Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas: Mantenimiento correctivo

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Manguera y morsiillo de nebuliza

Condición Final

✓ X

Ricardo Odeado

Nombre del Electromédico



[Signature]

Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 11/2/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Auto clouze

Marca: SHIMADA

Modelo: XG14WDD-0.3

Serie: 2006001

Ubicación: _____

Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas: Mantenimiento Preventivo y Conectivo

Descripción de Acciones

Inspección Física
Revisión Operacional
Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Corros, agua y mongieras.

Condición Final

Ricardo Delgado

Nombre del Electromédico



[Signature]

Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 16/2/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Auto clouze

Marca: consolidate

Modelo: 100-36

Serie: 42308

Ubicación: Quiero para 4to

Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas: Mantenimiento preventivo y correctivo

Descripción de Acciones

Inspección Física
Revisión Operacional
Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Goros, maniguera y celenoide

Condición Final

Ricardo Ojeda



[Signature]

Nombre del Electromédico

Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 13/2/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Nebulizadores

Marca: Verocan

Modelo: _____

Serie: 14367

Ubicación: Block de Ca 4to

Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas: Mantenimiento preventivo

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Morquilla y manguera de nebulizos

Condición Final

✓

Ricardo Delgado

Nombre del Electromédico



[Signature]
Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 7/2/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: ASPIRADORA

Marca: SHOCo

Modelo: S130A

Serie: Sm24K00343

Ubicación: _____

Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas:

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

AGUA oxigenada alcohol y gasa

Condición Final

✓

OPERATIVO

wherfi Florean

Nombre del Electromédico



[Signature]
Encargado de Área