



**D'ULLOA**  
INGENIERÍA BIOMÉDICA, S.R.L.

## REPORTE DE MANTENIMIENTO

Fecha de solicitud: <u>19/02/2024</u>	<b>TIPO DE MANTENIMIENTO</b>		
Solicitante: <u>Hon. Presidente E. Urdía</u>	<b>CRITERIO</b>	<b>A= URGENTE</b>	
Departamento: <u>Rayos X</u>		<b>B= ORDINARIO</b>	
Máquina y/o equipo: <u>Americo MP</u>	<b>MP</b> <input type="checkbox"/> <b>MC</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SERVICIO</b> <input type="checkbox"/>	<b>C= PROGRAMABLE</b>	
Código: <u>D325</u>	<b>PRIORIDAD A</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>B</b> <input type="checkbox"/> <b>C</b> <input type="checkbox"/>	<b>HORA:</b> <u>1:00 Pm.</u>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FALLA O EQUIPO</b>			
<u>Problema con KV +</u>			
<u>Cambio TAP Switch</u>			
<u>Ajuste colimador</u>			
<b>MATERIALES EMPLEADOS O REFACCIONES</b>			
<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>\$ UNITARIO</b>

D'ULLOA  
Realizado por

Recibido por



Fecha de solicitud: <u>19/02/2024</u>	<b>TIPO DE MANTENIMIENTO</b>	
Solicitante: <u>Hca. Presidente R. Ureña</u>	<b>CRITERIO</b>	<b>A= URGENTE</b>
Departamento: <u>Rayos X</u>		<b>B= ORDINARIO</b>
Máquina y/o equipo: <u>CA</u>	<b>MP</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>MC</b> <input type="checkbox"/> <b>SERVICIO</b> <input type="checkbox"/>	<b>C= PROGRAMABLE</b>
Código: <u>AGFA (Dicom PACS)</u>	<b>PRIORIDAD A</b> <input type="checkbox"/> <b>B</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>C</b> <input type="checkbox"/>	<b>HORA:</b> <u>2:00 Pm.</u>

**DESCRIPCIÓN DE LA FALLA O EQUIPO**  
Instalación PACS Para manejo de imágenes

<b>MATERIALES EMPLEADOS O REFACCIONES</b>			
<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>\$ UNITARIO</b>

Fog. W. R. Ureña  
Realizado por

\_\_\_\_\_  
Recibido por

**FORMULARIO PARA SOLICITUD DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO**

Fecha: 29/02/24

Área: Servicio al cliente

Trabajo a Realizar
<i>control de aire no funciona</i>

Observación

*Lamberto Pérez Durán*  
Firma Solicitante

*Alisa Solales*  
Firma técnico

**FORMULARIO PARA SOLICITUD DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO**

Fecha: 29/02/24

Área: servicio al cliente

Electricidad			
Instalación de Lámpara		Instalación Tomacorriente	Otros
Cambio de Lámpara		Cambio de Tomacorriente	
Instalación de bombillo		Alimentación Eléctrica	
Cambio de Bombillo		Instalación de Braker	
Instalación de Interruptor		Cambio de Breaker	
Cambio de Interruptor		Instalación de Enchufe	
Sustitución de Cables		Cambio de Enchufe	
Plomería			
Instalación de Ducha		Instalación de Lavamanos	Instalación de Inodoro
Cambio de Regadera		Cambio llave	Cambio Llave Codo Inod.
Cambio de Cucuyera		Cambio Boquilla	Cambio Manguera Lavam.
Cambio de Vástago		Cambio de Sifón	Cambio Manguera Inodoro
Cambio de Camisa		Cambio Llave Codo Lav.	Cambio de Tapa
Destape de drenaje		Cambio Manguera	Palanca de descarga
Instalación de drenaje		Mantenimiento Lavamanos	Cambio de flota Inodoro
Cadena Descarga Inodoro		Cambio de Sapito Inodoro	Otros
Refrigeración			
Instalación de Aire Acond.		Instalación Bomba Drenaje	Cambio de Breaker
Sustitución de Condensador		Limpieza de Drenaje	Cambio de Capacitor
Sustitución de Consola		Suministro de Drenaje	Limpieza Condensador
Suministro de Refrigerante		Limpieza General	Otras Reparaciones
✓ Mantenimiento General		Limpieza de Consola	
Otros Servicios realizados por Mantenimiento			
Observaciones			
<u>Cambio de pila</u>			

Luis Pérez Arán  
**Encargado de Área**

Rosa Solórzano  
**Realizado Por**

**FORMULARIO PARA SOLICITUD DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO**

Fecha: 28/02/24

Área: Cura

Trabajo a Realizar
<i>dar mantenimiento a aire</i>

Observación

*[Handwritten Signature]*  
Firma Solicitante

*[Handwritten Signature]*  
Firma técnico

**FORMULARIO PARA SOLICITUD DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO**

Fecha: 28/02/24

Área: Cura

Electricidad			
Instalación de Lámpara		Instalación Tomacorriente	Otros
Cambio de Lámpara		Cambio de Tomacorriente	
Instalación de bombillo		Alimentación Eléctrica	
Cambio de Bombillo		Instalación de Braker	
Instalación de Interruptor		Cambio de Breaker	
Cambio de Interruptor		Instalación de Enchufe	
Sustitución de Cables		Cambio de Enchufe	
Plomería			
Instalación de Ducha		Instalación de Lavamanos	Instalación de Inodoro
Cambio de Regadera		Cambio llave	Cambio Llave Codo Inod.
Cambio de Cucuyera		Cambio Boquilla	Cambio Manguera Lavam.
Cambio de Vástago		Cambio de Sifón	Cambio Manguera Inodoro
Cambio de Camisa		Cambio Llave Codo Lav.	Cambio de Tapa
Destape de drenaje		Cambio Manguera	Palanca de descarga
Instalación de drenaje		Mantenimiento Lavamanos	Cambio de flota Inodoro
Cadena Descarga Inodoro		Cambio de Sapito Inodoro	Otros
Refrigeración			
Instalación de Aire Acond.		Instalación Bomba Drenaje	Cambio de Breaker
Sustitución de Condensador		Limpieza de Drenaje	Cambio de Capacitor
Sustitución de Consola		Suministro de Drenaje	Limpieza Condensador
Suministro de Refrigerante		Limpieza General	Otras Reparaciones
<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento General		Limpieza de Consola	
Otros Servicios realizados por Mantenimiento			
Observaciones			

Bra / De los  
**Encargado de Área**

Cesar Salazar  
**Realizado Por**

**FORMULARIO PARA SOLICITUD DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO**

Fecha: 28/02/24

Área: Área de Farmacia

Trabajo a Realizar
<u>Aires Noventón</u>

Observación

*[Firma]*  
Firma Solicitante

*[Firma]*  
Firma técnico

**FORMULARIO PARA SOLICITUD DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO**

Fecha: 28/02/24

Área: Plumero de farmacia

Electricidad				
Instalación de Lámpara		Instalación Tomacorriente		Otros
Cambio de Lámpara		Cambio de Tomacorriente		
Instalación de bombillo		Alimentación Eléctrica		
Cambio de Bombillo		Instalación de Braker		
Instalación de Interruptor		Cambio de Breaker		
Cambio de Interruptor		Instalación de Enchufe		
Sustitución de Cables		Cambio de Enchufe		
Plomería				
Instalación de Ducha		Instalación de Lavamanos		Instalación de Inodoro
Cambio de Regadera		Cambio llave		Cambio Llave Codo Inod.
Cambio de Cucuyera		Cambio Boquilla		Cambio Manguera Lavam.
Cambio de Vástago		Cambio de Sifón		Cambio Manguera Inodoro
Cambio de Camisa		Cambio Llave Codo Lav.		Cambio de Tapa
Destape de drenaje		Cambio Manguera		Palanca de descarga
Instalación de drenaje		Mantenimiento Lavamanos		Cambio de flota Inodoro
Cadena Descarga Inodoro		Cambio de Sapito Inodoro		Otros
Refrigeración				
Instalación de Aire Acond.		Instalación Bomba Drenaje		Cambio de Breaker
Sustitución de Condensador		Limpieza de Drenaje		Cambio de Capacitor
Sustitución de Consola		Suministro de Drenaje		Limpieza Condensador
✓ Suministro de Refrigerante		Limpieza General		✓ Otras Reparaciones
Mantenimiento General		Limpieza de Consola		
Otros Servicios realizados por Mantenimiento				
Observaciones				
<u>sustitucion de cables de alumbración</u>				

[Firma]  
Encargado de Área

[Firma]  
Realizado Por



**REGISTRO DE FUMIGACIÓN**

Fecha: 1.2.24 Hora: 4:30 Responsable: Víctor Martínez

Producto Utilizado: 200CC CYBOR 10FA

Áreas	Estado
Cocina	✓
Emergencia de Cirugía	✓
Servicio al Cliente	✓
Cuarto de Cura	✓
Mantenimiento	✓
Suministro	
Estación Enfermería (Emergencia General)	✓
Baños Públicos	✓
Embelllecimiento	✓
Lavandería	✓
Patio Exterior	✓
Oficinas Administrativas	✓
Almacén de Farmacia	✓
Cuarto de Seguridad	✓
Archivo	✓
Cuarto de Limpieza	✓
UCI	
Hemodiálisis	

Áreas	Estado
Laboratorio Muestra	
Laboratorio General	
Banco de sangre	
Sonografía	
Psicología	
Adolescentes	
Ginecología	
Maternidad	
Consultorios de Consulta Especializadas	
Odontología	



*[Signature]*  
**Víctor Martínez**  
 Enc. Embellecimiento

*[Signature]*  
**José Peña**  
 Enc. Fumigación



## REGISTRO DE FUMIGACIÓN

**Fecha:** 3.2.24 **Hora:** 10.30 AM **Responsable:** Víctor Martínez

**Producto Utilizado:** Cybor.

Áreas	Estado
Cocina	✓
Emergencia de Cirugía	✓
Servicio al Cliente	✓
Cuarto de Cura	✓
Mantenimiento	✓
Suministro	
Estación Enfermería (Emergencia General)	✓
Baños Públicos	✓
Embelllecimiento	✓
Lavandería	✓
Patio Exterior	✓
Oficinas Administrativas	✓
Almacén de Farmacia	✓
Cuarto de Seguridad	✓
Archivo	✓
Cuarto de Limpieza	✓
UCI	
Hemodiálisis	
<u>Rojo X</u>	

Áreas	Estado
Laboratorio Muestra	
Laboratorio General	
Banco de sangre	
Sonografía	✓
Psicología	
Adolescentes	
Ginecología	
Maternidad	
Consultorios de Consulta Especializadas	✓
Odontología	



**Victor Martínez**  
**Enc. Embellecimiento**



**José Peña**  
**Enc. Fumigación**



## REGISTRO DE FUMIGACIÓN

**Fecha:** 08/02/24 **Hora:** \_\_\_\_\_ **Responsable:** Víctor Martínez

**Producto Utilizado:** Fibromil 200 cc

Áreas	Estado
Cocina	✓
Emergencia de Cirugía	✓
Servicio al Cliente	✓
Cuarto de Cura	✓
Mantenimiento	✓
Suministro	
Estación Enfermería (Emergencia General)	✓
Baños Públicos	✓
Embellecimiento	✓
Lavandería	✓
Patio Exterior	✓
Oficinas Administrativas	✓
Almacén de Farmacia	✓
Cuarto de Seguridad	✓
Archivo	✓
Cuarto de Limpieza	✓
UCI	✓
Hemodiálisis	

Áreas	Estado
Laboratorio Muestra	✓
Laboratorio General	
Banco de sangre	✓
Sonografía	✓
Psicología	
Adolescentes	
Ginecología	
Maternidad	
Consultorios de Consulta Especializadas	
Odontología	



**Víctor Martínez**  
Enc. Embellecimiento



*Josefina*  
Enc. Fumigación



## REGISTRO DE FUMIGACIÓN

Fecha: 16.2.24 Hora: 4:00 pm Responsable: Víctor Martínez

Producto Utilizado: Fipronil 230cc

Áreas	Estado
Cocina	✓
Emergencia de Cirugía	✓
Servicio al Cliente	✓
Cuarto de Cura	✓
Mantenimiento	✓
Suministro	✓
Estación Enfermería (Emergencia General)	✓
Baños Públicos	✓
Embelllecimiento	✓
Lavandería	✓
Patio Exterior	✓
Oficinas Administrativas	✓
Almacén de Farmacia	✓
Cuarto de Seguridad	✓
Archivo	✓
Cuarto de Limpieza	✓
UCI	✓
Hemodiálisis	✓
	✓
	✓
	✓

Áreas	Estado
Laboratorio Muestra	
Laboratorio General	
Banco de sangre	
Sonografía	
Psicología	
Adolescentes	
Ginecología	
Maternidad	
Consultorios de Consulta Especializadas	
Odontología	

  
**Víctor Martínez**  
**Enc. Embellecimiento**

  
**Enc. Fumigación**



## REGISTRO DE FUMIGACIÓN

**Fecha:** 22-2-24 **Hora:** 4:30 Pm **Responsable:** Víctor Martínez

**Producto Utilizado:** Fipronil 300 cc

Áreas	Estado
Cocina	✓
Emergencia de Cirugía	✓
Servicio al Cliente	✓
Cuarto de Cura	✓
Mantenimiento	✓
Suministro	✓
Estación Enfermería (Emergencia General)	✓
Baños Públicos	✓
Embelllecimiento	✓
Lavandería	✓
Patio Exterior	✓
Oficinas Administrativas	✓
Almacén de Farmacia	✓
Cuarto de Seguridad	✓
Archivo	✓
Cuarto de Limpieza	✓
UCI	
Hemodiálisis	

Áreas	Estado
Laboratorio Muestra	
Laboratorio General	
Banco de sangre	
Sonografía	✓
Psicología	
Adolescentes	
Ginecología	
Maternidad	
Consultorios de Consulta Especializadas	
Odontología	



**Victor Martínez**  
**Enc. Embellecimiento**



*José...*  
**Enc. Fumigación**



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES  
ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0
Cisterna Lavandería			✓							
Cisterna Maternidad				✓						
Lavamanos Cirugía				✓						
Cisterna La Bandera				✓						
Cisterna Hemodiálisis			✓							
Cisterna Emergencia General										

Fecha: 1.2 24

Hora: 9:30

Producto Utilizado: cloro granulado

Responsable: [Signature]



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES  
ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO								
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0				
Cisterna Lavandería	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓			
Cisterna Maternidad	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓			
Lavamanos Cirugía	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓			
Cisterna La Bandera	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓			
Cisterna Hemodiálisis	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓			
Cisterna Emergencia General	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0				

Fecha: 2.2.24

Hora: 9:30

Producto Utilizado: cloro granulado

Responsable: 



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES  
ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Lavandería	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Maternidad	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Lavamanos Cirugía	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna La Bandera	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Hemodiálisis	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Emergencia General	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					

Fecha: 3.2 24

Hora: 9 30

Producto Utilizado: cloro granulado

Responsable: 





**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0
Cisterna Lavandería	0.3	0.5	1.0	✓	1.5					3.0
Cisterna Maternidad	0.3	0.5	1.0		1.5	✓				3.0
Lavamanos Cirugía	0.3	0.5	1.0		1.5	✓				3.0
Cisterna La Bandera	0.3	0.5	1.0		1.5	✓				3.0
Cisterna Hemodiálisis	0.3	0.5	1.0	✓	1.5					3.0
Cisterna Emergencia General	0.3	0.5	1.0		1.5					3.0

Fecha: 4.2.24

Hora: 9.30

Producto Utilizado: cloro granula

Responsable: 



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES  
 ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO								
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0				
Cisterna Lavandería	0.3	0.5	✓ 1.0	1.5	3.0				
Cisterna Maternidad	0.3	0.5	1.0	✓ 1.5	3.0				
Lavamanos Cirugía	0.3	0.5	1.0	✓ 1.5	3.0				
Cisterna La Bandera	0.3	0.5	1.0	1.5	✓ 3.0				
Cisterna Hemodiálisis	0.3	0.5	1.0	1.5	✓ 3.0				
Cisterna Emergencia General	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0				

Fecha: 5.2.24

Hora: 9.30

Producto Utilizado: cloro granulada

Responsable: *[Signature]*



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES  
ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0
Cisterna Lavandería	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Maternidad	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Lavamanos Cirugía	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna La Bandera	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Hemodiálisis	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Emergencia General	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					

Fecha: 6.2.24

Hora: 9.30

Producto Utilizado: cloro granulado

Responsable: [Signature]



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES  
 ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO								
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0				
Cisterna Lavandería	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓			
Cisterna Maternidad	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0		✓		
Lavamanos Cirugía	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0		✓		
Cisterna La Bandera	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0		✓		
Cisterna Hemodiálisis	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓			
Cisterna Emergencia General	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0				

Fecha: 7. 2 24

Hora: 9-30 AM

Producto Utilizado: cloro granulado

Responsable: 



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO								
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0				
Cisterna Lavandería	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓			
Cisterna Maternidad	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓			
Lavamanos Cirugía	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓			
Cisterna La Bandera	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	✓			
Cisterna Hemodiálisis	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0		✓		
Cisterna Emergencia General	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0				

Fecha: 8.2.24

Hora: 9.30

Producto Utilizado: cloro granulado

Responsable: [Signature]



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Lavandería	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Maternidad	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Lavamanos Cirugía	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna La Bandera	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Hemodiálisis	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Emergencia General	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					

Fecha: 9.2.24

Hora: 9.30

Producto Utilizado: cloro granulado

Responsable: [Signature]



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES  
 ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Lavandería	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Maternidad	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Lavamanos Cirugía	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna La Bandera	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Hemodiálisis	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Emergencia General	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					

**Fecha:** 10.2.24

**Hora:** 9:30

**Producto Utilizado:** cloro granulado

**Responsable:** 



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES  
 ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0
Cisterna Lavandería	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Maternidad	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Lavamanos Cirugía	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna La Bandera	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Hemodiálisis	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Emergencia General	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					

Fecha: 11. 2. 24

Hora: 9. 30 AM

Producto Utilizado: Cloro Granulado

Responsable: [Signature]





**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0
Cisterna Lavandería				✓					✓	
Cisterna Maternidad				✓						
Lavamanos Cirugía				✓						
Cisterna La Bandera									✓	
Cisterna Hemodiálisis									✓	
Cisterna Emergencia General										

Fecha: 12.2.24

Hora: 9.30

Producto Utilizado: cloro granulada

Responsable: [Signature]



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0
Cisterna Lavandería	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Maternidad	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Lavamanos Cirugía	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna La Bandera	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Hemodiálisis	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					
Cisterna Emergencia General	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0					

Fecha: 13.2.24

Hora: 9.30

Producto Utilizado: cloro granulado

Responsable: [Signature]



**DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES  
ABASTECIMIENTOS DE AGUA**

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO									
Cisterna Lavandería	0.3		0.5		1.0		1.5		3.0	
Cisterna Maternidad	0.3		0.5		1.0		1.5		3.0	
Lavamanos Cirugía	0.3		0.5		1.0		1.5		3.0	
Cisterna La Bandera	0.3		0.5		1.0		1.5		3.0	
Cisterna Hemodiálisis	0.3		0.5		1.0		1.5		3.0	
Cisterna Emergencia General	0.3		0.5		1.0		1.5		3.0	

Fecha: 14.2.24

Hora: 9:30

Producto Utilizado: cloro granulada

Responsable: 



## DETERMINACIÓN DE NIVELES DE CLORO EN LOS DIFERENTES ABASTECIMIENTOS DE AGUA

ÁREAS	MEDIDA DE CLORO								
	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0				
Cisterna Lavandería	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0				
Cisterna Maternidad	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0				
Lavamanos Cirugía	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0				
Cisterna La Bandera	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0				
Cisterna Hemodiálisis	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0				
Cisterna Emergencia General	0.3	0.5	1.0	1.5	3.0				

Fecha: 15.2.24

Hora: 9.30

Producto Utilizado: cloro granulado

Responsable: 

