

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

Fecha: Enero 2024.

Codigo: 4.1.1.7.01

ubicación del equipo	Instalación / Maquinaria	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimie nto Prevent. o Correct.	Periodici dad para Revisión	Último Manteni miento	Próxim o Manteni miento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones								
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
SALAS DE ESPERA CONSULTORIO	AIRE ALAD-TN-PAQUETE-INERTE	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias			x																				
TUBERCULOSIS	BALANZA MEDICA PESO	Limpieza	Preventivo	C/ 6 Meses			x																				
TB LABORATORIO	MICROSCOPIO BIOLOGICO	Limpieza	Preventivo	Mensual			x																				
TB LABORATORIO	AIRE	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias			x																				
ODONTOLOGIA	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias			x																				
ODONTOLOGIA	ESTERILIZADOR ODONTOLOGICO	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 3 meses			x																				
ODONTOLOGICO	MICROMOTOR	Limpieza	Preventivo	Mensual			x																				
LABORATORIO	AIRES ACONDICIONADO	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias			x																				
LABORATORIO	NEVERA	chequeo/limpieza	Preventivo	C/ dos meses			x																				
LABORATORIO	MICROSCOPIO	Limpieza	Preventivo	Mensual			x																				
LABORATORIO	CENTRIFUGA	cheque	Preventivo	C/ 3 meses			x																				



