SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

Fecha: Febrero 2024.

Codigo: 4.1.1.7.01

ubicación del equipo	Instalación / Maquinaria	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
SALAS DE ESPERA CONSULTORIO	AIRE ALAD-TN-PAQUETE-INERTE	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x											
TB LABORATORIO	MICROSCOPIO BIOLOGICO	Limpieza	Preventivo	Mensual				x											
TB LABORATORIO	NEVERA PEQUEÑA	chequeo/limpieza	Preventivo	C/ dos meses				x											
ODONTOLOGIA	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x											
ODONTOLOGIA	AIRE ACONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x											
ODONTOLOGIA	DESTARTARIZADOR ULTRASONICO	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 3 meses				x											
ODONTOLOGIA	EQUIPO DE RAYOZ X DENTAL DE PARED (PERIAPICAL)	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 3 meses				x											
ODONTOLOGICO	MICROMOTOR	Limpieza	Preventivo	Mensual				x											
LABORATORIO	ABANICO DE PARED	Limpieza	Preventivo	C/ 3 meses															
LABORATORIO	MICROSCOPIO	Limpieza	Preventivo	Mensual				x											
LABORATORIO	AIRE ACONDICIONADO MAX18000W	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x											

HOSPITAL PROVINCIAL DR. FRANCISCO A. GONZALVO
MANTENIMIENTO
LA ROMANA, REP. DOM.

LABORATORIO	AIRE ACONDICIONADO 12000W	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x													
RAYOS X	TRANSFORMADOR	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 6 meces				x													
VACUNA	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x													
VACUNA	NEVERA	chequeo/limpieza	Preventivo	C/ dos meses				x													
VACUNA	NEVERA	chequeo/limpieza	Preventivo	C/ dos meses				x													
VACUNA	BEBEDERO	Limpieza	Preventivo	C/ 6 Meses				x													
VACUNA	ABANICO DE TECHO	Limpieza	Preventivo	C/ 3 meses																	
AREA DE ESTERILIZACION	MAQUINA DE ESTERILIZAR	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 3 meses				x													
MANTENIMIENTO	ALMARIO METAL	limpieza	preventivo	mensual				x													
SAID 1	BEBEDERO	Limpieza	Preventivo	C/ 6 Meses				x													
SAID 1	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x													
SAID 3	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x													
SAID 3	BALANZA	Limpieza	Preventivo	C/ 6 Meses				x													
INTER-HABITACION1	AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x													
INTER-HABITACION3	AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x													
INTER-HABITACION5	AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x													
INTER-HABITACION8	AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x													
INTER-HABITACION10	AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x													

INTER-HABITACION12	AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x													
INTER-HABITACION14	AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x													
INTER-HABITACION16	AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x													
INTER-HABITACION18	AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x													
INTER-HABITACION20	AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x													
FARMACIA CENTRAL	AIRE ACONDICIONADO 18000W	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x													
COCINA	NEVERA DE UNA PUERTA	chequeo/limpieza	Preventivo	C/ dos meses				x													
COCINA	CONSERVACION DE ALIMENTO	chequeo/limpieza	Preventivo	C/ dos meses				x													
CONTABILIDAD	AIRE SPLIT 18,000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x													
DIRECCION	AIRE SPLIT 24,000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x													
ADMINISTRACION	AIRE 12,000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x													
FACTURACION DE SEGURO	AIRE SPLIT 12,000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x													
AUDITORIA MEDICA	AIRE SPLIT 30,000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x													
CONSULTORIO DE PEDIATRIA 1	AIRE MAX 12000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x													
CONSULTORIO DE PEDIATRIA 1	BALANZA PARA BEBES	Limpieza	Preventivo	C/ 6 Meses				x													
CONSULTORIO DE PEDIATRIA3	AIRE MAX 12000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x													

CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DE	BALANZA DE PESO	Limpieza	Preventivo	C/ 6 Meses				x												
CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y	AIRE MAX 12000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x												
CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y	BALANZA DE PESO	Limpieza	Preventivo	C/ 6 Meses				x												
CONSULTORIO ORTOPEDIA Y CIRUGIA	AIRE INVERTER 12,000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x												
CONSULTORIO PEDRIATRIA 4	ELECTROCARDIÓGRAFO DE 12 CANALES ADULTO/	chequeo	correctivo	anual																
CONSULTORIO PEDRIATRIA 4	BALANZA DE PIE CON TALLÍMETRO, PARA	Limpieza	Preventivo	C/ 6 Meses				x												
CONSULTORIO 3	AIRE MAX 12000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x												
SONOGRAFO	ULTRASONIDO DE TRES TRANSDUCTORES	chequeo	Preventivo	C/ 6 Meses				x												
SONOGRAFIA	ULTRASONIDO DE TRES TRANSDUCTORES	chequeo	preventivo	C/ 6 Meses				x												
MATERNIDAD	AIRE ALA5-TN -INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x												
Atencion al Recien Nacido	AIRE ALA5-TN -INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x												
Quirófano de Cirugía Mayor y Cesárea	MAQUINA DE ANESTESIA 2 GASES CON MONITOREO AVANZADO	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 3 meses				x												
Quirófano de Cirugía Mayor y Cesárea	ASPIRADOR ELÉCTRICO RODABLE PARA SECRECIONES	chequeo	preventivo	C/ 3 meces				x												
Quirófano de Cirugía Mayor y Cesárea	ASPIRADOR ELÉCTRICO RODABLE PARA SECRECIONES	chequeo	preventivo	C/ 3 meces				x												

HOSPITAL PROVINCIAL DR. FRANCISCO A. GONZALVO
MANTENIMIENTO
LA ROMANA, REP. DOM.

Quirófano de Cirugía Mayor y Cesárea	DESFIBRILADOR CARDIACO	chequeo	preventivo	anual																
Quirófano de Cirugía Mayor y Cesárea	DESFIBRILADOR CARDIACO	chequeo	preventivo	anual																
Sala de Parto	AIRE ALA5-TN -INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x												
Neonatal-Aislado	ASPIRADOR ELECTRICO PARA SECRESIONES PORTATIL	chequeo	preventivo	C/ 3 meces				x												
Neonatal-Aislado	EQUIPO DE FOTOTERAPIA CON LUZ LED	chequeo	preventivo																	
Neonatal-Aislado	EQUIPO DE FOTOTERAPIA CON LUZ LED	chequeo	preventivo																	
AREA DE ESTAR-VESTIDOR	BEBEDERO DE AGUA FRIA Y CALIENTE	chequeo/limpieza	preventivo					x												
CUARTO DE PLACENTA	TRITURADORA DE PLACENTA	chequeo/limpieza	preventivo																	
TRIAJE	BALANZA DE PIE CON TALLÍMETRO, PARA PERSONAS,	Limpieza	Preventivo	C/ 6 Meses				x												
UNIDAD DE OBS.REANIMACION	DESFRIBILADOR CON MONITOR	chequeo	Preventivo	anual																
GANERALIDADES DE EMERGENCIAS	AIRE INVERTE 36000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x												
GANERALIDADES DE EMERGENCIAS	AIRE INVERTE 36000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x												
GANERALIDADES DE EMERGENCIAS	AIRE INVERTE 12000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias				x												

HOSPITAL PROVINCIAL DR. FRANCISCO A. GONZALVO
MANTENIMIENTO
LA ROMANA, REP. DOM.