


NOMBRE DEL HOSPITAL	ACTIVIDAD	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento		Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones	
					Proximo Mantenimiento	Último Mantenimiento	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Verificación de megascopio	chequeo de lámpara fluorescente, interruptor de encendido	preventivo	trimestral	18/3/2024	1/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Verificación de la parte interior	Chequeo de paredes y techo	preventivo	trimestral	7/3/2024	2/6/2024														se realiza diariamente intercalando las áreas según prioridad
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Verificación de nebulizadores	chequeo general, cambio de filtro, limpieza de equipo	preventivo	trimestral	7/3/2024	3/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Verificación de aires acondicionados central	chequeo de partes eléctricas, funcionamiento general	preventivo	trimestral	11/3/2024	4/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Verificación de los aires acondicionados split	chequeo de partes eléctricas, funcionamiento general	preventivo	trimestral	25/3/2024	5/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Verificación de otoscopio	cambio de baterías, limpieza y desinfección	preventivo	trimestral	18/3/2024	6/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	severa electric	limpieza general, lavado interno y externo	preventivo	trimestral	25/3/2024	7/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Balanza de adulto	calibración de regulación de peso, lubricación	preventivo	trimestral	18/3/2024	8/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Incubadora	Revisión de motor, inspección de la cúpula y seguro	preventivo	trimestral	27/3/2024	9/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Aparador	Calibración y limpieza general	preventivo	trimestral	18/3/2024	10/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Camillas	Lubricación y engrase de partes mecánicas	preventivo	trimestral	27/3/2024	11/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Lámpara cuello de ganso	Limpieza y ajuste general, cambio bombillo si requiere	preventivo	trimestral	18/3/2024	12/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Balanza pediátrica	Prueba de funcionamiento, limpieza del equipo	preventivo	trimestral	18/3/2024	13/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Unidad odontológica	Chequeo partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral	25/3/2024	14/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Compresor de aire	Chequeo de fuga de aire, calibración de presión	preventivo	trimestral	27/3/2024	15/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Amalgamador	Inspección de condiciones ambientales en la que se encuentre	preventivo	trimestral	14/3/2024	16/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Horno esterilizador	Limpieza del equipo, revisión de voltaje de red y polo tierra	preventivo	trimestral	25/3/2024	17/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	microscopio	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos y diafragma	preventivo	trimestral	25/3/2024	18/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Centrífuga 24 tubos	Lubricación del motor, engrase y prueba de funcionamiento	preventivo	trimestral	25/3/2024	19/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Centrífuga 6 tubos	Mantenimiento general, limpieza del equipo	preventivo	trimestral	25/3/2024	20/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Máquina de hemograma	Limpieza de muestras de diámetro internamente	preventivo	trimestral	25/3/2024	21/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Motor de VCR	Limpieza superficialmente, secado después con un paño seco	preventivo	trimestral	15/3/2024	22/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Colortrimetro	Limpieza integral e suelta del equipo	preventivo	trimestral	25/3/2024	23/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Equipo de guantes	Chequeo de sistema óptico y mantenimiento general	preventivo	trimestral	25/3/2024	24/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Pupetas automáticas	Verificación del sistema de calibración y filtro	preventivo	trimestral	25/3/2024	25/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Monitores	Chequeo de fugas de oxígeno y limpieza	preventivo	trimestral	18/3/2024	26/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Electrocardiograma	Chequeo de partes eléctricas y limpieza general	preventivo	trimestral	18/3/2024	27/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Lamparoscopio	Mantenimiento general, limpieza del equipo	preventivo	trimestral	20/3/2024	28/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Glaucometro	Cambio de batería si es necesario y limpieza de equipo	preventivo	trimestral	25/3/2024	29/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Autoclave	Verificación de referencias, calentadora y limpieza general, cambio de varias piezas dañadas	correctivo	trimestral	25/3/2024	30/6/2024														EN REPARACION POR CORRECCION
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Castero	Limpieza general, interna y externa	preventivo	trimestral	27/3/2024	5/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Mesas de cirugía	Limpieza y ajuste general	preventivo	trimestral	27/3/2024	6/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Máquina reveladora	Chequeo general y verificación de interruptores	preventivo	trimestral	27/3/2024	7/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Sonógrafo	Chequeo de fuga de oxígeno y limpieza de transductores	preventivo	trimestral	27/3/2024	8/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Placa eléctrica	chequeo de partes eléctricas	preventivo	trimestral	27/3/2024	7/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Sillas	Chequeo general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral	19/3/2024	8/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Puertas y ventanas	Chequeo general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral	19/3/2024	8/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Manubrios, llaves, enchufes y conectores	Chequeo general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral	19/3/2024	8/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Lavadora y secadora	Chequeo general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral	27/3/2024	9/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Cámaras	Limpieza general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral	30/3/2024	10/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Extractor de grasa	Limpieza general y reparar si es necesario	preventivo	trimestral	19/3/2024	11/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Cámaras de seguridad	verificación de instalaciones y funcionalidad	preventivo	trimestral	25/3/2024	12/6/2024														Óptimas condiciones
Hospital municipal evangélica rodríguez peroto	Limpieza del exterior del centro	Limpieza general del exterior, paredes, ornato	preventivo	trimestral	21/3/2024	13/6/2024														Óptimas condiciones



DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

***Nombre del lugar:** HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO

Área: ENCARGADO DE MANTENIMIENTO)

Nombre de la Actividad: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL EES

Código POA (si aplica): 4.1.1.4.02

INTRODUCCIÓN

En el presente informe damos a conocer los procesos que hemos llevado a cabo

Para la darle continuidad al plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura de este centro de salud

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo es fortalecer la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, infraestructura física y de equipos con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficacia

METODOLOGIA (Si aplica)

Dando seguimiento al plan de mantenimiento anual 2024, la cual existe un cronograma pautado de todas las actividades optimizadas en este año, la cual de acuerdo a estos renglones se realizan las solicitudes de lugar al encargado de mantenimiento y de esta forma poder llevar a cabo la programación y ejecución de dicho plan La cual el técnico que le brinda el mantenimiento a esta área se desplaza y lo va realizando según el cronograma y área de solicitud, en conjunto apoyo con la dirección y el administrador y el encargado de esa área que presta el servicio

DESARROLLO / HALLAZGOS

Dando fiel cumplimiento al plan de mantenimiento 2024 y el cronograma del mes de marzo se realizó lo siguiente:

RESULTADOS / CONCLUSIONES

En conclusión:

Cumplimiento del cronograma del plan de mantenimiento de equipos e infraestructura en un 100%
EQUIPOS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Verificacion de negatoscopio

chequeo de lampara fluorescente,interruptor de encendido



Verificacion de la parte interior	Chequeo de paredes y techo
Verificacion de nebulizadores	chequeo general ,cambio de filtro,limpieza de equipo
verificacion de aires acondicionado central	chequeo de partes electricas,funcionamiento general
verificacion de los aires acondicionados spleet	chequeo de partes electricas,funcionamiento general
verificacion de otoscopio	cambio de baterias,limpieza y desinfeccion
nevera electrica	limpieza general,,lavado interno y externo
Balanza de adulto	calibracion de regulacion de peso,lubricacion
Incubadora	Revison de motor, inspeccion de la cupula y seguro
Aspirador	Calibracion y limpieza general
Camillas	Lubricacion y engrase de partes mecanicas
Lampara cuello de ganso	Limpieza y ajuste general,cambio bombillo si requiere
Balanza pediatrica	Prueba de funcionamiento, limpieza del equipo
Unidad odontologica	Chequeo partes electricas regulacion de presion
Compresor de aire	Chequeo de fuga de aire calibracion de presion
Amalgamator	Inspeccion de condiciones ambientales en la que se encuentre
Horno Esterilizador	Limpieza del equipo, revision de voltaje de red y polo tierra
microscopio	Limpieza de lentes,oculares, prisma, objetivos y diafragma
Centrifuga 24 tubos	Lubricacion del motor, engrase y prueba de funcionamiento
Centrifuga 6 tubos	Mantenimiento general,limpieza del equipo
Maquina de hemograma	Limpieza de magueras de diluyente internamente
Rotador de VDRL	Limpieza superficialmente secandol despues con un paño seco
Colorimetro	Limpieza integral e interna del equipo
Equipo de quimica	Chequeo de sistema optico y mantenimiento general
Pipetas automaticas	Verificacion del sistema de calibracion y filtro
Monitores	Chequeo de fugas de corriente y limpieza
Electrocardiograma	Chequeo de partes electricas y limpieza general
Laringoscopio	Mantenimiento general,limpieza del equipo
Glucometro	Cambio de bateria si es necesario y limpieza de equipo
Autoclave	Verificacion de resistencia calentadora y limpieza general,cambio de varias piezas dañadas
Cauterio	Limpieza general, interna y externa
Mesas de cirugia	Limpieza y ajuste general
Maquina reveladera	Chequeo general y verificacion de interruptores
Sonografo	Chequeo de fuga de corriente y limpieza de transductores
Planta electrica	Lavado interno y externo, chequeo de partes electricas.
Sillas	Chequeo general y reparar si es necesario
Puertas y ventanas	Chequeo general y reparar si es necesario
Manubrios,llaves, enchufles y conectores	Chequeo general y reparar si es necesario



Lavadora y secadora	Chequeo general y reparar si es necesario
Gabinets	Limpieza general y reparar si es necesario
Extractor de grasa	Limpieza general y reparar si es necesario
Camaras de seguridad	verificacion de instalaciones y funcionabilidad
Limpieza del exterior del centro	Limpieza general del exterior, paredes, ornato.

RECOMENDACIONES

1- seguimiento al plan de mantenimiento e infraestructura 2024 y seguimiento del cronograma mensual

ANEXOS (Si aplica)

Fichas de solicitudes

Fotos

Instrucciones de llenado:

*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.


Elaborado por
(Nombre y apellido)



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 5/3/2024 Departamento: Enfermería

Tipo de equipo negatos copio NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado	Grado de Urgencia de la Solicitud
---------------------	-----------------------------------

Instalación de Equipo	<input type="checkbox"/>	Urgente	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Puede esperar hasta 24 horas	<input type="checkbox"/>
Chequeo	<input type="checkbox"/>	Puede esperar más de 48 horas	<input type="checkbox"/>
Reparación	<input type="checkbox"/>	Movilización	<input type="checkbox"/>

*chequeo de lámpara fluorescente,
interruptor y enchufado*

*Jic. Baldemira Cordero
Subdirectora enfermería*

Muestra de los mantenimientos realizados

Marzo 2024

Mantenimiento preventivo negatoscopio



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 5/3/24 Departamento: Mantenimiento

Tipo de equipo Paredes y techo NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado	Grado de Urgencia de la Solicitud
---------------------	-----------------------------------

Instalación de Equipo	<input type="checkbox"/>	Urgente	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Puede esperar hasta 24 horas	<input type="checkbox"/>
Chequeo	<input checked="" type="checkbox"/>	Puede esperar más de 48 horas	<input type="checkbox"/>
Reparación	<input type="checkbox"/>	Movilización	<input type="checkbox"/>

*Verificación y chequeo de
paneles y techo*



Mantenimiento preventivo, de paredes y techo




Foto tomada 7/3/2024



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 5/3/24 Departamento: Enfermería

Tipo de equipo Nebulizadores NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado	Grado de Urgencia de la Solicitud
---------------------	-----------------------------------

Instalación de Equipo	<input type="checkbox"/>	Urgente	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Puede esperar hasta 24 horas	<input type="checkbox"/>
Chequeo	<input checked="" type="checkbox"/>	Puede esperar más de 48 horas	<input type="checkbox"/>
Reparación	<input type="checkbox"/>	Movilización	<input type="checkbox"/>

chequeo general de los nebulizadores de emergencia y enfermería, limpieza del equipo y verificación eléctrica



Mantenimiento preventivo nebulizadores.



Foto tomada 7/3/2024



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 5/3/24 Departamento: Mantenimiento

Tipo de equipo Aire central de acondicionado. NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado	Grado de Urgencia de la Solicitud
---------------------	-----------------------------------

Instalación de Equipo	<input type="checkbox"/>	Urgente	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Puede esperar hasta 24 horas	<input type="checkbox"/>
Chequeo	<input type="checkbox"/>	Puede esperar más de 48 horas	<input type="checkbox"/>
Reparación	<input type="checkbox"/>	Movilización	<input type="checkbox"/>

cheques de toda la unidad de aire acondicionado central la cual se realiza mantenimiento preventivo y limpieza



Mantenimiento preventivo aire acondicionado central.



Foto tomada 11/3/2024



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 5/3/24 Departamento: Mantenimiento

Tipo de equipo Aire NO. INVENTARIO _____
Acondicionado split

Servicio Solicitado	Grado de Urgencia de la Solicitud
---------------------	-----------------------------------

Instalación de Equipo	<input type="checkbox"/>	Urgente	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Puede esperar hasta 24 horas	<input type="checkbox"/>
Chequeo	<input checked="" type="checkbox"/>	Puede esperar más de 48 horas	<input type="checkbox"/>
Reparación	<input type="checkbox"/>	Movilización	<input type="checkbox"/>

Verificación y reparación de los aires acondicionado split chequeo de partes eléctricas y su funcionamiento general. El aire split de Imogen fue conegido un golpe de Agua.



Mantenimiento preventivo aires acondicionados spleet.



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 4/3/2024 Departamento: Enfermería

Tipo de equipo otoscopio NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado	Grado de Urgencia de la Solicitud
---------------------	-----------------------------------

Instalación de Equipo	<input type="checkbox"/>	Urgente	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento Preventivo	<input type="checkbox"/>	Puede esperar hasta 24 horas	<input type="checkbox"/>
Chequeo	<input checked="" type="checkbox"/>	Puede esperar más de 48 horas	<input type="checkbox"/>
Reparación	<input type="checkbox"/>	Movilización	<input type="checkbox"/>

Verificación de otoscopios en el área de consulta y emergere la cual se les chequea. fiabilidad de baterías, limpieza y desinfección



Mantenimiento preventivo de otoscopio



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 4/3/2024 Departamento: Mantenimiento

Tipo de equipo neveras eléctricas NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado	Grado de Urgencia de la Solicitud
---------------------	-----------------------------------

Instalación de Equipo	<input type="checkbox"/>	Urgente	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento Preventivo	<input type="checkbox"/>	Puede esperar hasta 24 horas	<input type="checkbox"/>
Chequeo	<input checked="" type="checkbox"/>	Puede esperar más de 48 horas	<input type="checkbox"/>
Reparación	<input type="checkbox"/>	Movilización	<input type="checkbox"/>

Se realiza verificación de la nevera eléctrica de cocina, laboratorio y vacuna, la cual están en condiciones óptimas, eléctricas, gas adecuado y funcionamiento adecuada



Mantenimiento preventivo nevera eléctrica



marzo 25, 2024
9:55 a. m.



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 4/3/24 Departamento: Enfermería

Tipo de equipo Balanza de adulto NO. INVENTARIO _____


Servicio Solicitado	Grado de Urgencia de la Solicitud
---------------------	-----------------------------------

Instalación de Equipo	<input type="checkbox"/>	Urgente	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Puede esperar hasta 24 horas	<input type="checkbox"/>
Chequeo	<input checked="" type="checkbox"/>	Puede esperar más de 48 horas	<input type="checkbox"/>
Reparación	<input type="checkbox"/>	Movilización	<input type="checkbox"/>

Se le realizará el chequeo y mantenimiento preventivo a las Balanzas de adulto de emergencia, consulta e internamiento, la cual se realizará regulación de calibración de peso y lubricación



Mantenimiento preventivo balanza de adulto



marzo 18, 2024
11:12 a. m.



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 4/3/24 Departamento: Enfermería

Tipo de equipo In cubadora NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado	Grado de Urgencia de la Solicitud
---------------------	-----------------------------------

Instalación de Equipo	<input type="checkbox"/>	Urgente	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Puede esperar hasta 24 horas	<input type="checkbox"/>
Chequeo	<input checked="" type="checkbox"/>	Puede esperar más de 48 horas	<input type="checkbox"/>
Reparación	<input type="checkbox"/>	Movilización	<input type="checkbox"/>

se realiza inspección de
cupula y seguro, revisión de
Motor, parte eléctrica.



Mantenimiento preventivo incubadora



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 4/3/24 Departamento: Enfermería.

Tipo de equipo Aspirador NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado	Grado de Urgencia de la Solicitud
---------------------	-----------------------------------

Instalación de Equipo	<input type="checkbox"/>	Urgente	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Puede esperar hasta 24 horas	<input type="checkbox"/>
Chequeo	<input checked="" type="checkbox"/>	Puede esperar más de 48 horas	<input type="checkbox"/>
Reparación	<input type="checkbox"/>	Movilización	<input type="checkbox"/>

Se realice verificación de Aspiradores de aire de Parte y empuje, realizando calibración y limpieza general.



Mantenimiento preventivo aspirador



marzo 18, 2024
9:59 a. m.

