

STRIKE ZONE SRL

Suplidore de Medicamentos y Equipos para Clinicas y Hospitales en Gral.
RNC: 131-515193

CONDUCE

ORDEN DE COMPRAS NUMERO . 34576

HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA (IDSS) RNC: 430071153
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

08/03/2024

PARA PAGOS VIA INTERNET BANKING : CTA BANCO RESERVAS NO: 9602928034

FORMA DE PAGO :CONTADO

CANTIDAD	PRESENT	NOMBRE ARTICULO	P/UNIDAD	TOTAL
6	UNIDAD	MANTENIMIENTO MAQUINA DE ANESTESIAS , DETALLES DEL MANTENIMIENTO: 1.- REEMPLAZO DE TUBERIAS EN VIAS INTERNA DEL SISTEMA DE OXIGENO 2.- CHEQUEO DE SENSORES INTERNOS 3.- CALIBRACION DE SENSOR DE FLUJO 4.- OPTIMIZAR Y CALIBRAR SISTEMA DE VENTILACION 5.-LIMPIEZA Y DESINFECCION A VAPOR DE MAQUINA COMPLETA INTERNA Y EXTERNA 6.- SI ES NECESARIO ACTUALIZACION DE SOFTWARE		



CALLE SALOME URENA No. 1 , SANTO DOMINGO OESTE, DISTRITO NACIONAL
TELEFONO: 829-7711433, 809-449-4844 ,Mail: estrikezonecompany@gmail.com





AMERICAN FIRE IMPORT, SRL (AMERFISA)

CALLE 6 NO. 7 ORB. FERNANDEZ
809-583-4924 / 809-233-2924 / 809-233-1622 RNC: 102340218
AMERFISA@AMERICANFIRE.COM.DO / WWW.AMERICANFIRE.COM.DO

HORA: 14:06:30 PAGINA: 1
FACTURA GUBERNAMENTAL
NCF: B1500000260
Válido Hasta: 31-12-2024

ACTURA DE VENTA

Cliente: 430071153 Código: (3427)

HOSPITAL PTE ESTRELLA URENA SANTIAGO
AV. IMBERT CON 27 DE FEBRERO

(809)295-1197

Fecha	05-03-2024	Factura No.	0000047555
Vence En	20-03-2024	Orden Nro.	Control
Tipo Pago	CREDITO	Control	0000023137
Condición	15 Dias	Vendedor	JONATHAN NUÑEZ

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Ibtbis	Total
3	6.00	UNIDAD	SELLO DE VALVULA	50.00	54.00	300.00
35	1.00	UND	VALVULA P/EXTINTORES AUTOMATICO ORIGINAL	1,950.00	351.00	1,950.00
-0017	2.00	UNIDAD	MANOMETROS REGULARES	295.00	106.20	590.00
-004	1.00	UNIDAD	RECARGA DE EXT.ABC AUTOM. 20LBS.	1,000.00	180.00	1,000.00
0029	5.00	UNIDAD	RECARGA DE EXTINTORES ABC 20LBS.	1,000.00	900.00	5,000.00
109-S	5.00	UNIDAD	INSTRUCCIONES USO EXT. PLASTICA	150.00	135.00	750.00
3f	5.00	UND	FLECHA PLASTICA EXTINTOR	150.00	135.00	750.00
			SOPORTE P/EXT CO2 10/15 LBS.	150.00	135.00	750.00

Monto Bruto RD\$	11,090.00
Descuento RD\$	
Subtotal RD\$	1,998.20
Ibtbis RD\$	
Neto A Pagar RD\$	13,086.20

LIDERES IMPORTADORES EN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS!

AMERFISA@AMERICANFIRE.COM.DO
WWW.AMERICANFIRE.COM.DO



Realizada Por: C

Autorizado Por:

Recibido Por:

Final Cliente, Copia Contabilidad.

ORIGINAL

No. Orden de Servicio	0179		
Cliente	Marca	Modelo	Serial
Hospital presidente Estrada	Regent	Regent y Halminston	
Descripción del Equipo	Horas Flamento	Horas Beam	Total de Impresiones
Ventiladores Uci Neonatal			
Ingeniero del Servicio 1	Ingeniero del Servicio 2		

Tipo de Cobertura:	Garantía <input type="checkbox"/>	Contrato Full <input type="checkbox"/>	Contrato MO <input type="checkbox"/>	Sin Contrato <input type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>
Falla Reportada:				Diseño de Ambiente <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

Acción Realizada:	Preventiva <input type="checkbox"/>	Correctiva <input type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>	Otros:
				FECHA MORA
Mantenimiento ventilador Regent Serial DCS NC - 493-09164				1/03/2024
Reemplazo de zelda de oxígeno.				
Mantenimiento Ventilador Halminston SR5 NC-521-01159				1/03/2024

Comentarios: *Equipos trabajando correctamente.*

Nota: es responsabilidad del Físico, Médico o Técnico a cargo, verificar que el equipo cumple con los parametros requeridos para tratamientos clínicos.

Gerson Almonte
Firma Ing.



Recibido por

No. Orden de Servicio	0178		
Cliente	Marca	Modelo	Serial
Hospital Presidente Estrada			
Descripción del Equipo	Horas Flamento	Horas Beam	Total de Impresiones
Calzonas y fajas mesa Quirúrgica			
Ingeniero del Servicio 1	Ingeniero del Servicio 2		

Tipo de Cobertura:	Garantía <input type="checkbox"/>	Contrato Full <input type="checkbox"/>	Contrato MO <input type="checkbox"/>	Sin Contrato <input type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>
Falla Reportada:	Calzonas Corchete de transporte			Diseño de Ambiente <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

Acción Realizada:	Preventiva <input type="checkbox"/>	Correctiva <input type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>	Otros: <input checked="" type="checkbox"/>
3- Calzonas para Corchete de transporte				FECHA
17- Calzonas para Recepcionadas de niñas				MORA
3- Fajas para mesa Quirúrgica Expulsiva.				
4- Faja para mesa Quirúrgica maternidad				
2- Faja mesa Maternidad Rasada.				
5- faja para Banco taburete.				
Comentarios: Entregado en perfecto Estado.				
Nota: es responsabilidad del Físico, Médico o Técnico a cargo, verificar que el equipo cumple con los parámetros requeridos para tratamientos clínicos.				

Gerson Almonte
Firma Ing.



Recibido por _____

No. Orden de Servicio	0181		
Cliente	Marca	Modelo	Serial
Hospital Presidente Estrella Urea			
Descripción del Equipo	Horas Flanento	Horas Beam	Total de Impresiones
Manguera Oxigeno.			
Ingeniero del Servicio 1	Ingeniero del Servicio 2		

Tipo de Cobertura:	Garantía <input type="checkbox"/>	Contrato Full <input type="checkbox"/>	Contrato MO <input type="checkbox"/>	Sin Contrato <input type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>
Falla Reportada:	Manguera Oxigeno para maquina anestica			Diseño de Ambiente <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

Acción Realizada:	Preventiva <input type="checkbox"/>	Correctiva <input type="checkbox"/>	Instalación <input checked="" type="checkbox"/>	Otros:
				FECHA
1- manguera de Oxigeno para maquina anestica				
Cirugia en General?				

Comentarios:

Nota: es responsabilidad del Físico, Médico o Técnico a cargo, verificar que el equipo cumple con los parametros requeridos para tratamientos clinicos.

Gordon Almonte
Firma Ing.



Recibido por

No. Orden de Servicio	0180		
Cliente	Marca	Modelo	Serial
Hosp. tal presidente Estrella Verón		Biocare y MEC-1000	
Descripción del Equipo	Horas Flanento	Horas Bean	Total de Impresiones
Cable monitores maternidad			
Ingeniero del Servicio 1	Ingeniero del Servicio 2		

Tipo de Cobertura:	Garantía <input type="checkbox"/>	Contrato Full <input type="checkbox"/>	Contrato MO <input type="checkbox"/>	Sin Contrato <input type="checkbox"/>	Instalación <input checked="" type="checkbox"/>
Falla Reportada:	Completar Cable de monitores			Diseño de Ambiente <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

Acción Realizada:	Preventiva <input type="checkbox"/>	Correctiva <input type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>	Otros:	
4- Cable de EKG				FECHA	MORA
2- Sensores SpO2 Biocare.				09/02/2024	
2- Cable SpO2 mindray MEC1000.					
5- Bragaleto Adulto					
1- Extencion de Bragaleto.					
Comentarios:					
Nota: es responsabilidad del Físico, Médico o Técnico a cargo, verificar que el equipo cumple con los parametros requeridos para tratamientos clínicos.					

Gerson Almonte
Firma Ing.



Recibido por _____

No. Orden de Servicio	0177		
Cliente	Marca	Modelo	Serial
Hospital presidente Estrallaveña	Contec	MEC1200	
Descripción del Equipo	Horas Flamento	Horas Beam	Total de Impresiones
Cables de monitores Signaztales			
Ingeniero del Servicio 1	Ingeniero del Servicio 2		

Tipo de Cobertura:	Garantía <input type="checkbox"/>	Contrato Full <input type="checkbox"/>	Contrato MO <input type="checkbox"/>	Sin Contrato <input checked="" type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>
Falla Reportada:	ubicacion de monitores (UCI)			Diseño de Ambiente <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

Acción Realizada:	Preventiva <input type="checkbox"/>	Correctiva <input type="checkbox"/>	Instalación <input checked="" type="checkbox"/>	Otros:	
				FECHA	MORA
3- Cables EKG					
3- Dardares Spoz					
3- Extension de Brazalate					
3- Brazalates					

Comentarios: Se le instalaron a 2 monitores MEC-1200 y a un monitor Contec

Nota: es responsabilidad del Físico, Médico o Técnico a cargo, verificar que el equipo cumple con los parametros requeridos para tratamientos clinicos.

Gerardo Almonte
Firma Ing.



Recibido por _____

No. Orden de Servicio	0176		
Cliente	Marca	Modelo	Serial
Hospital presidente Obello	Orbello	Patient monitor	MCC-1200
Descripción del Equipo	Horas Flamento	Horas Beam	Total de Impresiones
Monitores Contec - (UCI)			
Ingeniero del Servicio 1	Ingeniero del Servicio 2		

Tipo de Cobertura:	Garantía <input type="checkbox"/>	Contrato Full <input type="checkbox"/>	Contrato MO <input type="checkbox"/>	Sin Contrato <input checked="" type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>
Falla Reportada:				Diseño de Ambiente <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

Acción Realizada:	Preventiva <input type="checkbox"/>	Correctiva <input checked="" type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>	Otros:	
				FECHA	MORA
Mantenimiento monitores de signos vitales.					
Contec - patient monitor Serial SRSNC-521-01198					
Model monitor MCC-1200 Serials SRSNC-521-03012					
SRSNC-521-01048					

Comentarios: Equipo trabajando correctamente.

Nota: es responsabilidad del Físico, Médico o Técnico a cargo, verificar que el equipo cumple con los parámetros requeridos para tratamientos clínicos.

Gordon Almonte
Firma Ing.



Recibido por _____

